

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wałczu
78-600 WAŁCZ, ul. Kołobrzeska 44
REGON 570544566, NIP 765-14-95-874



DZP.2612.16.2023

Wałcz, dnia 21.10.2023 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt:
„Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 3 zadania”

Zamawiający na podstawie **art. 284 ust. 2 i 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o wpłynięciu do zamawiającego w terminie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1 Dotyczy pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie autorefraktometru o poniższych parametrach:

- Odległość wierzchołkowa 0.0, 10.0, 12.0, 13.5, 15.0 mm
- Zakres pomiaru sfery (SPH): od -25,00 do +22,00D (VD 12mm)
- Dokładność pomiarowa strefy co 0,12, 0,25D
- Zakres pomiaru cylindra (CYL): 0,00 do +/- 10,00D (co 0,12/0,25D)
- Oś: od 1 do 180° (1°)
- Forma cylindra +, -, MIX
- Pomiar rozstawu źrenic (PD): 10~85mm
- Minimalna średnica źrenicy: 2.0mm
- Pomiar refrakcji przy zaćmie i wszczepionych soczewkach IOL
- Promień krzywizny rogówki: od 5,0 do 10,2mm (co 0,01mm)
- Moc rogówki: od 33,00 do 67,50D (jednostka 0.12 / 0.25 D)
- Oś: od 1 do 180° (jednostka 1°)
- Astygmatyzm rogówki: 0,00 do -15.00D (jednostka 0.12 / 0.25 D)
- Pomiar średnicy źrenicy
- Pomiar średnicy rogówki (2.0-12.0mm / jednostka 1)
- Pomiar krzywizny bazowej soczewki kontaktowej
- Graficzna wizualizacja wady wzroku
- Tryb IOL – tryb soczewki wewnątrzgałkowej
- Pomiar ręczny i automatyczny
- Pomiar PD
- Retroiluminacja, keratometria peryferyjna,
- Funkcja oszczędzania energii – automatyczne wyłączenie monitora po zadanym okresie bezczynności

Joystick sterujący do ustawiania położenia i ostrości

Drukarka: Termiczna z automatycznym odcinaniem papieru

Monitor LCD: kolorowy, uchylny dotykowy 7 cali

Elektryczna regulacja podbródka – max 65 mm

Port wideo AXT, USB, RS-232

W zestawie stolik elektryczny

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie 2 Dot. załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy, dot. § 5 ust. 3

Czy Zamawiający może dodać zapis: „48 godzin roboczych”?

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 Dot. załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy, dot. § 5 ust. 3

Czy Zamawiający może dodać zapis: „Zgłoszenia usterek/awarii będą dokonywane pisemnie, telefonicznie lub mailowo w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie 4 Pytanie do załącznika nr 2B do SWZ dot. poz. 27 (Warunki gwarancji i serwisu) Co Zamawiający miał na myśli pisząc "Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG (...)”?

Odpowiedź: Zamawiający usuwa powyższy zapis z treści powyższego załącznika.

Z poważaniem
/-/ Płk Michał Wawreszuk
Komendant