

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel./fax 81 / 747-63-27
NIP 712-21-35-822, Regon 4312193

COZL/DZP/AK/3412/PN-118/20

Lublin dnia 17.08.2020 r.

Dostawa asortymentu medycznego (igły do nakłucia nerki, igły do znieczulenia prostaty, cewniki) na potrzeby COZL.

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.), informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawów do szynowania moczowodów jak w opisie lecz długości 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy: załącznik nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Iglę dostosowaną do prowadnicy 0,035; wyskalowana -znaczniki głębokości wkłucia ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Stent moczowodowy otwarty/otwarty, z końcówką typu „pigtail” z jednej strony z drugiej prosty i zakończony nicią schodzącą do pęcherza. Stent wykonany z miękkiego poliuretanu odporny na działanie RTG. Długość cewnika 16cm, średnica 7Fr. Zestaw zawiera drut wiodący nitinolowy zapakowany oddzielnie o dł. 150cm i średnicy 0,035” oraz przyłączanego popychacza z końcówką zawierającą ring odporny na działanie RTG o długości 63cm, który umożliwia sterowanie stentem. Trwałość stentu do 12 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 2, pkt. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów niniejszego punktu wg poniższego wzoru:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pełnego przedmiotu umowy, jednak odstępstwo nie może przekroczyć 20%. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 3, pkt. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów niniejszego punktu wg poniższego wzoru:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości realizacji przedmiotu Umowy. Stan rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie może stanowić podstawy do odmowy lub zaprzestania

wykonywania dostawy w sposób ciągły i zgodny z przyjętymi przez Wykonawcę warunkami realizacji, za wyjątkiem sytuacji gdy zwłoka w płatności faktur wymagalnych nie przekroczyła 30 dni. W takim przypadku Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację dostawy do momentu uiszczenia należności bądź realizować zamówienia „za pobraniem”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy: Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści półautomatyczną igłę biopsyjną 18G o długości 200mm ładowaną sprężynowo typu tru- cut która wykorzystywana jest w biopsji histologicznej stercza oraz różnych tkanek i narządów miękkich. Posiada duże nacięcie na próbki (15 lub 20 mm), kod koloru i końcówkę echogeniczną.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy: Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Foley silikonowy o długości 330mm z zaokrąglonym trzonem. Dalsza końcówka zawiera 2 boczne otwory oraz balony o pojemności jak poniżej:

cewnik 8Fr o pojemności balonu 2-3 mm

cewnik 10Fr o pojemności balonu 3-5ml

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Kosztorysu ofertowego i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Józefa z Dukli
mgr Dariusz Cwiński

(Signature)