

L.dz. 474/2022

Olsztyn dn. 29.03.2022r.

Nr postępowania: 60/2022/PN/DZP

*Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 60/2022/PN/DZP pt. „Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI _2

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Część nr 13

Pytanie nr 1:

Czy dopuszczą Państwo komorę laminarną 810 mm? to o 2 mm mniej niż Państwa wymagania. To różnica znacząco mała i ten parametr nie wpływa na umiejscowienie komory w laboratorium.

Odpowiedź:

Zamawiający określił głębokość zewnętrzną na co najmniej 812 mm, natomiast jest to wymiar całkowity maksymalny uwzględniający demontowalny podłokietnik dla przedramion. Głębokość zewnętrzną po zdemontowaniu podłokietnika ma umożliwić wstawienie komory przez otwór drzwiowy o szerokości 750 mm.

Pytanie nr 2:

Czy dopuszczą Państwo komorę laminarną o szerokości roboczej 1105 mm to o 2,5 cm mniej niż Państwa wymagania. Tak mała różnica, która nie wpływa na pracę pod komorą laminarną.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SWZ.

Pytanie nr 3:

Czy dopuszczą Państwo składanie ofert w euro ze względu na niepewną sytuację na rynku walut?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w rozdziale XV SWZ pkt.1 zatytułowanym „Opis sposobu obliczenia ceny oferty” i wymaga przedłożenia oferty w cenie brutto w walucie PLN.

Pytanie nr 4:

W Formularzu cenowym dla części 19 rozdzielacie Państwo pakiet mikroskopu na mikroskop oraz kamerę z zestawem sterującym i oprogramowaniem wymagając podania cen jednostkowych tych elementów. Ponieważ mikroskop wraz z kamerą fakturowany jest ze stawką VAT 8%, a zestaw sterujący z oprogramowaniem ze stawką VAT 23%, czy wyrażanie Państwo zgodę aby zarówno w Formularzu cenowym, jak i przy wystawianiu ewentualnej faktury rozbić ceny brutto na mikroskop z kamerą oraz zestaw sterujący z oprogramowaniem?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 – Formularz cenowy do SWZ w zakresie części nr 19 w sposób polegający na wyspecyfikowaniu dwóch odrębnych pozycji zgodnie z podziałem zawartym w załączniku numer 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowany załącznik zostanie udostępniony na stronie zamawiającego dla potencjalnych Wykonawców.

SPECJALISTA

Sporządzili: mgr Anna Opalach

Z poważaniem,

ZASTĘPCA KANCLERZA

mgr Adriana Faraś-Bgk