



Wieluń, 12 sierpnia 2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,  
którzy pobrali SWZ

## **ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa aparatury medycznej dla SOR SPZOZ w Wieluniu**. Numer sprawy: **SPZOZ-ZP/2/24/242/11/2022**

Zamawiający: SPZOZ w Wieluniu informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa) zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Spełniając wymóg art. 284 ust. 2 i ust. 6 poniżej udostępniamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1**

*W związku z ogłoszonym przez Państwa ww. postępowaniem, zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania.*

*Załącznik nr 1.1 do SWZ – Formularz parametrów technicznych i funkcji użytkowych dla Pakietu nr 1*

*Pkt. 126 Centrala monitorująca*

*Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą wyposażoną w kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej 19” i rozdzielczości 1280 x 1024 pikseli zintegrowany w jednej obudowie, obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.**

Zatwierdził:

.....

podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Anna Freus

