

Numer sprawy: DZ.22.17.2023

Warszawa, 15.09.2023 r.

**Do Wykonawców**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Aparatura pomiarowa - dostawa odbiornika pomiarowego dla Instytutu Łączności – PIB**

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych<sup>1</sup> udzielam następujących wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia<sup>2</sup>.

#### **Pytanie 1:**

Zadane przez nas pytanie nr 1 dotyczyło wewnętrznego przedwzmacniacza odbiornika. Zamawiający nie określił zakresu częstotliwości pracy przedwzmacniacza w OPZ. Należało więc domniemać, że zakres częstotliwości przedwzmacniacza musi pokrywać się z zakresem pracy odbiornika. Dodatkowo, mamy wrażenie, że Zamawiający odniósł to pytanie do przedwzmacniacza zewnętrznego i pozostawił niezmienny zapis w punkcie a/ gdzie przywołuje przedwzmacniacz o wzmacnieniu nie mniejszym niż 20dB bez zdefiniowanego zakresu częstotliwości. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wewnętrznego przedwzmacniacza o wzmacnieniu nominalnym wg producenta 20dB i o zakresie częstotliwości 1kHz-8GHz niezależnie od przedwzmacniacza zewnętrznego.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga, aby wewnętrzny przedwzmacniacz miał wzmacnienie o wartości nominalnej co najmniej 20 dB i pracował w zakresie co najmniej 30MHz – 26,5GHz.**

---

<sup>1</sup> Dalej: „ustawa Pzp”

<sup>2</sup> Dalej: „SWZ”