

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – po modyfikacji

### Przedmiot zamówienia: Ultrasonograf kieszonkowy

Wymagane parametry i funkcje									
L.p.	Wymagany parametr								
<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>									
1.	Zestaw składający się z głowicy, kabla USB, ładowarki oraz tabletu.								
2.	Ultrasonograf spełniający deklaracje zgodności oraz certyfikat CE								
3.	Spełniający standardy badań Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.								
<b>PARAMETRY GŁOWIC</b>									
<b>1) Convex</b>									
4.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"><i>a</i></td> <td>128 kryształów</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>b</i></td> <td>Kąt pola obrazu min. 60 stopni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>c</i></td> <td>Zakres częstotliwości 2-5 MHz</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>d</i></td> <td>Głębokość skanowania min. 24 cm</td> </tr> </table>	<i>a</i>	128 kryształów	<i>b</i>	Kąt pola obrazu min. 60 stopni	<i>c</i>	Zakres częstotliwości 2-5 MHz	<i>d</i>	Głębokość skanowania min. 24 cm
<i>a</i>	128 kryształów								
<i>b</i>	Kąt pola obrazu min. 60 stopni								
<i>c</i>	Zakres częstotliwości 2-5 MHz								
<i>d</i>	Głębokość skanowania min. 24 cm								
<b>2) Liniowa</b>									
5.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"><i>a</i></td> <td>Min. 128 kryształy</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>b</i></td> <td>Szerokość czoła min. 34 mm</td> </tr> </table>	<i>a</i>	Min. 128 kryształy	<i>b</i>	Szerokość czoła min. 34 mm				
<i>a</i>	Min. 128 kryształy								
<i>b</i>	Szerokość czoła min. 34 mm								

	<i>c</i>	Zakres częstotliwości min. 3-12 MHz
	<i>d</i>	Głębokość skanowania min. 8 cm
<b>TABLET</b>		
6.	Tablet przekątna min.8"	
7.	Pamięć min 64 GB	
18.	Wi-fi	
19.	Bluetooth	
20.	Wyświetlacz rozdzielczości min. 1920 x 1200 pikseli	