



Włocławek, dnia .....10.2024 r.

DZP/ 30 /2024

Strona internetowa/miejsce publicznie dostępne

**Z A W I A D O M I E N I E**  
**O ODRZUCENIU OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 14**  
**ORAZ**  
**Z A W I A D O M I E N I E**  
**O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 14**

Zamawiający - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – działając zgodnie z art. 255 pkt. 2 uPzp w związku z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz.U. 2024. 1320), zawiadamia wszystkie zainteresowane strony, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 EURO na podstawie art. 132 uPzp, pod nazwą: „**DOSTAWA SPRZĘTU DO ECPW I INNEGO ASORTYMENTU DO PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY.**” **Znak postępowania: DZP/ 30 /2024**, dokonał odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania w zakresie części nr 14.

W toku badania ofert pod względem merytorycznym Zamawiający ustalił, iż złożona w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części nr 14 oferta podlega odrzuceniu, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający nie jest w stanie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 14, co z kolei wypełnia przesłankę unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt. 2 uPzp.

**Oferta nr 3:**

**SUN-MED Spółka Cywilna**

**Dominik Siekierski, Sławomir Naparty**

**ul. Franciszkańska 104/112**

**91-845 Łódź**

Zamawiający odrzuca w zakresie **Części nr 14. Proteza do dróg żółciowych powlekana i niepowlekana**, ofertę Wykonawcy **SUN-MED Spółka Cywilna Dominik Siekierski, Sławomir Naparty** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 uPzp.

**Uzasadnienie faktyczne:**

Zamawiający w Formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi załącznik nr 2.14 do SWZ w zakresie części nr 14 poz. 3 wymagał następującego przedmiotu zamówienia: „*Prosta proteza plastikowa do dróg trzustkowych, średnica: 5 Fr, długość 30mm, 50mm, 70mm i 90mm (do wyboru Zamawiającego) z bocznymi otworami i listkami od strony końca dwunastniczego*”.

Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował protezę do dróg trzustkowych, o nazwie handlowej **Proteza do dróg trzustkowych**, o kodzie wyrobu: **PS-C 5/3, PS-C 5/5, PS-C 5/7, PS-C 5/9**, producent **Shaili Endoscopy**.

Zamawiający na etapie badania i oceny ofert, powziął wątpliwość, czy zaoferowana w części nr 14 poz. 3: **proteza do dróg trzustkowych** spełnia wymogi postawione w SWZ oraz w odpowiedzi na pytanie nr 24 z



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

dn. 22.05.2024 r., a mianowicie, czy zaferowana proteza plastikowa do dróg trzustkowych jest prosta, z bocznymi otworami i listkami od strony końca dwunastniczego?

Do powyższych wątpliwości – co do niezgodności oferty z SWZ, skłonił Zamawiającego załączony do oferty dokument tj. przedmiotowy środek dowodowy w postaci karty katalogowej, która nie potwierdza wymogu postawionego w SWZ. Mianowicie, z karty katalogowej wynika, że zaferowana Proteza do dróg trzustkowych o kodzie wyrobu: PS-C 5/3, PS-C 5/5, PS-C 5/7, PS-C 5/9, producent Shaili Endoscopy, jest protezą do dróg trzustkowych zakrzywioną, z listkami na każdym z końców stentu.

W związku z powyższym Zamawiający, zgodnie z art. 223 ust. 1 uPzp, pismem z dnia 07.08.2024 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty, a mianowicie czy zaferowana proteza do dróg trzustkowych o nazwie handlowej **Proteza do dróg trzustkowych**, o kodzie wyrobu: **PS-C 5/3, PS-C 5/5, PS-C 5/7, PS-C 5/9**, producent **Shaili Endoscopy**, jest prostą protezą plastikową do dróg trzustkowych, z bocznymi otworami i listkami od strony końca dwunastniczego?

Wykonawca w dniu 12.08.2024r. przesłał odpowiedź na wezwanie Zamawiającego w przedmiotowym zakresie, wyjaśniając iż „(.....) Zaferowane przez naszą firmę protezy typu PS-C rzeczywiście są lekko, łukowato wygięte, ale nie posiadają zawiniętego końca ani kształtu litery S. Wszystkie wspomniane protezy trzustkowe mają zastosowanie do protezowania trzustki, ale stosowane w różnych klinicznych przypadkach. (...).

Jednakże z załączonej do oferty karty katalogowej wynika, iż w/w protezy trzustkowe są zakrzywione. Ponadto załączona karta katalogowa oraz otrzymane od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami z dnia 12.08.2024r. zdjęcie potwierdza, że zaferowane przez Wykonawcę stenty trzustkowe posiadają 2 listki (zaczepy) mocujące **na każdym końcu stentu**, natomiast Zamawiający wymagał zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zaczepy) mocujące tylko **od strony końca dwunastniczego.**

Wobec powyższego, zaferowany asortyment nie spełnia warunków określonych przez Zamawiającego w SWZ oraz w udzielonych odpowiedziach na pytania Wykonawców z dnia 22.05.2024r. (tj. pytanie nr 24 dot. cz. 14 poz. 3), w którym Zamawiający nie dopuścił protezy plastikowej do dróg trzustkowych zakrzywionej, z bocznymi otworami i listkami z obu stron.

W związku z powyższym odrzucenie stało się zasadne, bowiem treść oferty Wykonawcy nie jest zgodna z warunkami zamówienia.

## **Uzasadnienie prawne:**

**Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5 uPzp Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.**

**Uwzględniając powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części nr 14 na mocy art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024. 1320).** Powodem unieważnienia części nr 14 jest brak możliwości wyboru przez zamawiającego oferty najkorzystniejszej, ponieważ jedyna złożona oferta w zakresie tej części została odrzucona.

SPORZĄDZIŁA: Beata Magos

p.o. DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  
we Włocławku

*mgr Dariusz Szczępaniński*



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00