

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Wrocław, dnia 13.01.2022r.

Zamawiający:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, Ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 05.01.2022

1. Pytanie nr 1 do pakietu nr 107 - Czy Zamawiający dopuści Wkładki do uszu neuromonitoring 1,3 cm dorośli/ Op = 50 szt?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pytania z dnia 03.01.2022

2. Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody były zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta, w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK?

W związku z brakiem powiązań prawnych z producentami elektrod niewymienionych w CE defibrylatora producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pytania z dnia 04.01.2022

3. Zadanie 9 poz. 1-5 - Prosimy o dopuszczenie masek z drenem 210 cm, sterylne. Czy Zamawiający wymaga aby maski były bez zawartości DEHP i BPA ?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

4. Zadanie 36 - Prosimy o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu o pojemności 2600 ml i komorą 400ml, precyzyjnie skalowanej od 3 ml do 50 ml. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie