

Krynica – Zdrój, dnia 29 marca 2023 r.

Nr sprawy: **DUL.2374.1.2023**

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest poniżej progów unijnych.

Dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskim MSWiA w Krynicy-Zdrój im. bł. Karoliny Kózkówny z podziałem na pakiety

Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. o art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) udziela odpowiedzi na pytania i dokonuje zmiany SWZ:

Pytanie nr 1

Zapytanie do części 6

Urządzenie do terapii Falą Uderzeniową

Czy zamawiający dopuści aparat do Fali uderzeniowej o poniższych parametrach

1. Aparat do terapii radialną wielowiązkową falą uderzeniową
2. Ciśnienie do 5 barów
3. Częstotliwość do 20 Hz
4. Kolorowy ekran dotykowy (5,7 ") ułatwiający sterowanie aparatem lub sterowanie funkcjami aparatu za pomocą pokręła nawigacyjnego
5. Waga max 7kg łącznie z wbudowanym kompresorem
6. Kompresor powietrzny wbudowany w aparat, bezolejowy – bezobsługowy

7. Encyklopedia terapeutyczna z kolorowymi rysunkami anatomicznymi 26 dedykowanych programów terapeutycznych
8. Możliwość definiowania własnych programów terapeutycznych
9. Ergonomiczny aplikator posiadający amortyzator sprężynowy ze skokiem sprężyny minimum 1 cm eliminujący transfer wstecznych wstrząsów w kierunku ręki terapeuty
10. Tryb pojedynczych i ciągłych uderzeń
11. Gotowe programy terapeutyczne
12. Programy użytkownika (100 programów)
13. Wymiary 320 x 190 x 280 mm
14. W zestawie następujące przekaźniki fali uderzeniowej: wielowiązkowy 15 mm, wielowiązkowy 9 mm, koncentrujący 15 mm, do redukcji cellulitu
15. Zapisywanie ostatnio wykonywanych zabiegów
16. Możliwość konfiguracji ekranu: Tryb obsługi , kolor ekranu, czas wyłączania
17. kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu
18. możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu
19. Możliwość definiowania hasła dostępu do aparatu
20. Pisemna autoryzacja na serwis i sprzedaż na terenie polski
21. Dedykowany kompletny zestaw regeneracyjny do aplikatora do samodzielnej wymiany
22. Oryginalny stolik producenta aparatu wyposażony w kabel zasilający, uchwyt na zasilacz do aparatu oraz 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce oraz 5 zamykanych schowków



Zapytanie motywujemy tym iż w najważniejszych parametrach to jest :

- Ekran dotykowy wielkość ekranu 5,7 cala jest wystarczający do sprawnego poruszania się po interfejsie aparatu jak również po encyklopedii anatomicznej

- Częstotliwość pracy do 20 Hz – jest również również wystarczający ponieważ w rehabilitacji wykorzystuje się częstotliwości od 8 do maksymalnie 12 Hz

Odpowiedź nr 1

TAK, Zamawiający dopuszcza urządzenie wskazane i opisane w powyższym Pytaniu nr 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

Czy w ramach pakietu siódmego Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o następujących parametrach:

Rodzaje treningu dostępne na urządzeniu:

trening pasywny – delikatny i ostrożny trening pasywny pozwala na wykonanie mobilizacji dla mięśni i stawów (np. podczas fazy rozgrzewki). Pozwala to na ograniczenie spastyki lub jej bezpieczną eliminację;

trening aktywny – w zależności od celu treningu mogą Państwo dostosować poziom oporu do własnych potrzeb i możliwości;

trening delikatny – silnik wspiera ruch podczas treningu mobilizując w ten sposób najsłabsze grupy mięśniowe

trening symetryczny – program treningowy pozwala na ocenę symetrii pracy obu kończyn podczas treningu. W przypadku dysfunkcji jednej strony, deficyt może być skorygowany.

Standardowe wyposażenie rotora:

duży 7” kolorowy wyświetlacz (panel dotykowy);

analiza 10 ostatnich przeprowadzonych treningów;

statystyki z treningu do analizy długoterminowej;

liczne protokoły treningowe;

bezpieczne zapięcia stóp z paskami rzepowymi;

regulowane pedały w zakresie promienia ruchu (regulacja bez użycia narzędzi);

regulacja wysokości (regulacja bez użycia narzędzi);

stabilne ergonomiczne uchwyty;

automatyczna kontrola spastyczności (Anti-Spastic Control);

wbudowane programy do walki ze spastycznością;

automatyczna zmiana kierunku ruchu (ustawiana indywidualnie);

praktyczny uchwyt na butelkę;

licznik pracy rotora;
gumowane kółka transportowe;
opcja terapii kończyn górnych i dolnych?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuści urządzenie wskazane w pytaniu nr 2, ale pod warunkiem że w oferowanym urządzeniu spełnione będą również pkt. 1,3,4,8,14,15 i 20 wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zmiana nr 1 do SWZ:

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SWZ Opisu przedmiotu zamówienia. Nowy Załącznik nr 2 do SWZ z dnia 29 marca 2023 r. staje się integralną częścią SWZ i należy go uwzględnić przy składaniu ofert.

W związku z powyższym zmiany dotyczą niżej wskazanych Pakietów:

I.

Pakiet nr 3: Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem 1 szt..

Zmiana w pkt 12. (z jednego dodatkowego zbiornika na **dwa dodatkowe zbiorniki 30 l**

Bez- zapasowy przewód i grzałka doprowadzające azot)

II.

Pakiet nr 6: Urządzenie do terapii Falą Uderzeniową 1 szt.

Zmiana w pkt 18 (z 2 kpl. na **3 kpl. Zestawu regeneracyjnego)**

III.

Pakiet nr 9: Aparat do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii z wyposażeniem 3 szt.

Zmiana ilości szt. aparatu – (z 3 szt. na **4 szt.)**

Nowy OPZ zostaje załączony do niniejszego pisma.

Zmiana nr 2 do SWZ

Było:

Rozdział XIV. SWZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **29.04.2023 r.**

Jest:

Rozdział XIV. SWZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **03.05.2023 r.**

Było:

Rozdział XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Miejsce składania ofert. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie: <https://platformazakupowa.pl/> do dnia 31 marca 2023 r. do godziny 14:00.

2. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu **31 marca 2023 r. o godzinie 14:30**. Otwarcie ofert na Platformie dokonane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym powyżej, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jest:

Rozdział XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Miejsce składania ofert. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie: <https://platformazakupowa.pl/> do dnia 04 kwietnia 2023 r. do godziny 14:00.

2. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu **04 kwietnia 2023 r. o godzinie 14:30**. Otwarcie ofert na Platformie dokonane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym powyżej, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stają się integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Załącznik nr 1

– Opis przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2023 r.