



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Materiały opatrunkowe (III)** Nr sprawy: ZP-24-108UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które zacytowano poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Zadanie 2 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do implantów usznych, z którego Zamawiający korzystał z powodzeniem w poprzedniej umowie przetargowej, zawierający: 2 x Kieszka foliowa jednokomorowa z kształtką i przyklepcem, wykonana z folii PE, rozm. 30x40 cm, 1 x foliowa osłona na aparaturę o średnicy w stanie rozciągniętym 116 cm, w stanie swobodnym 36 cm? Reszta elementów zgodna z SWZ

Odpowiedź 1:

Pytanie 2: Zadanie 3 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przylepca o rozmiarze 9,14mx2,5cm w opakowaniu 12 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 84 op. ?

Odpowiedź 2: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania i w zakresie rozmiaru szerokości przylepca wymaga: 1,25 cm oraz nie wyraża zgody na przeliczenia sztuk na opakowania. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie narzuca wielkości opakowania zbiorczego a wymaga by zaoferowana wielkość opakowania w przeliczeniu na sztuki była podzielna na zamawianą ilość w sztukach.

Pytanie 3: Zadanie 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przylepca o rozmiarze 5mx2,5cm w opakowaniu 22 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości tj. 46 op. ?

Odpowiedź 3: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania i w zakresie rozmiaru przylepca wymaga: 9m x 1,25 cm oraz nie wyraża zgody na przeliczenia sztuk na opakowania. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie narzuca wielkości opakowania zbiorczego a wymaga by zaoferowana wielkość opakowania w przeliczeniu na sztuki była podzielna na zamawianą ilość w sztukach.

Pytanie 4: Zadanie 9 poz. 1 a-e

Czy Zamawiający dopuści serwety z laminatu dwuwarstwowego (struktura laminatu: folia polietylenowo-polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 55g/m²?

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet z laminatu dwuwarstwowego (struktura laminatu: folia polietylenowo-polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 55g/m².

Pytanie 5: Zadanie 9 Poz. 1a – Czy Zamawiający oczekuje serwetę 45x45 cm (+5cm) z taśmą lepłą?

Odpowiedź 5: Zamawiający oczekuje zaoferowania serwety z taśmą lepłą.

Pytanie 6: Zadanie 13 poz. 1 a i b

Czy Zamawiający dopuści serwety z laminatu dwuwarstwowego (struktura laminatu: folia polietylenowo-polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 55g/m²?

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet z laminatu dwuwarstwowego (struktura laminatu: folia polietylenowo-polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 55g/m².



Pytanie 7: Zadanie 13 poz. 1 a – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety 50x60cm z otworem owalnym 6x8cm otoczonym taśmą lepną?

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet 50x60cm z otworem owalnym 6x8cm otoczonym taśmą lepną.

Pytanie 8: Zadanie nr 14 poz. 1 Czy zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia niepalności podkładu medycznego badaniami?

Odpowiedź 8: Zamawiający, zgodnie z SWZ, wymaga by przedmiotowe środki dowodowe potwierdzały wszystkie wskazane parametry przedmiotu zamówienia co w przypadku pakietu 14 poz. 1 dotyczy m.in. niepalności podkładu medycznego.

Pytanie 9: Zadanie nr 16 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 16 szt.?

Odpowiedź 9: Zamawiający w zakresie pojemności opakowania zbiorczego dopuszcza maksymalnie 12 szt.

Pytanie 10: Dotyczy warunków umowy §1 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00? Pozwoli to na realizację dostaw zgodną z terminem dostaw wyznaczonym przez Zamawiającego w dniach.

Odpowiedź 10: Zamawiający, ze względu na wewnętrzną organizację czasu pracy, nie wyraża zgody na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00.

Pytanie 11: Dotyczy warunków umowy §2 ust. 7 –

Czy Zamawiający odstąpi od udostępnienia na żądanie Zamawiającego wydruku temperatur dokumentującego warunki transportu? Po stronie Wykonawcy leży odpowiedzialność za warunki i sposób transportu wyrobów medycznych. Zapisy dot. rejestru i wydruku temperatur mają zastosowanie przy transporcie wyrobów farmaceutycznych.

Odpowiedź 11: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczania wydruków z rejestracji temperatury transportu dostaw dla każdego z pakietów i zmienia treść § 2 ust. 7 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę produktów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność, aż do momentu odebrania produktów przez Zamawiającego.”

Pytanie 12: Dotyczy warunków umowy §4 –

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający zgodzi się zmienić istniejący zapis na następujący:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt 12 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 14 i 15, których dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 1.

Odpowiedź 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych. Wskazane wysokości kar umownych zabezpieczają interes publiczny i są dyscyplinujące dla Wykonawcy, ale w żaden sposób nie noszą znamion rażąco wygórowanych.

Pytanie 13: Dotyczy warunków umowy §8 ust. 2 –

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §8 ust. 2 umowy poprzez przyjęcie, że waloryzacja wynagrodzenia będzie dopuszczalna:

1) Gdy poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, o których mowa w pkt 1, uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia Strony przekroczy 15 a nie 25%? (zmiana ceny/kosztu o 15% w stosunku do ceny/kosztu z dnia zawarcia Umowy)

Odpowiedź 13: Zamawiający nie dopuszcza zmian i podtrzymuje obecne brzmienie §8 ust. 2 umowy.



Pytanie 14: PAKIET 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przylepiec o długości 9,1m?

Odpowiedź 20: Zamawiający w zakresie rozmiaru długości przylepca dopuszcza długość większą niż 9m

Pytanie 21: pakiet 17 poz 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przylepiec 2,5cmx5m pakowany po 16 sztuk

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze maksymalnie 12 szt.

Pytanie 15: PAKIET 8 –

Zamawiający deklarując ilość w wielkości 1100 ma na myśli - 1100 op po 3 sztuki pasków czy Wykonawca musi podzielić 1100 /5 ? (Paski Do Zamykania Ran 6mmx75mm a5szt)

Odpowiedź 15: Zamawiana ilość to 1100 sztuk, czyli należy zaoferować 220 opakowań po 5 sztuk

Pytanie 16: Pakiet nr 6 –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji tarczycy o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu)

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wzmocnienie 75 x 90 cm

1 serweta 225 cm x 240 cm z wycięciem „U” 20 cm x 20 cm wzmocniona

1 serweta 150 cm x 260 cm z wycięciem „U” 20 cm x 60 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²), chłonność min. 155 ml/m². W serwecie z wycięciem U 20 x2 0cm (dolnej) poniżej wycięcia polipropylenowa łąta chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5 g/m²), chłonność min. 385 ml/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Pakowane a' 15 szt.

Odpowiedź 16: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu.

Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17: Pakiet nr 7 –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do żyłaków kończyn dolnych o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu)

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wzmocnienie 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²), chłonność min. 155 ml/m². W serwecie z wycięciem U 20 x2 0cm (dolnej) poniżej wycięcia polipropylenowa łąta chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5 g/m²), chłonność min. 385 ml/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Pakowane a' 12 szt.

Odpowiedź 17: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu.

Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18: Pakiet nr 13 poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 6 cm?

Odpowiedź 18: Zamawiający nie dopuszcza zmian i podtrzymuje swoje wymagania określone w SWZ.



Pytanie 19: *Pakiet nr 13 poz. 2* – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 10 cm?

Odpowiedź 19: Zamawiający nie dopuszcza zmian i podtrzymuje swoje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 20: *Pakiet nr 26 poz. 1* –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni w rozmiarze 38 x 40 cm?

Odpowiedź 20: Zamawiający nie dopuszcza zmian i podtrzymuje swoje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 21: *Pakiet 9 poz. 1a* – Czy Zamawiający wymaga serwety z taśmą lepną? Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a 2 sztuki?

Odpowiedź 21: Zamawiający oczekuje zaoferowania serwety z taśmą lepną. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie narzuca wielkości opakowania zbiorczego a wymaga by zaoferowana wielkość opakowania w przeliczeniu na sztuki była podzielna na zamawianą ilość w sztukach.

Pytanie 22: *Pakiet 9 poz. 1b* – Czy Zamawiający dopuści rozmiar 75 x 75 cm?

Odpowiedź 22: Zamawiający nie dopuszcza zmian i podtrzymuje swoje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 23: *Pakiet 9 poz. 1C* – Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną na dłuższym boku?

Odpowiedź 23: Zamawiający nie dopuszcza zmian i podtrzymuje swoje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 24: *Pakiet 9 poz. 1d, e* – Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną na krótszym boku?

Odpowiedź 24: Zamawiający nie dopuszcza zmian i podtrzymuje swoje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 25: *Pakiet 9 poz. 1e* – Czy Zamawiający dopuści rozmiar 150 x 200 cm?

Odpowiedź 25: Zamawiający nie dopuszcza zmian i podtrzymuje swoje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 26: *Pakiet 13 poz. 1a* – Czy Zamawiający dopuści Serwetę 50x60cm z otworem przylepnym 6x8cm?

Odpowiedź 26: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet 50x60cm z otworem owalnym 6x8cm otoczonym taśmą lepną.

Pytanie 27: *Pakiet 14* – Czy Zamawiający dopuści gramaturę całkowitą 55 g/m²?

Odpowiedź 27: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu medycznego o gramaturze całkowitej 55 g/m².

Pytanie 28: *Pakiet 10 poz. 1* – Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w w/w pozycji produktu w opakowaniu handlowym zawierającym 42 sztuki.

Odpowiedź 28: Zamawiający nie określił ani nie narzucił po ile ma być pakowany produkt, określił jedynie ilość sztuk oraz dodał zapis, że zaoferowana wielkość opakowania w przeliczeniu na sztuki musi być podzielna na zamawiana ilość w sztukach.

Pytanie 29: dot. projektu umowy §4 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §4 ust. 1 w sposób następujący:

W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt 5 i § 2 pkt. 12 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 14 i 15, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów

Odpowiedź 29: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.



Pytanie 30: dot. projektu umowy §4 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §4 ust. 2 w sposób następujący:
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź 30: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 31: dot. projektu umowy §4 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §4 ust. 6 w sposób następujący:
W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie (przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika asortymentowo-cenowego do niniejszej umowy), jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienie szkody wynikającej ze zwłoki.

Odpowiedź 31: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 32: Pakiet 1 poz. 1 –

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym:

- serweta dwuwarstwowa 150 x 200 cm z wycięciem „U”, ma w obszarze krytycznym dodatkowy pad o całkowitej chłonności min. 386 ml/m² (zamiast 400 ml/m²)
- zamiast serwety 150 x 250 cm, jest serweta dwuwarstwowa niewzmocniona w rozmiarze 200 x 245 cm, z samoprzylepnym wycięciem „U” (19 x 19,5 cm) na krótszym boku i zintegrowanym uchwytem Velcro, która ma w obszarze krytycznym chłonność min. 156 ml/m²
- kieszenie wchodzące w skład zestawu nie posiadają sztywnika
- fartuchy chirurgiczne wykonane są z włókniyny SMS o gramaturze min. 35 g/m²
- serwety wchodzące w skład zestawu mają gramaturę 55g/m² i chłonność min. 156ml/m² a w miejscach dodatkowych padów chłonnych gramaturę 110 g/m² i chłonność min. 386 ml/m².

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź 32 : Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 33: Pakiet 1 –

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37

Odpowiedź 33: Tak, Zamawiający oczekuje z uwzględnieniem okresów przejściowych.

Pytanie 34: Pakiet 4 poz. 1a – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymagania opisu przedmiotu zamówienia, jednakże posiadającego rozmiar 10x20cm?

Odpowiedź 34: Zamawiający dopuszcza opatrunek o wymiarach 10X20cm.

Pytanie 35: Pakiet 6 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sprzedawanego w opakowaniach handlowych a'8szt.?

Odpowiedź 35: Zaoferowana wielkość opakowania w przeliczeniu na sztuki musi być podzielna na zamawiana ilość w sztukach .

Pytanie 36: Pakiet 7 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serweta w pkt.3) ma dodatkowy pad chłonny w rozmiarze 75 x 130 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian

Odpowiedź 36 Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje swoje wymagania określone w SWZ.



Pytanie 37: *Pakiet 7 poz. 1* –

Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli chłonność w miejscach padów chłonnych min. 385 ml, zamiast 3285ml?

Odpowiedź 37: Zamawiający informuje, że doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli chłonność w miejscach padów chłonnych min. 385 ml, zamiast 3285ml. W związku z powyższym Zamawiający koryguje zapis załącznika nr 7 do SWZ.

Pytanie 38: *Pakiet 12 poz. 1* –

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym:

- serweta w pkt.2) posiada warstwę przylepną i pad chłonny w rozmiarze 50x75cm
- serweta w pkt.3) posiada warstwę przylepną i pad chłonny w rozmiarze 50x75cm
- serweta w pkt.4) posiada warstwę przylepną i pad chłonny w rozmiarze 100x37,5cm
- kieszenie wchodzące w skład zestawu nie posiadają sztywnika
- uchwyt typu Velcro ma rozmiar min. 2x14cm
- chusty z gazy posiadają tasiemkę ułatwiającą zlokalizowanie jej podczas zabiegu
- w skład zestawu wchodzi dwa fartuchy operacyjne bawełnopodobne wzmocnione w rozmiarze L (zamiast L i M)
- serwety wchodzące w skład zestawu mają gramaturę 55g/m² i chłonność min. 156ml/m² a w miejscach dodatkowych padów chłonnych gramaturę 110 g/m² i chłonność min. 386 ml/m².

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź 38: Zamawiający swoje wymagania oraz oczekiwania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 39: *Pakiet 12* –

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodnie z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37

Odpowiedź 39: Zamawiający swoje wymagania oraz oczekiwania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 40: *Pakiet 13 poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet o minimalnej gramaturze 55 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź 40: Zamawiający nie dopuszcza, swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 41: *Pakiet 26 poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni w rozmiarze 38 x 43 cm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź 41: Zamawiający nie dopuszcza, swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 42: *Pakiet 26 poz. 2*

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy pakowanej pojedynczo w opakowaniach handlowych a'115szt.?

Odpowiedź 42: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.