



Rybnik, dnia 23 grudnia 2020 r.

DZz.380.3.34.2020.LAp.361.P,LLb.528

**Znak sprawy**

### **Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę i serwis czytnika pasków moczu wraz z dostawami odczynników i materiałów kontrolnych oraz dostawy preparatów do dezynfekcji małych i dużych powierzchni dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 23.12.2020 R.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1** [dotyczy Formularza asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 2 do SIWZ) w zakresie Pakietu 1]

Minimalne wymagania (parametry techniczne i inne warunki) stawiane przez Zamawiającego, które musi spełnić czytnik pasków moczu.

„Długość fal: 525, 572, 610 i 66 nm”

Czy Zamawiający dopuści czytnik pasków moczu posiadający możliwość pomiaru w następujących długościach fal: 470, 550, 610 i 910 nm?

Uzasadnienie:

Długości fal dostosowane do zastosowanych pasków.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści czytnik pasków moczu posiadający możliwość pomiaru w następujących długościach fal: 470, 550, 610 i 910 nm.

**Pytanie 2** [dotyczy Formularza asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 2 do SIWZ) w zakresie Pakietu 1]

Minimalne wymagania (parametry techniczne i inne warunki) stawiane przez Zamawiającego, które musi spełnić czytnik pasków moczu.

„Pamięć wyników: 2 000 wyników pacjentów oraz 50 pasków QC”

Czy Zamawiający dopuści czytnik pasków moczu posiadający pamięć wyników: 500 wyników i 20 kontroli?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

[Pytanie 3](#) [dotyczy Formularza asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 2 do SIWZ) w zakresie Pakietu 1]

Minimalne wymagania (parametry techniczne i inne warunki) stawiane przez Zamawiającego, które musi spełnić czytnik pasków moczu.

„Możliwość zdefiniowania barwy i przejrzystości moczu za pomocą skanera kodów kreskowych, kompensacja pomiaru uwzględniająca intensywność zabarwienia moczu.”

Czy Zamawiający dopuści czytnik pasków moczu umożliwiający wybór barwy i przejrzystości moczu z menu czytnika a nie za pomocą czytnika kodów kreskowych?

[Odpowiedź:](#)

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

[Pytanie 4](#) [dotyczy Formularza asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 2 do SIWZ) w zakresie Pakietu 1]

Minimalne wymagania (parametry techniczne i inne warunki) stawiane przez Zamawiającego, które musi spełnić czytnik pasków moczu.

„Możliwość sprawdzenia układu optycznego analizatora w dowolnym momencie pomiaru”

Czy Zamawiający dopuści czytnik pasków moczu w przypadku którego sprawdzanie układu optycznego wykonywane jest podczas opcji autostart? Osobny pomiar przed rozpoczęciem oznaczeń.

[Odpowiedź:](#)

Zamawiający dopuści czytnik pasków moczu, w przypadku którego sprawdzanie układu optycznego wykonywane jest podczas opcji autostart. Osobny pomiar przed rozpoczęciem oznaczeń.

[Pytanie 5](#) [dotyczy Formularza asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 2 do SIWZ) w zakresie Pakietu 1]

Minimalne wymagania (parametry techniczne i inne warunki) stawiane przez Zamawiającego, które musi spełnić czytnik pasków moczu.

Paski kontroli N i P.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontroli N i P w postaci kontrolki płynnej w objętości 15 ml każda oraz doliczenie odpowiedniej ilości pasków w celu zabezpieczenia ilości niezbędnych do wykonania kontroli codziennej? W celu prawidłowego wyliczenia ilości pasków oraz fiolek z kontrolką prosimy o podanie harmonogramu codziennej kontroli jakości.

[Odpowiedź:](#)

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kontroli N i P w postaci kontrolki płynnej w ilości niezbędnej do wykonania codziennego pomiaru kontroli na dwóch poziomach, z uwzględnieniem terminu trwałości kontroli po otwarciu fiołki. Zamawiający nie wymaga doliczenia ilości pasków do wykonania oznaczeń kontrolnych.

Powyższą informację należy traktować jako integralną część SIWZ.

Dyrektor  
Joachim Foltys

(podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej)