



Znak: AE/ZP-27-30/22

Tarnów, 2022-04-29

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: odczynników do metody manualnej próbówkowej badań serologicznych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy należy zaoferować w pozycji nr 1 surowicę barwioną zgodnie z międzynarodowymi standardami?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy w pozycji nr 2 należy zaoferować surowicę IgG barwioną?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt 2 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy wymaganie w załączniku nr 4 pozycja nr 2 dotyczy tylko odczynników jeśli takie wymaganie dotyczy odczynnika?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt 5 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy wymaganie w załączniku nr 4 pozycja 5 dotyczy krwinek gotowych do użycia o stężeniu 4%+/-1 ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SWZ w **Pakiecie Nr 1 w pozycji 1** w kolumnie „Wyszczególnienie” **zapis o treści:**

„Surowica antyglobulinowa poliwalentna płynna”

zmienia na zapis o treści:

„Surowica antyglobulinowa poliwalentna płynna, barwiona”

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** surowicy IgG barwionej.

Ad. 3 Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt 2 Załącznik Nr 4 do SWZ – Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1** w kolumnie „Parametry wymagane” **zapis o treści:**

„Odczynniki oznakowane znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - Dz.U. z 2013 r. poz. 1127)”

zmienia na zapis o treści:

„Odczynniki ujęte w Formularzu Cenowym w Załączniku Nr 1 w Pakiecie Nr 1 poz.: 1-9, 13 oznakowane znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - Dz.U. z 2013 r. poz. 1127). Odczynniki ujęte w Formularzu Cenowym w Załączniku Nr 1 w Pakiecie Nr 1 poz.: 10- 12 oznakowane znakiem CE.”

Ad. 4 Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt 5 Załącznik Nr 4 do SWZ – Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1** w kolumnie „Parametry wymagane” **zapis o treści:**

„Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał (PTA LISS) gotowe do użycia - stężone (do rozcieńczania)”

zmienia na zapis o treści:

„Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał (PTA LISS) stężone (do rozcieńczania 4%+/-1)”

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.1, Ad.3 i Ad.4, działając na podstawie art.286 ust.3 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 09.05.2022r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 09.05.2022r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 07.06.2022r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 16.1., 17.1., 18.1., Załączniku Nr 1 – Formularzu Cenowym, Załączniku Nr 4 oraz działając na podstawie art.286 ust.6 ustawy zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 1 do SWZ – Formularz Cenowy oraz Załącznik Nr 4 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek