

nr DPS.41410.1.2022.SN

Rydułtowy, dnia 11.02.2022r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Kompleksowa usługa świadczenia teleopieki wraz z zapewnieniem niezbędnego sprzętu i oprogramowania do tego celu dla 50 seniorów, mieszkańców miasta Rydułtowy w ramach projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”.

Dnia 07.02.2022 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Dzień dobry, prosimy o zmianę zapisu dotyczącego, iż przycisk SOS musi być oznaczony alfabetem Braille'a na zapis: przycisk SOS może być oznaczony alfabetem Braille'a lub posiadać wyczuwalny pod palcem kształt. Prosimy o dodanie zapisu iż dopuszczalne jest proste ładowanie: indukcyjne lub magnetyczne. Tu chcemy zaznaczyć, iż jeden i drugi typ ładowania wymaga przez seniora użycia kabla. W tym wypadku użycie ładowania magnetycznego jest prostsze, ponieważ sama końcówka kabla z łatwością łączy się z opaską i nie ma konieczności właściwego umieszczenia opaski na ładowarce. Utrudnione jest też w przypadku opaski z ładowaniem magnetycznym rozłączenie ładowania, gdyż przesunięcie opaski odbywa się wraz z kablem. W przypadku ładowania indukcyjnego poruszenie opaski na ładowarce może skutkować przerwaniem ładowania opaski, a przez to wydłużyć czas jej ładowania. W takim kształcie zapytanie ewidentnie sugeruje możliwość startowania i wyboru przez Zamawiającego tylko jednego wykonawcę co jest niezgodne z zasadami zamówień publicznych m.in: 1.zasadą uczciwej konkurencji - wymaga od zamawiającego przeprowadzenia postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz interesem innego przedsiębiorcy bądź klienta, zapewniający dostęp grupom wykonawców i ograniczający wykorzystywanie pozycji monopolistycznej przez inne podmioty 2.zasadą równości - zgodnie z nią zamawiający nie może preferować ani dyskryminować żadnego z podmiotów przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia; powinni oni być traktowani na równych prawach przez zamawiającego w toku całego postępowania, a stawiane im wymagania powinny być jasne i znane w chwili przygotowywania ofert.

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień oraz modyfikuje treść SWZ w części dotyczącej załącznika nr 1 do SWZ w następującej części:

było:

1.11 ładowanie bransoletki/opaski życia musi odbywać się w sposób bezprzewodowy - ładowanie indukcyjne (bez podłączania kabla, a przez położenie na ładowarce), do bransoletki/opaski życia musi być dołączona ładowarka indukcyjna;

po zmianie:

1.11 ładowanie bransoletki/opaski życia musi odbywać się w sposób prosty, dostosowany do odbiorców opaski (seniorów) tj. ładowanie indukcyjne (bez podłączania kabla, a przez położenie na ładowarce) lub ładowanie magnetyczne, do bransoletki/opaski życia musi być dołączona odpowiednia ładowarka;

było:

*1.13 zawierać tylko **jeden przycisk SOS** do wezwania pomocy. Po naciśnięciu przycisku, użytkownik nawiązuje połączenie z dyspozytorem centrum teleopieki. Przycisk SOS musi być oznaczony alfabetem Braille'a;*

po zmianie:

*1.13 zawierać tylko **jeden przycisk SOS** do wezwania pomocy. Po naciśnięciu przycisku, użytkownik nawiązuje połączenie z dyspozytorem centrum teleopieki. Przycisk SOS **może** być oznaczony alfabetem **Braille'a lub wyczuwalny pod placem kształt**;*

zatwierdzam.....
Kierownik Zamawiającego