

Zakup chłodziarek do odpadów medycznych – mokrych wraz z pojemnikami oraz mobilnych urządzeń chłodniczych z przeznaczeniem do transportu produktów medycznych oraz materiałów krwiopochodnych

Znak sprawy: DZP.TP.5.2024

Załącznik nr 1.1

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Chłodziarka do odpadów medycznych
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1.	Przeznaczone do krótkotrwałego przechowywania odpadów medycznych (do 7 dni)
2.	Komora przystosowana do pojemników o pojemności 120 l – 1 szt.
3.	Wymagany dodatkowo pojemnik 1 szt. na odpady o pojemności 120 l do każdej chłodziarki
4.	Korpus i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
5.	Izolacja komory chłodniczej z pianki poliuretanowej, dno nieizolowane
6.	Drzwi z uszczelką magnetyczną co najmniej z trzech stron
7.	Pokrywa z uszczelką magnetyczną dookoła
8.	Uchwyt drzwi i pokrywy gięty z blachy
9.	Ekologiczny czynnik chłodniczy
10.	Energooszczędny agregat sprężający
11.	Automatyczny system rozmrażania i odparowania skroplin
12.	Sterowanie parametrami pracy urządzenia przy pomocy elektronicznego termoregulatora z wyświetlaczem cyfrowym (wymagany zakres temperatury od +4°C do +8°C)
13.	Automatyczny rejestr temperatury z możliwością darmowego odczytu i darmowego tworzenia list temperatur za pomocą aplikacji w celu tworzenia cyfrowej dokumentacji bez jakichkolwiek opłat
14.	Zasilanie: 230V/50 Hz
15.	Możliwość przejścia przez futrynę drzwiową o szerokości do 800 mm