



Świnoujście, 28.07.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/0947/249/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium Wody i Laboratorium Ścieków w okresie 12 miesięcy**”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie informacji o czujniku do konduktometru WTW (poz. 46 wykazu zapotrzebowania na szkło i materiały eksploatacyjne) tj. długość kabla (1,5, 3, 6, 10, 20m).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że kabel czujnika do konduktometru WTW LF 197 wymienionego w poz. 46 załącznika nr 2 do oferty – szkło i materiały eksploatacyjne, ma mieć długość 6m.

Dyrektor Naczelny


mgr inż. Małgorzata Bogdał