



Poznań, dnia 16.11.2023r.

Oznaczenie sprawy: PN-131/23

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę embrioscopu i mikroskopu wraz z mikromanipulatorem**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1:

Część 1 – embrioscop

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę minimalnej ilości płytek hodowlanych do 12, umożliwiających hodowlę min 14 zarodków na każdej z nich?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymagania dotyczącego kompatybilnego systemu umożliwiającego identyfikację płytek hodowlanych, gdyż ten wymóg spełnia urządzenie tylko jednej firmy dostępnej na rynku?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymagania dotyczącego czytnika kodów QR i zastąpienie tego zapisu propozycją możliwości zaoferowania czytelnego znakowania płytek hodowlanych w inny, nie budzący wątpliwości, sposób?
Odp.: Zamawiający nie wykreśla wymagania, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymagania dotyczącego integracji posiadanego oprogramowania EmbryoViewer i zastąpienie go nowym oprogramowaniem kompatybilnym z nowym urządzeniem?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametru pojemności serwera na min 16 TB na etapie złożenia oferty i oświadczenie o zwiększeniu pojemności do 32 TB w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia?
Odp.: Zamawiający nie dokonuje zmian, ale dopuszcza proponowane parametry.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie parametrów urządzenia dotyczących jego wagi i wymiarów?
Odp.: Zgodnie z SWZ.





7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie zakresu temperatur umożliwiających eksploatację urządzenia z zakresu 21- 28oC na zakres między 18 - 30oC?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości płaszczyzn wykonywania zdjęć zarodka na min. 7?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podniesienie dolnego zakresu regulacji poziomu O2 z 4% do 5%?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zakresu regulacji poziomu CO2 w zakresie od 3-12% +/- 0,5% do poziomu 2,9-9,9%?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości jednoczesnej hodowli z 220 do minimum 168 zarodków? Zakładając pierwotny wymóg dotyczący minimum 14 płytek hodowlanych z miejscem na 14 zarodków na każdej z płytek całkowita ilość wynosi 196 zarodków.
Odp.: Zgodnie z SWZ.
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zestawu kompatybilnych płytek hodowlanych z 320 do 325 sztuk?
Odp.: Zgodnie z SWZ.

Część nr 2: Mikroskop wraz z mikromanipulatorem

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości szablonów procedur z 5 do 3?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymogu dotyczącego funkcjonalności obrotu silnikami w płaszczyźnie poziomej od -45 stopni do 90 stopni?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę długości parafokalnej z 60 mm do 44 mm?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
4. Czy Zamawiający zaakceptuje okulary o powiększeniu 10x bez regulacji dioptryjnej?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymagania dotyczącego prostokątnego stolika posiadającego współosiowe, regulowane pokrętki z możliwością wyboru wysokości (nisko/średnio/wysoko)?
Odp.: Zgodnie z SWZ.





Zestaw nr 2:

Dotyczy

cz. 1 i 2: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim? Zgodnie z art. 12.4 ustawy o wyrobach medycznych z dn. 7 kwietnia 2022 r. wyroby medyczne przeznaczone do używania przez profesjonalnych użytkowników (niebędących laikami) mogą posiadać instrukcje obsługi w języku angielskim.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 14 dni roboczych od dnia podjęcia czynności mających na celu diagnozę niesprawności, a w przypadku konieczności dostarczenia części spoza terytorium RP, wydłużenia czasu naprawy o 4 dni robocze? W niektórych przypadkach czas naprawy do 5 dni roboczych jest zbyt krótki a sprowadzenie części spoza RP w ciągu dwóch dni roboczych jest wręcz niemożliwe.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w następujący sposób:

a. za przekroczenie terminu dostawy określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,2% wartości umowy netto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

b. za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wartości umowy netto określonej w §4 ust. 1;

c. za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 20% wartości netto umowy określonej w §4 ust. 1;

d. za zwłokę w przekroczeniu terminu reakcji serwisowej oraz terminu zakończenia napraw których mowa w §6 ust. 8 i 9 w wysokości 0,2% wartości umowy netto określonej w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; Zawarte przez Zamawiającego we wzorze umowy kary umowne są jednostronne i nieproporcjonalne a ich zakres jest zbyt wysoki. Kary umowne mają służyć Zamawiającemu jako rekompensata za poniesione straty spowodowane opóźnieniem lub odstąpieniem od umowy a nie być sposobem zarobkowania.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

