



Dział Zamówień Publicznych
Tel. 12/ 614 25 34
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.55.482.2021

Kraków 06.08.2021

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, że wpłynęły pytania do postępowania nr **DZ.271.55.2021** - „**Wypożyczenie Pracowni i Oddziałów Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego w aparaturę diagnostyczną i zabiegową**”

PAKIET III - Głowice przezprzetykowe do posiadanych aparatów echokardiograficznych EPIQ 7 - 2 sztuki

Pytanie 1.

Dot. pakietu nr 3

W związku z rozbieżnymi zapisami SWZ i umowy zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Odp.: TAK, Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

PAKIET IV - Respiratory transportowe - 2 sztuki

Pytanie 2.

Dotyczy pkt 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator transportowy posiadający regulowany czas wdechu w zakresie 0,25 do 5,0 [s]?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokiej klasy respirator transportowy posiadający regulowany czas wdechu w zakresie 0,25 do 5,0 [s].

Pytanie 3.

Dotyczy pkt 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator transportowy posiadający regulowane ciśnienie wdechu w zakresie 5-60 [cmH2O]?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokiej klasy respirator transportowy posiadający regulowane ciśnienie wdechu w zakresie 5-60 [cmH2O].

Pytanie 4.

Dotyczy pkt 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator transportowy posiadający regulowane ciśnienie wspomagania w zakresie 5 – 40 [cmH2O]?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokiej klasy respirator transportowy posiadający regulowane ciśnienie wspomagania w zakresie 5 – 40 [cmH2O].

Pytanie 5.

Dotyczy pkt 75



Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania integralnego nebulizatora synchronicznego, co pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty? Możliwe jest zaoferowanie zewnętrznego nebulizatora, jednak rozwiązanie to zwiększy ofertę cenową.

Odp.: TAK, Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania integralnego nebulizatora synchronicznego.

Pytanie 6.

Dotyczy pkt 77

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania ramienia podtrzymującego układ oddechowy? Ramię to jest niezmiernie rzadko wykorzystywane w praktyce klinicznej w konfiguracji respiratora transportowego i uwzględnienie go w ofercie cenowej niewspółmiernie zwiększy cenę bez zwiększania funkcjonalności w codziennej pracy klinicznej.

Odp.: TAK, Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania ramienia podtrzymującego układ oddechowy.

PAKIET V - Mikroskop do obserwacji w fluorescencji oraz w świetle przechodzącym w jasnym polu – zestaw

Pytanie 7.

Pyt. 1. do zał. nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia, do wiersza 13 w tabeli (Oświetlacz fluorescencyjny).

Czy Zamawiający oczekuje oświetlacza fluorescencyjnego LED trzypozycyjnego (umożliwiającego w przyszłości zainstalowanie jednocześnie trzech diod) z wbudowaną wymaganą jedną diodą LED dla wzbudzenia 470 nm?

Odp.: TAK, Zamawiający oczekuje oświetlacza fluorescencyjnego LED trzypozycyjnego (umożliwiającego w przyszłości zainstalowanie jednocześnie trzech diod) z wbudowaną wymaganą jedną diodą LED dla wzbudzenia 470 nm.

Pytanie 8.

Pyt. 2. do zał. nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia, do wiersza 31 w tabeli (Zestaw komputerowy).

Zamawiający w części „Zestaw komputerowy” wymaga podania producenta i modelu komputera. Podanie producenta i modelu wymienionych podzespołów wydaje się nadmiarowy. Dostępność podzespołów urządzeń elektronicznych, szczególnie w branży IT, jest bardzo dynamiczna i trudno zagwarantować, że dany producent lub model będzie jeszcze dostępny w momencie realizacji zamówienia. Czy Zamawiający może zrezygnować z wymogu podania producenta i modelu komputera?

Odp.: TAK, Zamawiający rezygnuje z wymogu podania producenta i modelu komputera.

Pytanie 9.

Pyt. 3. do zał. nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia, do wiersza 38 w tabeli.

Zamawiający w części „Warunki gwarancji i serwisu na wszystkie elementy oferowanego zestawu” wymaga bardzo krótkiego terminu wykonania naprawy – max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. Proponowany sprzęt jest bardzo wysokiej klasy i bardzo rzadko zdarzają się awarie. Niemniej w przypadku awarii wymagającej wymiany podzespołu, czas dostarczenia elementu od producenta z zagranicy może wynosić do 21 dni. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie maksymalnego terminu wykonania naprawy do 21 dni od daty zgłoszenia naprawy?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie maksymalnego terminu wykonania naprawy do 21 dni od daty zgłoszenia naprawy.

PAKIET VI - Stoły operacyjne dla Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiokirurgii - 2 komplety

Pytanie 10.



Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny wyposażony w znacznie bardziej precyzyjny oraz znacznie mniej awaryjny niż pierwotnie wymagany napęd elektromechaniczny wszystkich funkcji sterowanych z pilota (kolumna, blat, stopki)?

Proponowane rozwiązanie jest znacznie lepsze niż pierwotnie wymagane.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny (mobilny) posiadający podstawę jezdnią wyposażoną w 4 w pełni obrotowe koła o średnicy 100mm?

Pragniemy zauważyć, że różnica pomiędzy pierwotnym wymogiem a proponowanym rozwiązaniem wynosi jedynie 25mm i biorąc pod uwagę doskonałą mobilność stołu (wszystkie koła skrętne, bardzo dobre wyważenie stołu, wystarczający prześwit pomiędzy podstawą a podłożem) nie ma absolutnie żadnego znaczenia pod względem użytkowym.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny posiadający obudowę podstawy gładką, bez zagłębień i elementów umożliwiających gromadzenie się zanieczyszczeń, wykonaną z odpornej na uszkodzenia oraz środki dezynfekcyjne stali nierdzewnej?

Proponowane rozwiązanie jest znacznie lepsze niż pierwotnie wymagane.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny posiadający tunel na kasety RTG (a zatem i obszar prześwitłości blatu) o szerokości 406mm?

Pragniemy zauważyć, że jest to szerokość pozwalająca na zastosowanie standardowych komponentów takich jak kaseta RTG. Jest to parametr nieznacznie odbiegający od pierwotnych wymogów, nie pogarszający walorów użytkowych stołu.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny w którym sterowanie funkcji elektromechanicznych odbywa się za pomocą: dostarczonego kompatybilnego z oferowanym stołem pilota – podstawowy układ zasilania oraz pilota awaryjnego w postaci panelu sterowania umieszczonego na kolumnie stołu (w osi długiej) który umożliwi realizację takich samych funkcji jak pilot przewodowy oraz który jest wyposażony we wskaźniki informujące o niskim stanie naładowania akumulatorów oraz podłączeniu do ładowania jak również informuje (panel) o orientacji ułożenia pacjenta (normalna czy odwrócona) z automatyczną interpretacją komend z pilota i panelu przy konfiguracji odwróconej?

Proponowane rozwiązanie jest znacznie lepsze niż pierwotnie wymagane.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny w którym gniazdo serwisowe wbudowane jest w kolumnę stołu a nie w podstawę stołu?

Jest to parametr nieznacznie odbiegający od pierwotnych wymogów, nie pogarszający walorów użytkowych stołu.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny posiadający elektromechaniczną regulację wysokości blatu w zakresie od 66 cm do 103cm?

Pragniemy zauważyć, że jest to zakres regulacji wystarczający do przeprowadzenia wszystkich typów operacji. Jest to parametr nieznacznie odbiegający od pierwotnych wymogów, nie pogarszający walorów użytkowych stołu.



Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny posiadający elektromechaniczną regulację sekcji nóg w zakresie +80o/-92o?

Jest to parametr nieznacznie odbiegający od pierwotnych wymogów, nie pogarszający walorów użytkowych stołu. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że w proponowanym stole pozostałe zakresy regulacji (np. oparcie pleców, przechyły boczne) są znacznie wyższe niż pierwotnie wymagane.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny w którym poszczególne elementy blatów mocowane są poprzez mocowania hakowe, odblokowywanie odbywa się poprzez proste w obsłudze przyciski oznaczone kolorem niebieskim, bez konieczności przytrzymywania ich podczas montowania segmentów, zastosowane elementy i pokrętła nie są wykonane z materiałów antybakteryjnych ale są łatwe w myciu oraz dezynfekcji ?

Proponowane rozwiązanie jest znacznie lepsze (bardziej bezpieczne i pewne) niż pierwotnie wymagane.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny posiadający wspólny materac segmentu siedziska oraz dolnego oparcia pleców, materace poszczególnych segmentów mocowane są do blatu za pomocą rzepów?

Jest to parametr nieznacznie odbiegający od pierwotnych wymogów, nie pogarszający walorów użytkowych stołu.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny wyposażony w podkładkę pod głowę o wymiarach 250x300x110mm, profilowaną anatomicznie, wykonaną z przeciwdoleźynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, spodnia część materaca antypoślizgowa?

Proponowane rozwiązanie jest znacznie lepsze niż pierwotnie wymagane.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21.

W punkcie 10 tabeli technicznej Zamawiający zwraca uwagę na szerokość prześwietłości blatu stołu operacyjnego natomiast aby stół taki był funkcjonalnie prześwietlny dla RTG konieczny jest również przesuw wzdłużny blatu. Prosimy więc o informację, czy Zamawiający wymaga stołu operacyjnego posiadającego przesuw wzdłużny blatu minimum 340mm sterowany minimum z pilota przewodowego?



PST 300
Precision Surgical Table

Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga stołu operacyjnego posiadającego przesuw wzdłużny blatu minimum 340mm sterowany minimum z pilota przewodowego.

PAKIET VII - Wózki dla Oddziału Chorób Śródmiążzowych Płuc i Transplantologii - 3 sztuki

Pytanie 22.

dot. zał.3 opis wymaganych parametrów technicznych pakiet VII, pkt 55 oraz zał.2 umowa §2 ust.3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu instalacji, montażu i uruchomienia, w zakresie pakietu VII.

Asortyment pakietu VII dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymagają instalacji i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada się na korzyść dla Zamawiającego w obecnie panującej sytuacji epidemicznej, gdyż ogranicza do minimum kontakty bezpośrednie personelu z osobami z zewnątrz.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23.

A. Regał listwowy mobilny – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału dwustronnego o wymiarach stelaża (dłxszerxwys) w mm: 530x600x1900 (długość bez uchwytów), 690x600x1900mm (długość z uchwytyami)? – dotyczy l.p.5

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24.

A. Regał listwowy mobilny – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału jednostronnego o wymiarach stelaża (dłxszerxwys) w mm: 530x600x1900 (długość bez uchwytów), 690x450x1900mm (długość z uchwytyami)? – dotyczy l.p.5

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25.

A. Regał listwowy mobilny – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wysokiej jakości układ jezdny fi 80mm? – dotyczy l.p.7

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie 26.

A. Regał listwowy mobilny – 1 sztuka

Biorąc pod uwagę, że regał listwowy nie jest wyrobem medycznym, gdyż w swojej funkcjonalności nie wypełnia definicji wyrobu medycznego zawartej w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca załączył do oferty tylko atest PZH potwierdzający jego przeznaczenie do stosowania w jednostkach służby zdrowia oraz Certyfikat jakości EN ISO 9001 a nie załączał certyfikatu EN ISO 13485, deklaracji zgodności i wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, czyli dokumentów dotyczących wyrobów medycznych. – dotyczy l.p.9

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27.

B. Wózek zabiegowy typu 1 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego o wymiarach zewnętrznych (bez wyposażenia dodatkowego): 690x700x985mm (wymiar blatu 650x600mm); wysokość wózka z nadstawką 1480mm (+20mm), z szafką o wymiarach 650x600x820mm? – dotyczy l.p. 20

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28.

B. Wózek zabiegowy typu 1 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego o wymiarach użytkowych szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 500x484x93 mm, (przy wysokości frontu 1x234mm): 500x484x173 mm? – dotyczy l.p.21

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29.

B. Wózek zabiegowy typu 1 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego wyposażonego w uchwyt typu C, wykonany ze stali nierdzewnej niemalowanej? – dotyczy l.p. 21

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30.

B. Wózek zabiegowy typu 1 – 1 sztuka

Z uwagi na fakt, że wózek zabiegowy wykonany jest ze stali nierdzewnej, czy Zamawiający dopuści wykonanie wózka tylko z frontem malowanym proszkowo (farba antybakteryjna z jonami srebra)? – dotyczy l.p. 22

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31.

B. Wózek zabiegowy typu 1 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego, w których korpus wykonany jest z pojedynczej blachy, natomiast front szafek (drzwiczki, szuflady) z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym zintegrowanym ze ścianką frontową? – dotyczy l.p. 23

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32.

B. Wózek zabiegowy typu 1 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu wykonanego ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ (większa trwałość od materiału ABS, który ulega uszkodzeniom tworząc ostre brzegi oraz rysuje się)? – dotyczy l.p. 24

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 33.

B. Wózek zabiegowy typu 1 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdny złożony z kółek fi 100mm (odboje nad kołami w formie krążków z tworzywa. Podstawa bez osłony z tworzywa)? – dotyczy l.p. 25

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 34.

B. Wózek zabiegowy typu 1 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego wyposażonego w nastawkę ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 niemalowanej. Stelaż nadstawki bez kanałów montażowych, które pomimo zastosowania uszczelek gromadzą trudny do usunięcia bród. – dotyczy l.p. 26

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 35.

B. Wózek zabiegowy typu 1 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego wyposażonego w wysuwany blat boczny o wymiarach 474x500mm, wykonany ze stali nierdzewnej niemalowanej? – dotyczy l.p. 27

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36.

B. Wózek zabiegowy typu 1 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego, w którym szuflady wyposażone są w wyjmowane podziałki z plexi dzielące przestrzeń wewnątrz szuflady na 8 części (możliwość regulacji wielkości części)? – dotyczy l.p. 27



Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 37.

B. Wózek zabiegowy typu 1 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego bez dodatkowych 3 pojemników na boku wózka lub z 3 dodatkowymi pojemnikami umieszczonymi na nastawce (zamiast 11 pojemników – 14 pojemników na nastawce)? – dotyczy l.p. 27

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38.

B. Wózek zabiegowy typu 1 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego wyposażonego w 3 szyny instrumentalne połączone z korpusem wózka poprzez element stalowy? Szyny przykręcone do korpusu wózka. – dotyczy l.p. 27

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 39.

B. Wózek zabiegowy typu 1 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kosza ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) niemalowanej wykonanego z drutu 3 i 5mm, o wymiarach: 311x226x255mm? – dotyczy l.p. 27

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie 40.

B. Wózek zabiegowy typu 1 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na rękawiczki o wymiarach: 138x106x251mm? – dotyczy l.p.27

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 41.

B. Wózek zabiegowy typu 1 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytu do prowadzenia wózka wykonanego z rurki fi 20mm, o długości 589mm? – dotyczy l.p. 27

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 42.

B. Wózek zabiegowy typu 1 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w dedykowane uchwyty do poszczególnych akcesoriów, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301? – dotyczy l.p 28

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 43.

C. Wózek zabiegowy typu 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego o wymiarach zewnętrznych (bez wyposażenia dodatkowego): 690x700x985mm (wymiar blatu 650x600mm); wysokość wózka z nadstawką 1480mm (+-20mm), z szafką o wymiarach 650x600x820mm? – dotyczy l.p. 40

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 44.

C. Wózek zabiegowy typu 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego o wymiarach użytkowych szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 500x484x93 mm, (przy wysokości frontu 1x234mm): 500x484x173 mm? – dotyczy l.p.41

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 45.

C. Wózek zabiegowy typu 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego wyposażonego w uchwyt typu C, wykonany ze stali nierdzewnej niemalowanej? – dotyczy l.p. 41

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 46.

C. Wózek zabiegowy typu 2 – 1 sztuka

Z uwagi na fakt, że wózek zabiegowy wykonany jest ze stali nierdzewnej, czy Zamawiający dopuści wykonanie wózka tylko z frontem malowanym proszkowo (farba antybakteryjna z jonami srebra)? – dotyczy l.p. 42

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 47.

C. Wózek zabiegowy typu 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego, w których korpus wykonany jest z pojedynczej blachy, natomiast front szafek (drzwiczki, szuflady) z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym zintegrowanym ze ścianką frontową? – dotyczy l.p. 43

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 48.

C. Wózek zabiegowy typu 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu wykonanego ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ (większa trwałość od materiału ABS, który ulega uszkodzeniom tworząc ostre brzegi oraz rysuje się)? – dotyczy l.p. 44

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 49.

C. Wózek zabiegowy typu 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdny złożony z kółek fi 100mm (odboje nad kołami w formie krążków z tworzywa. Podstawa bez osłony z tworzywa)? – dotyczy l.p. 45

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 50.

C. Wózek zabiegowy typu 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego wyposażonego w nastawkę ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 niemalowanej. Stelaż nadstawki bez kanałów montażowych, które pomimo zastosowania uszczelek gromadzą trudny do usunięcia bród. – dotyczy l.p. 46

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51.

C. Wózek zabiegowy typu 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego wyposażonego w wysuwany blat boczny o wymiarach 474x500mm, wykonany ze stali nierdzewnej niemalowanej? – dotyczy l.p. 47

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 52.

C. Wózek zabiegowy typu 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego, w którym szuflady wyposażone są w wyjmowane podziałki z plexi dzielące przestrzeń wewnątrz szuflady na 8 części (możliwość regulacji wielkości części)? – dotyczy l.p. 47



Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 53.

C. Wózek zabiegowy typu 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego bez dodatkowych 3 pojemników na boku wózka lub z 3 dodatkowymi pojemnikami umieszczonymi na nastawce (zamiast 11 pojemników – 14 pojemników na nastawce)? – dotyczy l.p. 47

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54.

C. Wózek zabiegowy typu 2 – 1 sztuka



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego wyposażonego w 3 szyny instrumentalne połączone z korpusem wózka poprzez element stalowy? Szyny przykręcone do korpusu wózka. – dotyczy l.p. 47

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 55.

C. Wózek zabiegowy typu 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na rękawiczki o wymiarach: 138x106x251mm? – dotyczy l.p.47

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 56.

C. Wózek zabiegowy typu 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytu do prowadzenia wózka wykonanego z rurki fi 20mm, o długości 589mm? – dotyczy l.p. 47

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 57.

C. Wózek zabiegowy typu 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w dedykowane uchwyty do poszczególnych akcesoriów, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301? – dotyczy l.p. 48

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET VIII - Wózki dla II Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 2 sztuki

Pytanie 58.

A. Wózek zabiegowy typu 3 – 1 sztuka

Z uwagi na fakt, że wózek zabiegowy wykonany jest ze stali nierdzewnej, czy Zamawiający dopuści wykonanie wózka tylko z frontem malowanym proszkowo (farba antybakteryjna z jonami srebra)? – dotyczy l.p. 6

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 59.

A. Wózek zabiegowy typu 3 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie korpusu wózka wykonanego z pojedynczej podwójnej blachy nierdzewnej w systemie jednościankowym? Grubość ścianek korpusu 1mm. Fronty szuflad o grubości min. 18 mm wykonane z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. – dotyczy l.p. 7, 8, 10

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 60.

A. Wózek zabiegowy typu 3 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie szuflad o szczelnej konstrukcji, szuflady wyposażone w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenie narożnikowe uszczelek zgrzewane. – dotyczy l.p. 11

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 61.

A. Wózek zabiegowy typu 3 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt do otwierania szuflad umożliwiający wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stali nierdzewnej o wymiarach: 104x35x8mm? – dotyczy l.p. 13

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 62.

A. Wózek zabiegowy typu 3 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym pod uchwytami znajduje się prostokątne owalne przetłoczenie? Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania. – dotyczy l.p. 14



Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 63.

A. Wózek zabiegowy typu 3 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym blat jest równy z korpusem wózka (nie wystaje poza korpus)? – dotyczy l.p. 15

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 64.

A. Wózek zabiegowy typu 3 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie uchwytu do prowadzenia wózka wykonanego z rurki fi 20mm, umieszczonego z frontu wózka? – dotyczy l.p. 18

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 65.

A. Wózek zabiegowy typu 3 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdny złożony z kółek fi 100mm? – dotyczy l.p. 19

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 66.

A. Wózek zabiegowy typu 3 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach całkowitych (bez wyposażenia dodatkowego): szerokość 690mm, głębokość 700 mm, wysokość 985mm? – dotyczy l.p. 21

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 67.

A. Wózek zabiegowy typu 3 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka zabiegowego wyposażonego w wysuwany blat boczny wykonany ze stali nierdzewnej niemalowanej? – dotyczy l.p. 24

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 68.

B. Wózek zabiegowy typu 4 – 1 sztuka

Z uwagi na fakt, że wózek zabiegowy wykonany jest ze stali nierdzewnej, czy Zamawiający dopuści wykonanie wózka tylko z frontem malowanym proszkowo (farba antybakteryjna z jonami srebra)? – dotyczy l.p. 6

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 69.

B. Wózek zabiegowy typu 4 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie korpusu wózka wykonanego z pojedynczej podwójnej blachy nierdzewnej w systemie jednościankowym? Grubość ścianek korpusu 1mm. Fronty szuflad o grubości min. 18 mm wykonane z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. – dotyczy l.p. 7, 8, 10

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 70.

B. Wózek zabiegowy typu 4 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie szuflad o szczelnej konstrukcji, szuflady wyposażone w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenie narożnikowe uszczelek zgrzewane. – dotyczy l.p. 11

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 71.

B. Wózek zabiegowy typu 4 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt do otwierania szuflad umożliwiający wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stali nierdzewnej o wymiarach: 104x35x8mm? – dotyczy l.p. 13

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 72.

B. Wózek zabiegowy typu 4 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym pod uchwytami znajduje się prostokątne owalne przetłoczenie? Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania. – dotyczy l.p. 14



Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 73.

B. Wózek zabiegowy typu 4 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym blat jest równy z korpusem wózka (nie wystaje poza korpus)? – dotyczy l.p. 15

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 74.

B. Wózek zabiegowy typu 4 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie uchwytu do prowadzenia wózka wykonanego z rurki fi 20mm, umieszczonego z frontu wózka? – dotyczy l.p. 18

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie 75.

B. Wózek zabiegowy typu 4 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdy złożony z kółek fi 100mm? – dotyczy l.p. 19

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 76.

B. Wózek zabiegowy typu 4 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach całkowitych (bez wyposażenia dodatkowego): szerokość 690mm, głębokość 700 mm, wysokość 985mm? – dotyczy l.p. 21

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET IX - Zestaw do bronchoskopii dla potrzeb Oddziału Chorób Śródmiążzowych Płuc i Transplantologii - 1 zestaw

Pytanie 77.

dot. zał. nr 3 do SWZ, „Opis przedmiotu zamówienia”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów Pakietu nr 9 w poz. 88 „Warunki gwarancji i serwisu” na zapis następującej treści:

„gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] w dni robocze od zgłoszenia konieczności naprawy.”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 78.

dot. zał. nr 3 do SWZ, „Opis przedmiotu zamówienia”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów Pakietu 9 w poz. 89 „Warunki gwarancji i serwisu” na zapis następującej treści:

„gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających sprowadzenia części zamiennych z poza Polski.”?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 79.

dot. zał. nr 3 do SWZ, „Opis przedmiotu zamówienia”, dotyczy pakietu IX

Prosimy o doprecyzowanie Zamawiającego, jakiego typu kabla lub jakie funkcje ma spełniać, wymagany kabel w punkcie A.24., do podłączenia z oferowanym zestawem, wideoendoskopów (bronchoskopów wideo), będących przedmiotem zakupu przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający informuje, że w punkcie A.24 wymaga zaoferowania zestawu umożliwiającego podłączenie oferowanego procesora wizyjnego z posiadanym przez Zamawiającego procesorem, model: CV-190, producent: Olympus

PAKIET XI - Echokardiograf z głowicami: liniową, sektorową i convex - 1 sztuka

Pytanie 80.

Dot. pakietu nr 11

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 14 tygodni od daty podpisania umowy. Echokardiograf, który planuje zakupić Zamawiający jest wysokospecjalistycznym echokardiografem każdorazowo produkowanym w konkretnej konfiguracji pod indywidualne zamówienie Zamawiającego, stąd wymagany termin dostawy jest zbyt krótki na jego wyprodukowanie i dostawę z fabryki do Zamawiającego.



Alternatywnie – w przypadku jeżeli Zamawiający odpowie negatywnie na powyższe pytanie, prosimy o wyrażenie zgody na to, by na czas ewentualnego przedłużania się czasu dostawy docelowego urządzenia Wykonawca mógł dostarczyć urządzenie zastępcze bez obciążania Wykonawcy karami umownymi.

Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 81.

Dot. Pakiet XI pkt 53.

Czy w związku z tym, że opisane w punkcie 53 funkcjonalności nie są standardowym wyposażeniem oferowanego aparatu Zamawiający zgodzi się przenieść je jako opcje do rozbudowy w przyszłości? Pozwoli to na uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny przedmiotowego aparatu.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET XIII - Wymiana systemu do radiografii pośredniej - 4 zestawy

Pytanie 82.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie i korektę rozbieżności w zapisach SWZ w zakresie terminu realizacji. Prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji wymagany przez Zamawiającego wynosi 8 tygodni od zawarcia umowy tj. zgodnie z zapisem SWZ pkt. 6. "Termin realizacji pakietów od I do XIV 8 tygodni od daty zawarcia umowy.". Prośba podyktowana jest faktem, iż w dokumencie m.in. umowy wskazany jest inny, rozbieżny termin. Jednocześnie prosimy o uznanie dla pakietu nr 13 (wymiana systemu do ucyfrowienia) terminu realizacji wynoszącego 8 tygodni.

Odp.: Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 83.

44. Czy z uwagi na to, że w folderach, instrukcjach, katalogach, ulotkach/broszurach, folderach, czy innych ogólnodostępnych materiałach informacyjnych zawarta jest tylko część parametrów i funkcjonalności przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści złożenie broszury oferowanego wyrobu i oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu przez oferowany przedmiot zamówienia oferowanych parametrów / funkcjonalności spełniających wymogi Zamawiającego?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 84.

Pakiet nr 13 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i instalację dwóch nowych systemów CR oraz wykup, aktualnie dzierżawionego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II systemu CR 15-X, składającego się z automatycznego jednokasetowego skanera (czytnika) do płyt obrazowych, stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazu i kompletu 8 kaset z płytami obrazowymi 35 x 43 cm, zamiast trzech nowych, z zachowaniem wymaganych funkcjonalności i parametrów technicznych dla wszystkich trzech systemów radiografii pośredniej i sumarycznej ilości wyspecyfikowanych kaset z płytami obrazowymi w ilości 27 sztuk oraz trzyletnią pełną gwarancją na wszystkie systemy CR?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 85.

Pakiet nr 13 - Zamawiający w sekcji I. Przenośny bezprzewodowy detektor cyfrowy typu I - 1 sztuka w pkt. 85 wymaga "waga całkowita (z akumulatorem) nax 3,0 kg. Prosimy o dopuszczenie detektora o wadze całkowitej z akumulatorem 3,1 kg

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania detektor o wadze całkowitej z akumulatorem 3,1 kg.

Pytanie 86.



Pakiet nr 13 - w zakresie gwarantowanych czasów reakcji / naprawy zwracamy się z prośbą o dopuszczenie, aby były liczone w dni robocze poniedziałek - piątek.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

WZÓR UMOWY

Pytanie 87.

Pyt. 4. Zał. nr 2 - Umowa (wzór) dla pakietów od 1 do 10

Zamawiający w § 2 podpunkt 2 - Cena i termin warunki wykonania umowy - wymaga utrzymania maksymalnie 6 tygodniowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy. Czy Zamawiający dopuści maksymalnie 9 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy?

Odp.: Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 88.

Pytanie nr 1, dotyczy Załącznik nr 2 Umowa (wzór) dla pakietów od 1 do 10

Czy z uwagi na niemożliwość do przewidzenia rozwój zagrożenia epidemicznego COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację i/lub szkoleniem?

Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 89.

Pytanie nr 2, dotyczy Załącznik nr 2 Umowa (wzór) dla pakietów od 1 do 10

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację i/lub szkoleniem, serwis itd. Z uwagi na wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówień i niemożliwość do przewidzenia dalszą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się złożyć oferty. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w § 4 wzoru umowy.

Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 90.

Pytanie nr 3, dotyczy Załącznik nr 2 Umowa (wzór) dla pakietów od 1 do 10

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie postanowienia ograniczającego maksymalną łączną wysokość naliczonych kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w § 4 wzoru umowy.

Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 91.

Pytanie nr 4, dotyczy Załącznik nr 2 Umowa (wzór) dla pakietów od 1 do 10

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 92.

Pytanie nr 5, dotyczy Załącznik nr 2 Umowa (wzór) dla pakietów od 1 do 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,
 - (a) przekaze Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz
 - (b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz
 - (c) przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.
2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z:
 - (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego,
 - (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego;
 - (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę;
 - (d) wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów;
 - (e) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie;
 - (f) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).
4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do
 - (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów,
 - (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub
 - (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.
6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.
7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 93.

Pytanie nr 6, dotyczy Załącznik nr 2 Umowa (wzór) dla pakietów od 1 do 10

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej



wynagrodzenia określonego w §.....umowy." Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 94.

Pytanie nr 7, dotyczy Załącznik nr 2 Umowa (wzór) dla pakietów od 1 do 10 §6 ust. 2

Wnoskujemy o wskazanie zasad wprowadzania zmian, o których mowa w art. 455 PZP.

Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

Pytanie 95.

Pytanie nr 1, dotyczy terminu realizacji umowy Załącznik nr 2 Umowa (wzór) dla pakietów od 1 do 10 oraz SWZ

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie terminu realizacji umowy. Zamawiający w SWZ podał termin 8 tygodni od daty zawarcia umowy, natomiast we wzorze umowy wskazał, iż termin realizacji umowy wynosi do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Odp.: Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 96.

Dotyczy pakietów nr IV i XIV

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę asortymentu opisanego w pakietach nr IV i XIV zgodnie z SWZ pkt. 6 tj. do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp.: Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 97.

dot. SWZ oraz projekt umowy § 2

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że termin wykonania zamówienia wynosi 8 tygodni od daty zawarcia umowy, zgodnie z zapisem pkt 6 SWZ.

Odp.: Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 98.

dot. zał. nr 2 do SWZ, „wzór umowy – dla pakietów 1-10”

Czy w §2 ust. 2 nie nastąpiła omyłka pisarska co do terminu realizacji przedmiotu zamówienia tj. 6 tygodni?

Zgodnie z pkt. 6 SWZ zamawiający wymaga terminu realizacji pakietów od I do XIV - 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Odp.: Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów we wzorze umowy dla pakietów od 11 do 14, gdzie omyłkowo został podany 6 tygodniowy termin realizacji zamówienia.

Obowiązujący zapis we wzorze umowy dla pakietów od 11 do 14 §2 ust. 5, brzmi

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów we wzorze Obowiązku informacyjny (informacja dla pracowników wykonawcy), stanowiący załącznik nr 3 do umowy.

Punkt 4 Obowiązku informacyjnego (informacja dla pracowników wykonawcy), brzmi



4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy....., na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

Załączniki po modyfikacji:

- 1) umowa wzór dla pakietów od 1 do 10 po modyfikacji
- 2) umowa wzór dla pakietów od 11 do 14 po modyfikacji
- 3) Obowiązek informacyjny (informacja dla pracowników wykonawcy)

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega przesunięciu na:

26-08-2021 godz: 09:00 – termin składania ofert

26-08-2021 godz: 09:30 – termin otwarcia ofert

Z poważaniem: