

Centrum Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – zestaw 1

Dotyczy: *postępowania nr 5B10.291.1.143.2024.MB na: Dostawa dygestorium wzmocnionego do pracy z kwasem fluorowodorowym dla Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Uniwersytetu Gdańskiego.*

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ przesłane do przedmiotowego postępowania, Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	Czy Zamawiający dopuści Dygestorium zbudowane z płyt laminowanych w ramą z profili aluminiowych malowanych proszkowo?	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 6 do SWZ, wyjaśniając, iż dygestorium ma mieć zastosowanie do obsługiwanego doświadczeń w bardzo agresywnym środowisku tj. uciążliwe prace z gorącymi stężonymi kwasami w tym z kwasem fluorowodorowym. Opis wykonania dygestorium zapewnia odpowiednią trwałość przy intensywnym użytkowaniu.
2	Czy Zamawiający dopuści okno otwierane manualnie, bez napędu elektrycznego?	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Specyfika prac wykonywanych w laboratorium Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu wymaga ułatwień obejmujących również elektrycznie otwierane okno dygestorium.
3	Czy Zamawiający dopuści pod blatem szufladę z płyt laminowanej?	Treść odpowiedzi tak jak w pkt 1.
4	Czy Zamawiający dopuści tylko certyfikat zgodności 14175/3? (bez 14175/2 i 14175/7?)	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
5	Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta zgodne z normą PN-EN 16121+A1?	Zamawiający informuje, iż przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale VIII SWZ w pkt 1 muszą być złożone zgodnie z zapisem pkt 2 tego rozdziału tj. „ <i>Dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 3) – 10) muszą zostać wydane, przez jednostkę oceniającą zgodność, zgodnie z art. 105 ust. 1 i 2 Pzp. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają</i>

Postępowanie nr 5B10.291.1.143.2024.MB

		<i>określone przez Zamawiającego wymagania zgodnie z art. 105 ust 2 i 4 Pzp.</i> Ponadto Zamawiający w rozdziale VIII SWZ w pkt 3 i 4 wyjaśnia dopuszczenie rozwiązań równoważnych na zasadach określonych w SWZ i przepisach ustawy Pzp.
6	Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta zgodne z dyrektywą 2014/35/UE?	Treść odpowiedzi tak jak w pkt 5
7	Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta zgodne z dyrektywą 2014/42/UE?	Treść odpowiedzi tak jak w pkt 5
8	Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta zgodne z dyrektywą 2014/30/UE?	Treść odpowiedzi tak jak w pkt 5
9	Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta zgodne z normą PN-EN 13501-1?	Treść odpowiedzi tak jak w pkt 5
10	Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta zgodne z normą PN-EN 16474-3:2014-02?	Treść odpowiedzi tak jak w pkt 5
11	Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta zgodne z normą PN-EN 7724-3:2003?	Treść odpowiedzi tak jak w pkt 5

Terminy składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

Z poważaniem