



Nr sprawy: 79-PN-23

Gliwice, dn. 05.06.2023r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie p/t „**Implanty ortopedyczne (powtórka)**”

Zamawiający, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu j.w. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie

Z uwagi na niejasny opis w pakiecie nr 1 lp. 53 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie, czy Zamawiający w pakiecie 1 lp. 53 wymaga zaoferowania głowy bipolarnej wykonanej z metalu ze stopu CoCrMo dla wewnętrznej czaszy polietylenowej 22, 28mm, czy głowy wykonanej z polietylenu z witaminą E dla głowy wewnętrznej 22, 28 i 32mm rosnącej wraz ze średnicą panewki, czy może tych dwóch produktów w jednej pozycji?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że prawidłowy zapis jest: "Głowa bipolarna wykonana z metalu ze stopu CoCrMo dla wewnętrznej czaszy polietylenowej 22,28mm"

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowywaniu oferty. Powyższe odpowiedzi nie stanowią modyfikacji SWZ w rozumieniu Prawa zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

Otrzymują:

- 1) https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_gliwice
- 2) 79-PN-23 a/a

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Ewa KAMYGOWSKA