

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIwersytetu Jagiellońskiego
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +4812-663-39-03
e-mail: bzp@uj.edu.pl
<https://www.uj.edu.pl> ; <https://przetargi.uj.edu.pl>



Kraków, dnia 19 czerwca 2024 r.

Adresaci: Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na dostawę mikroskopu polaryzacyjnego na potrzeby Instytutu Archeologii UJ, nr 80.272.183.2024.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Szanowni Państwo,

Upzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy jego treść wraz z odpowiedzią.

1/ Pytanie:

W związku z prawdopodobną omyłką w specyfikacji urzędnika w punkcie D. (Wyposażenie do światła odbitego), zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zastosowania oświetlacza LED czy też halogenowego?

W specyfikacji w tym punkcie zamawiający wymaga dostarczenia zarówno oświetlacza LED jak i halogenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga oświetlenia LED.

Jednocześnie w Załączniku A do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w punkcie D. zdanie „Oświetlacz halogenkowy o mocy min. 120 W, połączenie światłowodowe z mikroskopem, wbudowana przesłona, regulacja intensywności świecenia lampy, żywotność lampy min. 2000 h, wskaźnik końca czasu pracy lampy” – skreśla się.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie, odpowiedź i modyfikacja SWZ stanowią jej integralną część.

Piotr Molczyk