



Międzychód, dnia 19.10.2021r.

AG/ZP-13/2021

ZAPYTANIA DO SWZ 3

w postępowaniu przetargowym
**pn. „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA NOWĄ LOKALIZACJĘ
ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SPZOZ W MIĘDZYCHODZIE
Z DOSTOSOWANIEM DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE STANDARDU
ORGANIZACYJNEGO OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ
TERAPII - ETAP II DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO**
(znak postępowania: AG/ZP -13/2021)

Pełnomocnik do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniami do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 284 ust. 1, art. 286 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

Pytania wniesione w ustawowym terminie

Pytanie nr 1

dot. pakiet nr 3

pkt. 12: Czy Zamawiający dopuści zapis 2 dowolnie programowalne przyciski znajdujące się na rękojeści endoskopu?

W odpowiedzi na pytanie: zgodnie z swz.

Pytanie nr 2

dot. pakiet nr 3

pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego kompatybilnego procesora obrazu?

W odpowiedzi na pytanie: zgodnie z swz.

MODYFIKACJA/ZMIANA SWZ

1. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść udzielonej odpowiedzi na pytanie 3 z dnia 18.10.2021r. w następujący sposób:

Pytanie nr 3

Pakiet 1 łóżko szpitalne

Czy w związku z wymogiem zaoferowania łóżka na OIOM/OIT, wyposażonego w system ważenia oraz funkcję przechyłów bocznych będzie wymagał aby łóżko było wyposażone w leże przeziernie dla promieni RTG, posiadało tacę na kasetę pod segmentem pleców oraz umożliwiała wykonywanie zdjęć za pomocą standardowego aparatu przyłóżkowego oraz Ramienia C zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej pacjenta?

Było:

W odpowiedzi na pytanie: Tak, wymaga.

Jest:

W odpowiedzi na pytanie: Tak, wymaga, aby łóżko było wyposażone w leże przeziernie dla promieni RTG, posiadało tacę na kasetę pod segmentem pleców oraz umożliwiała wykonywanie zdjęć za pomocą standardowego aparatu przyłóżkowego oraz Ramienia C zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej pacjenta.

Zamawiający modyfikuje także podstawę prawną zmian lub modyfikacji treści swz w udzielonych wyjaśnieniach/zapytaniach do swz z dnia 18.10.2021r. Prawidłową podstawą prawną zmian treści swz winien być art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych – zmienia się termin składania i otwarcia ofert.

Zmiana terminu składania ofert – w konsekwencji wymusza zmianę terminu związania ofertą. Zamawiający modyfikuje termin związania ofertą – we wszystkich częściach swz, w tym w formularzu ofertowym do dnia 20.11.2021r.

W załączeniu zmiana ogłoszenia o zamówieniu.