



Włocławek, dnia 20.09.2024r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

pn. „Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku oraz wkłuc pośrednich przez okres 24 miesięcy.” Znak postępowania: DZP/ 59 /2024

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że zgodnie z art 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2024. 1320), wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi i zamieszcza zapytania i wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Pytanie nr 1

dot. Części nr 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy biopsyjnych w powleczeniu PTFE, łyżeczki o długości 4 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, kolor powleczenia szary dla długości przeznaczony do gastrokopii, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje asortymentu opisanego zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

dot. Części nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, powlekane, łyżeczki o długości ok. 4mm, rozwarciu 6,9mm. łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm, - przy średnicy narzędzia 2,3 mm. Kolor powleczenia niebieski dla wszystkich długości. łyżeczki standardowe. Pakowane pojedynczo, w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje asortymentu opisanego zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

dot. § 4 ust. 8 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu informowania go o spodziewanych brakach towarowych z 14-dniowego wyprzedzeniem na 7-dniowe ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 4

dot. § 5 ust. 4 i 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do przedmiotowego paragrafu następującego zapisu:
„(...), zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 5

dot. § 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do przedmiotowego paragrafu następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 6

dot. § 8 ust. 1 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o następującą zmianę istniejącego zapisu:
„(...) Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 7 dni robocze/ych od dnia zgłoszenia reklamacji ...”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 7

dot. § 8 ust. 3.2 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o następującą zmianę istniejącego zapisu:
„(...) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,25% wartości brutto ~~umowy~~ niezrealizowanej części umowy, (...)”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 8

Dot. Części nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 15 w pozycji 1 dopuści prowadnicę intubacyjną o długości 255m? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Dot. Części nr 16 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowych kleszczyków biopsyjnych do gastrokopii i kolonoskopii, w powleczeniu PE, tyżeczki o długości 4,0mm, rozwarciu max.8mm. Tyżeczki owalne: gładkie i gładkie z igłą Dostępne w długościach 1600mm, 1800mm, 2300 mm, przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia szary, obszar zastosowania kodowany graficznie i kolorystycznie na każdym opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Kleszczy z funkcją biopsji styčných. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Długość narzędzi i rodzaj kleszczyków do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje asortymentu opisanego zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Dot. Części nr 16 poz.1



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowych kleszczyków biopsyjnych do gastrokopii i kolonoskopii, w powleczeniu PE, łyżeczki o długości 4,0mm, rozwarciu max.8mm. łyżeczki owalne: gładkie i gładkie z igłą. Dostępne w długościach 1600mm, 1800mm, 2300 mm, przy średnicy narzędzia 2,3mm. oraz kleszczyków typu aligator z igłą i bez igły, w powleczeniu PE, łyżeczki o długości 3,08mm, rozwarciu max.8mm. łyżeczki owalne: gładkie i gładkie z igłą Dostępne w długościach 1800mm, 2300 mm, przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia szary, obszar zastosowania kodowany graficznie i kolorystycznie na każdym opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Kleszczy z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Długość narzędzi i rodzaj kleszczyków do wyboru przez Zamawiającego.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o rozdzielenie kleszczyków owalnych/ gładkich od kleszczyków typu aligator, które to kleszczyki są droższe, niż kleszczyki owalne, w celu prawidłowej wyceny korzystnej dla Zamawiającego i podanie do wyceny wymaganych ilości poszczególnych kleszczyków.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje asortymentu opisanego zgodnie z SWZ. Zamawiający nie wydziela pozycji w pakiecie.

Pytanie nr 11

Dot. Części nr 4 poz. 1 i 2

Czy w pozycji 1. i 2. Zastawka typu Pudenz o średnicy 14 mm Zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru średnicy ± 2 mm oraz dren komorowy o średnicy zewnętrznej 3,0 mm i długości 23,5 cm oraz dren otrzewnowy o długości min. 90 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Dot. Części nr 4 poz. 4

Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści drenaż zewnętrzny, komorowy z torbą drenażową o pojemności 700 ml, z przewodem doprowadzającym oraz rurą drenażową o łącznej długości 200 cm oraz drenem komorowym o długości min. 29 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Dot. Części nr 4 poz. 5

Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści drenaż zewnętrzny, lędźwiowy z torbą o pojemności 700 ml oraz drenem lędźwiowym o długości min. 60 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Dot. Części nr 9

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na tolerancje w długości pęsety +1 cm i dopuszcza możliwość zaoferowania pęsety o długości 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15



KUJAWY
POMORZE



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

dot. wzoru umowy

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

- a) Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na nowe brzmienie treści umowy § 8 ust. 7 z:
„Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wartości brutto umowy”

Na:

Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 15% wartości brutto umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

- b) Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na nowe brzmienie treści umowy § 10 ust. 6 pkt d):
„w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć 2% podstawowej wartości netto umowy”

Na:

w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć 15% podstawowej wartości netto umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 16

Dot. Części nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody innego producenta niż Farum o wymiarach 42 x 56mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Dot. Części nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazową pęsetę o długości 13cm, opakowanie 100szt.



?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18

Dot. Części nr 15 poz. 1



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek w rozmiarze 6, długości całkowitej 310 mm oraz roboczej 250 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Dot. Części nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek w rozmiarze 10, długości całkowitej 390 mm oraz roboczej 350 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Dot. Części nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek w rozmiarze 14, długości całkowitej 390 mm oraz roboczej 350 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

Dot. Części nr 10 poz. 1

Czy zamawiający dopuści prostokątne elektrody w rozmiarze 5cm x 10cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje elektrod przeznaczonych do urządzeń TENS i EMS Body Clock opisanych zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Dot. Części nr 10 poz. 1

Czy zamawiający oczekuje 200 sztuk elektrod czy 200 opakowań a'4 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 200 sztuk elektrod.

Pytanie nr 23

Dot. Części nr 14 poz. 1

Czy zamawiający dopuści worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla noworodków o wadze < 10kg wyrównujący siłę uciśnięć poj. 280 ml, w zestawie z : rezerwuarem tlenu 1600 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, maską twarzą rozmiar 1 z pompowanym mankietem oraz zaworem ciśnieniowym 40 cm H₂O, worek o teksturowanej, antypoślizgowej powierzchni zapewniającej stabilny chwyt, całość pakowana pojedynczo w kartonik?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnie z SWZ.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie nr 24

Dot. Części nr 15 poz. 1

Czy zamawiający dopuści długość 255mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Dot. Części nr 15 poz. 2

Czy zamawiający dopuści długość 340mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

Dot. Części nr 15 poz. 3

Czy zamawiający dopuści rozmiar 4,7mm oraz długość 340mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający skróci termin płatności za fakturę z 60 do 30 dni? Termin ten jest aktualny zbyt długi, gdyż Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty związane z zakupem towaru i realizacją do Zamawiającego w krótszym terminie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu: " Jeśli Zamawiający zalega z płatnościami min. 2 faktur na rzecz Wykonawcy, Wykonawca bez naliczania kar umownych ma prawo wstrzymać dostawy kolejnych zamówień sukcesywnych". Aktualne zapisy umowy są bardzo jednostronne, zabezpieczają tylko interesy Zamawiającego, co jest niezgodne z zasadą zachowania równości stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 29

Dot. Części nr 2

Czy Zamawiający dopuści aby minimalna ilość produktów w pojedynczym zamówieniu z pkt 1-3 wynosiła 1 opakowanie zbiorcze 20 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie nr 30

Dot. Części nr 14 poz. 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„ Jednorazowy zestaw przeznaczony do reanimacji noworodka (poniżej 10 kg)- wykonany z SEBS (kopolimeru tryblokowego styren/etylen- butylen/styren). Zawór pacjenta jednomembranowy. Przezroczysta obudowa zaworu pacjenta umożliwiająca obserwację działania membrany. Worek samorozprężalny charakteryzujący się wysoką sprężystością i niewielkimi oporami podczas ściskania. Uchwyt na powierzchni worka oraz specjalna faktura jego powierzchni SafeGrip™ ułatwia trzymanie aparatu i pomaga w wyrównaniu siły uciśnięć. Specjalny kształt ułatwia uzyskanie optymalnych objętości oddechowych podczas ściskania aparatu jedną ręką. Dla noworodków wyposażony w zawór ograniczający w drogach oddechowych do 40 cm H₂O. Wyposażenie zestawu : resuscytator, maska twarzowa z pompowanym mankietem roz. 0, dren tlenowy.”

Produktu o poniższym parametrze:

„Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla noworodków z masą ciała < 7 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 280 ml z zaworem ciśnieniowym 40cmH₂O, możliwość zablokowania zaworu ciśnieniowego przez jego obrót; zintegrowany adapter do zastawki PEEP; worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #0 i #1, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuuar tlenowy o pojemności 500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłońią 150 ml, obiema 225 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu.”



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 31

Dot. Części nr 14 poz. 2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Maska jednorazowa nr 0 do worka samorozprężalnego (kompatybilna z zestawem z poz. nr.1) dla noworodka- posiadająca mankiety ukształtowane zgodnie z budową anatomiczną twarzy, która zapewnia szczelność maski przy minimalnym nacisku. Przezroczysta kopuła umożliwiająca obserwację ust pacjenta.”

Produktu o poniższym parametrze:

„Maska jednorazowa nr 1 do worka samorozprężalnego (kompatybilna z zestawem z poz. nr.1) dla noworodka- posiadająca mankiety ukształtowane zgodnie z budową anatomiczną twarzy, która zapewnia szczelność maski przy minimalnym nacisku. Przezroczysta kopuła umożliwiająca obserwację ust pacjenta..”



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32

Dot. Części nr 15 poz. 1


W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Prowadnica intubacyjna do ukształtowania drutem, jałowa jednorazowego użytku. Rozmiar 2 dł. 225mm; ”

Produktu o poniższym parametrze:

„Prowadnica do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PVC. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary prowadnic: CH06 o długości 300mm, dla rurek w rozmiarze 2,0 mm - 4,5 mm; Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności. Produkt bez lateksu.”





Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

Dot. Części nr 15 poz. 2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Prowadnica intubacyjna do ukształtowania drutem, jałowa jednorazowego użytku. Rozmiar 4 dł. 335mm;”

Produktu o poniższym parametrze:

„Prowadnica do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PVC. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary prowadnic: CH10 o długości 400mm, dla rurek w rozmiarze 5,0 mm - 6,5 mm; Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności. Produkt bez lateksu.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34

Dot. Części nr 15 poz. 3

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Prowadnica intubacyjna do ukształtowania drutem, jałowa jednorazowego użytku. Rozmiar 5 dł. 365mm;”

Produktu o poniższym parametrze:

„Prowadnica do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PVC. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary prowadnic: CH12 o długości 440mm, dla rurek w rozmiarze 7,0 mm - 7,5 mm; Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności. Produkt bez lateksu.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

D. SZCZEPAŃSKI
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
mgr Dariusz Szczepański

Sporządziła: Beata Magos



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

