

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/51/22

Sucha Beskidzka, dnia 21.07.2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego **Dostawa sprzętu medycznego**

Pakiet nr 1- Łóżka szpitalne

Pakiet nr 2- Aparat USG

Pakiet nr 3-Kardiomonitor

Pakiet nr 4-Zestaw do trudnej intubacji

w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 3”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotnej w Regionie

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:


1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 380-820 mm?

Odp.: Tak, parametr punktowany.

Z poważaniem:


Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych

mgr Agnieszka Działowa-Hajdyla