



DZP/PN/82/2024

Zawiercie, 16.10.2024 r.

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

**Dotyczy przetargu pn.: „Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego”.**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

### Pytanie nr 18

uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Pakiet nr 7, poz. 6C: Igła iniekcyjna j. użytku w rozmiarze 0,50 x 25mm (1 opak. = 100 szt.). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

### Pytanie nr 19

**Pakiet 1, pozycja 1, 2** - Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa 30g/m<sup>2</sup> + folia PE 30 g/m<sup>2</sup>?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

### Pytanie nr 20

**Pakiet 1, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

#### Odpowiedź /zmiana/:

Zamawiający dopuszcza.

Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci \* i przypisu.

### Pytanie nr 21

**Pakiet 1, pozycja 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 200 x 280 cm z otworem przylepnym o średnicy 10 cm. Serweta 3 warstwowa z włókniny SMS o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>, wzmocniona w strefie krytycznej o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy 110 cm H<sub>2</sub>O (w strefie krytycznej), wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 205.6 / 199.4 kPa?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

### Pytanie nr 22

**Pakiet 1, pozycja 4, 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet trzywarstwowych (włóknina 28g/m<sup>2</sup>, folia PE 25g/m<sup>2</sup>, włóknina 22 g/m<sup>2</sup>), łączna gramatura 75g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy 102 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 100 / 99 kPa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 23**

**Pakiet 1, pozycja 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 150 x 180 cm, z przylepcem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 24**

**Pakiet 1, pozycja 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 160 x 220 cm, z przylepcem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 25**

**Pakiet 1, pozycja 6** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm, z warstwą chłonną 60 x 145 cm. Wykonana z folii PE 50g/m<sup>2</sup>, warstwa chłonna 37g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108 / 95 kPa?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza.

Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 26**

**Pakiet 1, pozycja 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 30 x 80 cm, z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108 / 95 kPa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 27**

**Pakiet 1, pozycja 8** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 35 x 120 cm, z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108 / 95 kPa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 28**

**Pakiet 1, pozycja 9** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej pakowanej a'1 szt, z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>, spełniającą pozostałe parametry?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza.

Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 29**

**Pakiet 1, pozycja 10** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni jednokomorowej przylepnej o wymiarach 30 x 40 cm, wykonana z folii PE o grubości 65 mikronów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 30**

**Pakiet 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w opakowaniu folia-papier, z 4 szt etykiet do archiwizacji danych. Fartuch nie jest pakowany próżniowo, na opakowaniu kolorystyczny wskaźnik sterylizacji? Fartuch spełnia pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 31**

**Pakiet 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnych pasków do zamykania ran wykonanych ze wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 32**

**Pakiet 3** – Prosimy o doprecyzowanie, czy wskazując w kolumnie „jednostka miary”- „szt.” Zamawiający ma na myśli pojedyncze paski, czy koperty zawierające po kilka sztuk pasków?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że ma na myśli liczbę koperty zawierające po kilka sztuk pasków.

**Pytanie nr 33**

**Pakiet 3, pozycja e** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków o rozmiarze 13 mm na 100 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 34**

**Pakiet 3, pozycja f** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków o rozmiarze 25 mm na 100 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 35****Pakiet 7, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu dla dorosłych z drenem dostępną w rozmiarach L i XL?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 36****Pakiet 7, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z drenem dostępną w rozmiarach M, L i XL przeznaczone odpowiednio dla dzieci, małego dorosłego i dużego dorosłego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 37****Pakiet 7, pozycja 5**

Czy zamawiający dopuści bezpieczne skalpele wysuwane jednorazowego użytku renomowanej marki Swann-Morton wspierające i usprawniające procedury bezpiecznego podawania narzędzi ostrych, praktykowanych na salach operacyjnych i zabiegowych. Wyraźnie widoczna, czerwona rękojeść całkowicie osłania ostrze i blokuje je przed przypadkowym wysunięciem. Wysunięcie ostrza następuje poprzez naciśnięcie suwaka. Skalpele są wyposażone w ulepszoną blokadę, zapobiegającą niekontrolowanemu cofaniu się ostrza np. w przypadku kontaktu z kością. Mechanizm umożliwia również zablokowanie ostrza w pozycji schowanej po zakończeniu zabiegu, umożliwiając bezpieczną utylizację skalpela. Dostępne w 10 najpopularniejszych rozmiarach ostrzy ze stali nierdzewnej 10, 10A, 10R, 11P, 12, 14, 15, 15C, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 z kolorowymi elementami przesuwными w celu łatwej identyfikacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 38****Pakiet 7, pozycja 5**

Czy zamawiający dopuści sterylne skalpele bezpieczne pakowane a'25 szt. i dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza.

Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci \* i przypisu.

### Pytanie nr 39

#### Pakiet 7, pozycja 6C

Czy zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,5x25mm?

#### Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

### Pytanie nr 40

#### Pakiet 7, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne nakłuwacze o następujących parametrach:

- trójplaszczynowe ostrze zmniejszające do minimum przykre odczucia
- specjalnie zaprojektowana konstrukcja pozwala na pewny i stabilny chwyt
- dzięki swojej konstrukcji przyrząd automatycznie wprowadza i wycofuje ostrze lancetu z opuszką palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu (działające na zasadzie docisku: wysuwa się po dociśnięciu do ciała pacjenta i wycofuje igłę po zwolnieniu docisku)
- prawidłowo dobrany rozmiar nakłuwacza pozwala pobrać optymalną ilość krwi przy minimalnym bólu pacjenta
- optymalna powierzchnia kontaktu nakłuwacza umożliwia dokładne przyłożenie w wybranym miejscu i wykonanie nakłucia o pożądanej głębokości
- konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla personelu oraz pacjenta eliminując przypadkowe ukłucie i zakażenie
- doskonale prowadzenie igły nakłuwacza w korpusie redukuje wibracje, tym samym zmniejszając odczuwanie bólu przez pacjenta i zapobiega uszkodzeniom tkanki skórnej
- Występuje w dwóch rozmiarach:
  - 23G, głębokość nakłucia 1,8 mm – dedykowany dla kobiet i dzieci
  - 21G, głębokość nakłucia 2,4 mm – dedykowany dla mężczyzn ?



#### Odpowiedź /zmiana/:

Zamawiający dopuszcza.

Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci \* i przypisu.

### Pytanie nr 41

#### Pakiet 7, pozycja 7

Czy zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane a'100 szt. i wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

#### Odpowiedź /zmiana/:

Zamawiający dopuszcza.

Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci \* i przypisu.

### Pytanie nr 42

#### Pakiet 7, pozycja 10

Czy zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarze 31G (0,25mm x 6mm)?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza.

Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 43**

**Pakiet 7, pozycja 11**

Czy zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarze 30G (0,30mm x 8mm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 44**

**Pakiet 7, pozycja 11**

Czy zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarze 31G (0,25mm x 6mm)?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza.

Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 45**

**Pakiet 7, pozycja 12**

Czy zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu dla dorosłych z workiem i drenem dostępną w rozmiarach L i XL?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 46**

**Pakiet 7, pozycja 12**

Czy zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z workiem i drenem dostępną w rozmiarach M, L i XL przeznaczone odpowiednio dla dzieci, małego dorosłego i dużego dorosłego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 47**

**Pakiet 7, pozycja 1, 2, 12**

Czy zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągnąca jest poprzez proces sterylizacji (tutaj wpisać np. tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający wymaga masek sterylnych.

**Pytanie nr 48**

**Pakiet 10, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści bandaże w rozmiarze 8 cm na 4 m?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza.

Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 49**

**Pakiet 10, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści bandaże o składzie 47,8% poliamid, 52,2% poliester?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 50**

**Pakiet 10, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 2,5 cm - 4,5 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 51**

**Pakiet 10, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 4 cm - 6,5 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 52**

**Pakiet 10, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 5 cm - 9,5 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 53**

**Pakiet 10, pozycja 32**

Czy Zamawiający miał na myśli opatrunek w rozmiarze 1,6 x 5,7cm?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Tak. Zamawiający wymaga opatrunków o rozmiarze 1,6x7,5 cm.

W związku z dokonaną zmianą ostatnie zdanie poz. 32 otrzymuje brzmienie: „*Opatrunek pakowany w opakowanie papier/papier po 1 szt. i opakowanie zbiorcze kartonik po 500szt., rozmiar 1,6 cm x 7,5 cm*”.

Wykonawcy dokonanej zmianę zobowiązani są uwzględnić w treści składanej oferty.

**Pytanie nr 54**

**Pakiet 10, pozycja 35**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany po 12 sztuk z wyceną za 1 opakowanie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 55**

**Pakiet 10, pozycja 36, 39**

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane po 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości oraz podaniem ceny za opakowanie?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza.

Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 56**

**Pakiet 10, pozycja 37, 38**

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane po 6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości oraz podaniem ceny za opakowanie?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza.

Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 57**

**Pakiet 10, pozycja 45**

Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że zawartość bawełny nie może być niższa niż 60%.

Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci \* i przypisu.



## **Pytanie nr 58**

### **Pakiet 11**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby szwy poliamidowe (pozycja 8 – 25) posiadały kod kreskowy lub metryczkowy na szaszetce.

#### **Odpowiedź /zmiana/:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci \* i przypisu.

## **Pytanie nr 59**

### **Pakiet 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści marker z linijką o dł. 15cm i szerokości 1,5cm?

#### **Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza.

Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci \* i przypisu.

## **Pytanie nr 60**

### **Pakiet 12 pozycja 1**

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylnej), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

#### **Odpowiedź:**

Marker wykorzystywany będzie do pisania po skórze, umożliwiając przedoperacyjne znakowanie pola operacyjnego.

## **Pytanie nr 61**

### **Pakiet 12 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną o wymiarach 164x117mm?

#### **Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza.

Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci \* i przypisu.

Zamawiający informuje o zmianie odpowiedzi na pytanie nr 15 z dnia 11.10.2024 r..

## **Pytanie nr 15**

### **Pakiet nr 12**

**Poz. 1.** Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie z pakietu nr 12 markera skórniego, który nie jest akcesorium elektrochirurgicznym

**Poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czyścik do elektrod, jednorazowy, sterylnej, z nitką dla identyfikacji w rtg, wymiary: 50X50X5MM, przyklejany, pakowany pojedynczo, sterylnej?

**Poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm<sup>2</sup>, bez ograniczenia mocy maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm<sup>2</sup>, wymiary 176x122mm, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt, pakowana po 5szt?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Ad. poz. 1 - Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Ad. poz. 2 (błąd w pytaniu, ponieważ wskazano ad. 3, a pytanie dotyczy ad. 2) - Zamawiający wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy) w postaci \* i przypisu.

Ad. poz. 3 - Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Z UP. DYREKTORA SZPITALA  
Z-CA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH  
SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU  
mgr inż. Iwona Słoga

Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Zamówień Publicznych  
Elżbieta Właderna-Bedrijczuk

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
mgr Monika Standerska