

EZP/1787/...../19

Wrocław, 24.12.2019

### Wg rozdzielnika

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem aparatury medycznej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 4 pakiety: Pakiet nr 1 – dostawa ciepłarki, Pakiet nr 2 – dostawa przenośnego cyfrowego systemu do drenażu klatki, Pakiet nr 3 – rozmrażacza osocza, Pakiet nr 4 – dostawa materacy grzewczych , znak sprawy ZP/PN/68/19/LAM/JHP**

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia parametrów urządzenia w instrukcji obsługi czyli w najważniejszym źródle informacji o prawidłowym użytkowaniu urządzenia?

**Odpowiedz zamawiającego**  
**Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 6.1 i 6.2.**

-----

#### Pytanie nr 2

Zapytania do pakietu nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonywania napraw do 30 dni? Części ulegające eksploatacji sprowadzane są ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces dostaw(oclenie) jest wydłużony i utrudniony.
2. Czy Zamawiający, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw części zamiennych do 30 dni?. Części sprowadzane są ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces dostaw(oclenie towaru) jest wydłużony i utrudniony.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych zgodnie z poniższą treścią:?
  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: a. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty roboczy dzień opóźnienia, jeśli

opóźnienie trwało nie dłużej niż 14 dni i 0,5 % wartości brutto umowy za każdy następny dzień opóźnienia, przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara będzie wynosić 10 zł. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 15 dni, to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu ust. 8.d niniejszego paragrafu, b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,3 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy rozpoczęty roboczy dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 14 dni i 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy następny dzień opóźnienia, przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara będzie wynosić 10 zł. Jeżeli opóźnienie będzie trwała dłużej niż 15 dni, to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu ust. 8.d niniejszego paragrafu

### **Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający nie wyraża zgody i postawia zapisy SIWZ bez zmian.**

---

### **Pytanie nr 3**

Zapytanie 1. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 3 Urządzenie do suchego rozmrażania osocza


Dotyczy pkt. 1: Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie w którym wykorzystywana jest kondukcyjna metoda rozmrażania gwarantująca jednorodne ogrzewanie preparatu? W oferowanym urządzeniu znajdują się termofory, w których krąży woda w układzie zamkniętym, służąca jako nośnik ciepła. Zapis w punkcie 1 Parametrów technicznych i eksploatacyjnych ogranicza uczciwą konkurencję i jasno wskazuje na urządzenie SAHARA.

### **Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający zaakceptuje urządzenie, w którym wykorzystywana jest kondukcyjna metoda rozmrażania gwarantująca jednorodne ogrzewanie preparatu: termofory, w których krąży woda w układzie zamkniętym, służąca jako nośnik ciepła.**

**Zapis w punkcie 1 Parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie wyklucza konkurencji. Metoda bezkontaktowa rozmrażania osocza jest preferowana przez Zamawiającego, gdyż w przypadku rozszczelnienia opakowania osocza w trakcie procesu rozmrażania umycie i dezynfekcja termoforów jest procesem pracochłonnym i czasochłonnym. Ponadto stwarza ryzyko pozostawienia zanieczyszczeń na powierzchni termoforów, namnażania bakterii i ich przeniesienie na następny rozmrażany produkt.**

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław  
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;  
faks: 71 36-89-219  
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868



Zapytanie 2. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 3 Urządzenie do suchego rozmrażania osocza

Dotyczy pkt. 5 i 7: Zamawiający wymaga graficznego rejestru temperatury oraz tego aby urządzenie było wyposażone w drukarkę protokołów. Zgodnie z OBWIESZCZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, rejestracja procesu rozmrażania nie jest wymagana przepisami. Powyższy wymóg wpływa niekorzystnie na cenę urządzenia. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści urządzenie bez graficznego rejestru temperatury oraz bez drukarki protokołów?

#### **Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający pozostawia zapis SIWZ Zał. Nr c pkt. 5 i 7 bez zmian.**

**Graficzny rejestr temperatury pozwala śledzić temperaturę preparatu przez cały okres rozmrażania. Pozwala wykryć istotne wahania temperatury procesu i awarię urządzenia powodującą przegrzewanie preparatów. Dzięki wydrukcom protokołów można dokumentować poprawność prawidłowego sposobu rozmrażania osocza.**

Zapytanie 3. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 3 Urządzenie do suchego rozmrażania osocza

Dotyczy pkt. 12: Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w moduł do mieszania Koncentratów Krwinek Płytkowych. Urządzenie, które opisał zamawiający charakteryzuje się temperaturą pracy  $+37^{\circ}\text{C}$ . Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od tego zapisu, ponieważ preparaty KKP należy przechowywać w temperaturze  $+22^{\circ}\text{C}$  z ciągłym mieszaniem i takie parametry zapewnia jedynie inkubator z wytrząsarką do KKP.

#### **Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający pozostawia zapis SIWZ Zał. Nr c pkt. 12 bez zmian.**

**Zamawiający zakłada, że moduł do mieszania krwinek płytkowych umożliwi mieszanie preparatu w temperaturze pokojowej.**

mgr Jolanta Harłacz-Przełaska  
Przygotowała:  
Jolanta Harłacz-Przełaska

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
mgr Krzysztof Suśkiewicz