

SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1



Sekretariat (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 14.02.2024 roku

FZP.IV-241/14/24/ZO

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania pod hasłem: „**Pojemniki na próbki chirurgiczne oraz odpady medyczne**”.

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pojemników na próbki chirurgiczne wypełnione formaliną z zawartością metanolu w ilościach < 1%. Metanol w opisywanym przez Zamawiającego przemdiocie zamówienia pełni funkcję stabilizatora buforów fosforanowych. Funkcję tę wypełnia w równowaznym stopniu stężenie w ilości < 1% i jest to najbardziej spotykane stężenie w branży histopatologicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby oznakowanie pojemników na z użyte igły i odpady medyczne było zgodne z §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, tj. posiadały widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:

- 1) kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
- 2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
- 3) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
- 4) numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638, 1948 i 2260), wraz z podaniem organu rejestrowego;
- 5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
- 6) datę i godzinę zamknięcia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne były wykonane z polipropylenu? Taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza .

Pytanie 4

Pakiet IV, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik czerwony z żółtą pokrywką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 5

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

Pytanie 6

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istnieje w umowie taki zapis art. 9 pkt 2.

Pytanie 7

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy producenta” jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje formularz cenowy poprzez dodanie nazwy producenta oraz numeru katalogowego.

Pytanie 9

Zamawiający w projekcie umowy, pisze:

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub Zamawiającego druga strona może dochodzić od strony winnej kary umownej w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części zadania.

Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Wysokość kar umownych winna pozostawać w korelacji ze szkodą, co zgodne jest z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 3531 w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC), a nie prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się jednej strony umowy.

Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Zadanie I, poz.1a:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 200 ml przezroczystego. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 11

Zadanie I, poz.1a:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 366 ml zamykanego „na wcisk”. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Zadanie 1:

Czy Zamawiający wymaga w pozycji 1a pojemnik o wymiarach : \emptyset 65-59x100mm (średnica górna – średnica dolna x wysokość) ? pozostałe parametry zachowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga w pozycji 1b pojemnik o wymiarach : \emptyset 117,5-100,5 x 80,6mm (średnica górna – średnica dolna x wysokość) ? pozostałe parametry zachowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga w pozycji 1c pojemnik o wymiarach : \emptyset 132,5-105,2 x 131,2mm (średnica górna – średnica dolna x wysokość) ? pozostałe parametry zachowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga w pozycji 1d pojemnik o wymiarach : \emptyset 174,7-145,5 x 157,4mm (średnica górna – średnica dolna x wysokość) ? pozostałe parametry zachowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 13

Zadanie 2:

Czy zamawiający w pozycji 1a dopuści do zaoferowania pojemniki chirurgiczne z formaliną o pojemności pojemnika 30 ml i zawartości formaliny 10 ml z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Czy zamawiający w pozycji 1a dopuści do zaoferowania pojemniki chirurgiczne z formaliną o pojemności pojemnika 50-80 ml i zawartości formaliny 30 ml z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Zadanie 3:

Czy Zamawiający w pozycji nr 1a wymaga pojemnika o wymiarach : \emptyset 225,0-194,0 x 187mm (średnica górna – średnica dolna x wysokość) ? pozostałe parametry zachowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający w pozycji nr 1b wymaga pojemnika o wymiarach : \emptyset 293,0-255,5 x 221,5mm (średnica górna – średnica dolna x wysokość) ? pozostałe parametry zachowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.