

1.	Czarmed Łukasz Czarnecki, Ul. Jabłoniowa 7, 95-020 Stróża.	Cz. 3 – 60,00	Cz. 3 – 40,00	100,00
2.	MEDPROF Sp. z o.o., Ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa.	-----	-----	Oferta odrzucona
3.	Simeđu Sp. z o.o., Ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra.	Cz. 1 – 60,00 Cz. 4 – 60,00	Cz. 1 – 0,00 Cz. 4 – 40,00	60,00 100,00
4.	Stryker Polska Sp. z o.o., Ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.	Cz. 6 – 60,00	Cz. 6 – 0,00	60,00
5.	Firma Wielobranżowa FANTOM Andrzej Miętkiewicz, Ul. Niedamira 10, 85-510 Wolin.	Cz. 1 – 56,40 Cz. 2 – 60,00 Cz. 3 – 42,00 Cz. 4 – 57,00	Cz. 1 – 40,00 Cz. 2 – 40,00 Cz. 3 – 40,00 Cz. 4 – 40,00	96,40 100,00 82,00 97,00

Oferty odrzucone:

Zamawiający działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy **MEDPROF Sp. z o.o., Ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa. w zakresie części nr 6** ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający w zakresie części nr 6 wymagał zaoferowania przez Wykonawców Defibrylatora z torbą transportową:

- Z normą IP min. 43, Wykonawca natomiast zaoferował IPX1,
- Wyposażony w metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnień dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci, Wykonawca nie zaoferował urządzenia z powyższym parametrem.
- Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardej bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniającej normę PN-EN 1789, Wykonawca nie zaoferował urządzenia z powyższym parametrem.
- Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych / neonatologicznych, Wykonawca zaoferował jedynie przycisk start /stop defibrylacja.
- Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 Ma, Wykonawca natomiast zaoferował 5-200.
- Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta, Wykonawca nie zaoferował urządzenia z powyższym parametrem.
- Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia; Wykonawca natomiast zaoferował 6 stopni.
- Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 80 mm, Wykonawca natomiast zaoferował 57 mm.


W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż oferta złożona przez Firmę **MEDPROF Sp. z o.o., Ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa. w zakresie części nr 6** nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego, co zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, skutkuje odrzuceniem oferty, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Wykonawcy wykluczeni:

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie określonym w art. 308 ust. 2 Ustawy Pzp. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany.

Z poważaniem,


KANONINZ
mgr inż. Bogusław Stec

SPECJALISTA
Sporządziła: Katarzyna Sądej
mgr Katarzyna Sądej