

Nr sprawy: 6PFspzoz2021

Mogilno, dnia 13.05.2021 r.

**Wykonawcy
wg. rozdzielnika**

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 6PFspzoz2021 – Dostawa produktów farmaceutycznych

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie Zadania (części) nr 1-2 zostały odrzucone następujące oferty:

Medilab Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60
15-531 Białystok

Uzasadnienie faktyczne:

Zadanie 2 Pozycja 1

Zaproponowany przez wykonawcę Medilab Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o. detergent multienzymatyczny do dekontaminacji i dezynfekcji Medizyme 3Plus 5l:

- nie jest preparatem dedykowanym/rekomendowanym przez dystrybutora do myjek CHOYANG SERII CYW - co jest niezgodne z oczekiwaniami Zamawiającego (zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.04.2021 r.). Może to wpłynąć na poprawny proces mycia i dezynfekcji oraz poprawne działanie myjki. Ma to szczególne znaczenie w myjkach będących na gwarancji lub nowych.

Zadanie 2 pozycja 2

Zaproponowany przez Medilab Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o. roztwór do dezynfekcji sprzętu endoskopowego Phago'Scope APA:

- posiada w swoim składzie kwas nadoctowy, ale również kwas octowy – co jest niezgodne z oczekiwaniami Zamawiającego (zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.04.2021 r.)
- posiada opakowanie 4800 ml + aktywator – co jest niezgodne z oczekiwaniami Zamawiającego (zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.04.2021 r.)
- nie jest preparatem dedykowanym/rekomendowanym przez dystrybutora firmę Endoelektronik do myjek CHOYANG SERII CYW - co jest niezgodne z oczekiwaniami klienta (zgodnie z odpowiedziami 30.04.2021 r.).

Może to wpłynąć na poprawny proces mycia i dezynfekcji oraz poprawne działanie myjki. Ma to szczególne znaczenie w myjkach będących na gwarancji lub nowych.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Mając na uwadze powyższe Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę firmy: Medilab Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok.

Uzasadnienie prawne:

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Polmil Sp. z o.o. SKA
ul. Przemysłowa 8b
85-758 Bydgoszcz

Uzasadnienie faktyczne:

Zadanie 2 Pozycja 1

Zaproponowany przez Polmil Sp. z o.o. SKA detergent multienzymatyczny do dekontaminacji i dezynfekcji Detro Enzym 5L :

- nie jest preparatem dedykowanym/rekomendowanym przez dystrybutora firmę Endoelektronik do myjek CHOYANG SERII CYW - co jest niezgodne z oczekiwaniami klienta (zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.04.2021 r.).

Może to wpłynąć na poprawny proces mycia i dezynfekcji oraz poprawne działanie myjki. Ma to szczególne znaczenie w myjkach będących na gwarancji lub nowych.

Zadanie 2 pozycja 2

Zaproponowany przez Polmil Sp. z o.o. SKA roztwór do dezynfekcji sprzętu endoskopowego Detro PAA 2200 5L:

- nie jest preparatem dedykowanym/rekomendowanym przez dystrybutora firmę Endoelektronik do myjek CHOYANG SERII CYW - co jest niezgodne z oczekiwaniami klienta (zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.04.2021 r.).

Może to wpłynąć na poprawny proces mycia i dezynfekcji oraz poprawne działanie myjki. Ma to szczególne znaczenie w myjkach będących na gwarancji lub nowych.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę firmy: Polmil Sp. z o.o. SKA, ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz.

Uzasadnienie prawne:

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zadanie część nr 1-2

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający określił w rozdziale XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) kryteria oceny ofert jakimi będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej jako cena o wadze 60% oraz termin dostawy o wadze 40%. W zakresie kryterium pozacenowego zamawiający oczekiwał podania jako najkrótszego terminu dostawy nie mniej niż 5 dni oraz wskazał sposób obliczeń wg poniższego schematu:

$$\text{TD} = \frac{\text{najkrótszy termin dostawy (nie mniej niż 5dni)*}}{\text{termin dostawy oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt} \times 40\%$$

co oznacza, że należało w formularzu ofertowym wskazać termin dostawy nie krótszy niż 5 dni. W związku z powyższym wskazanie przez wykonawców terminu krótszego niż 5 dni tj. 1 dzień jest niezgodne z opisanym w SWZ kryterium oceny ofert. Mając na uwadze powyższe Zamawiający zobowiązany jest odrzucić oferty firm:

Bialmed Sp. z o.o.

MEDITECH X-RAY Sp. z o.o.

Medilab Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o.

EP-P Sp. z o.o. Sp.k.

Uzasadnienie prawne:

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm – dalej „pzp”), informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania / części nr 1-2

Uzasadnienie faktyczne:

W niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji wszystkie złożone oferty dla Zadania / części nr 1-2 podlegały odrzuceniu.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

Zatwierdził:

Dyrektor

Ewa Bonk - Woźniakiewicz

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. Bialmed Sp. z o.o.
2. Polmil Sp. z o.o. SKA
3. MEDITECH X-RAY Sp. z o.o.
4. Medilab Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o.
5. EP-P Sp. z o.o. Sp.k.
6. a/a

