



WSzSL.FZ.381.90/25/ 927/ 2025

Legnica 04.11.2025r.

Do wszystkich zainteresowanych

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH**

znak sprawy WSzSL/FZ-90/25

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy części 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości rur 60-160, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 2

Dotyczy części 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości rur 60-160, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 3

Dotyczy części 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy składający się z dwóch rur karbowanych o długości 3 m i dodatkowej rury do worka o długości 1.6m, rury wykonane z EVA- zapewniającego szczelność układu, w zestawie z filtrem oddechowym, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 4

Dotyczy części 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości rur 60-200, rury wykonane z EVA- zapewniającego szczelność układu, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 5

Dotyczy części 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści układ z linią do monitorowania tego samego producenta pakowaną osobno, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 6

Część 5

Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych m.in. Bair Hugger Model 775

Kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta koców.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 7

Część 5

Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie określa sposobu konfekcjonowania, ale dopuszcza propozycję.



Pytanie 8

Część 5

Prosimy o dopuszczenie koca pediatrycznego pod pacjenta (99x136 cm)

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 9

Czy Zamawiający mając na celu zasady zdrowej konkurencji dopuści w części 1 :

Miękkie, gotowe do użycia, bezzapachowe rękawice nasączone szybko schnącym 2% roztworem chloro-heksydyny do antyseptycznego mycia ciała. Przeznaczone do nieuszkodzonej i niezmienionej chorobo-wo skóry, stosowane bez użycia wody. Skuteczne wobec bakterii wg normy EN 13727 w czasie 1 minu-ty, drożdży wg normy EN 13624 - 1 min. Chusteczki przed użyciem mogą być podgrzane w kuchence mikrofalowej. Wykonane z wytrzymałego, delikatnego materiału przyjaznego dla środowiska tj. miesza-ni-ny włókien: poliester i lyocell o rozmiarze 22x15 cm i gramaturze 82g/m2, opakowanie typu flow - pack a 8 szt?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

UWAGA!

UDZIELONE ODPOWIEDZI SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Maciej Leszkiewicz