

Centrum Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych
**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ
zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.106.2024.MK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę systemu mikroskopii stereoskopowej z obrazowaniem cyfrowym dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, przesłany przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz w związku z art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	Czy w zapisie w punkcie 1 "Mikroskop stereoskopowy o współczynniku powiększenia (zoom optyczny) obiektywu co najmniej 12x" Zamawiający ma na myśli: Mikroskop stereoskopowy o współczynniku powiększenia (zoom optyczny) korpusu zoom co najmniej 12x?	Zamawiający potwierdza i informuje, iż zmienia <u>pkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia</u> – załącznika nr 6 do SWZ w następujący sposób: pkt 1: <u>było:</u> Mikroskop stereoskopowy o współczynniku powiększenia (zoom optyczny) obiektywu co najmniej 12x <u>jest:</u> Mikroskop stereoskopowy o współczynniku powiększenia (zoom optyczny) korpusu co najmniej 12x
2	Czy Zamawiający dopuści kamerę mikroskopową o zakresie czasu ekspozycji: od 22 mikrosekund do 1 sekundy (punkt 12, podpunkt 5)?	Zamawiający wskazuje, że w pkt 12 ppkt 5) Opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 6 do SWZ określił parametry sprzętu na <u>minimalnym</u> wymaganym poziomie, tj. <u>Czas akwizycji: co najmniej w zakresie od 22 mikrosekund do 4 s.</u>

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **04.10.2024 r.** do godz. 10:00:00,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.10.2024 r.** o godz. 10:05:00, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdz. XII pkt 4 SWZ.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdz. XIV pkt 1 SWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulega kryterium oceny ofert opisane w ppkt 2) pkt 1 rozdziału XVI SWZ oraz w pkt 4 Formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SWZ w zakresie zmiany, o której mowa w pkt 1 tabeli, dotyczącej **Parametru technicznego: współczynnika powiększenia (zoom optyczny) korpus.**

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

- 1) SWZ o nazwie „**SWZ z dnia 04.09.2024 r.**”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
- 2) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ o nazwie „**Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ z dnia 04.09.2024 r.**”, który zastępuje dotychczasowy Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ.
- 3) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ o nazwie „**Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ z dnia 04.09.2024 r.**”, który zastępuje dotychczasowy Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PROREKTOR
ds. Badań Naukowych

prof. dr hab. Wiesław Laskowski