

Sochaczew, dnia 15.02.2024 r.

Nr Sprawy: EK-ZZ/ZP.261.02.RB.2024

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE NA JEJ PODSTAWIE MODERNIZACJI I DOPOSAŻENIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ „SZPITALA POWIATOWEGO” W SOCHACZEWIE W FORMULE „ZAPROJEKTUJ- WYBUDUJ-WYPOSAŻ”**, odpowiadamy na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1: załącznik 1.16 OPZ respirator transportowy .Pytanie dotyczy reakcji serwisu od momentu otrzymania informacji o awarii: Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin od daty zgłoszenia usterki?

Odpowiedź: [Zamawiający nie wyraża zgody.](#)

Pytanie 2: Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej stanu faktycznego pomieszczeń przewidzianych do przebudowy (rzuty przekroje)

Odpowiedź: [Zgodnie z OPZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w ramach umowy inwentaryzację obiektu budowlanego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.](#)

Pytanie 3: Sporą część Zamówienia stanowią specjalistyczne urządzenia medyczne posiadające gwarancję producenta 12 lub 24 miesiące. Czy w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane będzie ona obejmowała również wyposażenie?

Odpowiedź: [Zamawiający informuje, że minimalna gwarancja na urządzenia medyczne każdorazowo określona jest w załącznikach do OPZ. Zamawiający oczekuje minimalnie 24 miesięcznej gwarancji.](#)

Pytanie 4: W dokumentacji przetargowej udostępnionej przez Zamawiającego nie ma żadnej precyzyjnej informacji dotyczącej środków finansowych zaplanowanych na Inwestycję w 2024 roku. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przygotowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego prace i dostawy wykonane w 2024 roku oraz w 2025 roku. Inwestycja wiąże się z zamówieniami materiałów i bardzo drogich urządzeń nawet z kilku miesięcznym wyprzedzeniem oraz zaliczkami często wynoszącymi 100%. Taki stan rzeczy jest bardzo niepokojący dla potencjalnego Wykonawcy. Wnoszę o precyzyjne podanie kwoty przewidzianej na Inwestycję w 2024 roku.

Odpowiedź: [Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 3 do SWZ w zakresie zapisu § 3 ust.9: Suma faktur częściowych w roku 2024 nie może przekroczyć wartości zaplanowanych Środków z Funduszu Medycznego na rok 2024 w kwocie 6 722 531 zł \(słownie złotych: sześć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych\)](#)

Pytanie 5: dotyczy - Załącznika nr 1 do SWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia/ZAKRES INWESTYCJI W ROKU 2024

2.4 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ:



OBSZAR OBSERWACJI/POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY PIELEGNIARSKI

OBSZAR RESUSCYTACYJNO-ZABIEGOWY/OBSZAR RESUSCYTACYJNO-ZABIEGOWY dla DWÓCH STANOWISK

OBSZAR TERAPII NATYCHMIASTOWEJ/ SALA OPATRUNKÓW GIPSOWYCH

Czy Zamawiający oczekuje wykonania ciągu szafek medycznych oraz szafek górnych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z frontami malowanymi proszkowo (kolor RAL do wyboru przez Użytkownika)?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.](#)

Pytanie 6: dotyczy - Załącznika nr 1 do SWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia/ZAKRES INWESTYCJI W ROKU 2025

2.4 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ:

PARTER OBSZAR SEGREGACJI MEDYCZNEJ, REJESTRACJI I PRZYJĘĆ/GABINET SEGREGACJI MEDYCZNEJ

PARTER OBSZAR SEGREGACJI MEDYCZNEJ, REJESTRACJI I PRZYJĘĆ/GABINET SEGREGACJI MEDYCZNEJ

OBSZAR KONSULTACYJNY/GABINET BADAŃ LEKARSKICH

OBSZAR KONSULTACYJNY/GABINET BADAŃ LEKARSKICH

OBSZAR KONSULTACYJNY/GABINET BADAŃ LEKARSKICH

Czy Zamawiający oczekuje wykonania ciągu szafek medycznych oraz szafek górnych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z frontami malowanymi proszkowo (kolor RAL do wyboru przez Użytkownika)?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.](#)

Pytanie 7: dotyczy - Załącznika nr 1 do SWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia

2.5 POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAKRESIE DOPOSAŻENIA SOR W SPRZĘT MEDYCZNY ORAZ WYPOSAŻENIE. Czy Zamawiający dopuści wózek – wannę zgodnie poniższym opisem i wizualizacją? Oferowany wózek stanowi równoważne rozwiązanie. – dotyczy l.p. 16. Wózek przeznaczony do mycia pacjentów na oddziałach szpitalnych. Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304; 0H18N9) odpornej na mycie wilgoć i dezynfekcję szpitalną. Wózek zbudowany z podstawy oraz blatu z wanną podnoszonego za konstrukcji pantografowej. Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie od 540 mm do 850 mm za pomocą dźwigni nożnej (zakres regulacji podany bez wysokości barierki, do poziomu blatu. Na blacie gumowa miękka wanna do mycia pacjentów, z odpływem. Kozetka wyposażona w boczne barierki opuszczane. Kółka o średnicy 125mm (w tym dwa z blokadą). Dopuszczalne obciążenie: 160kg. Wymiary materaca (dno wanny): 1950x600mm. Wymiary zewnętrzne: 2130x780x780-1070 mm (wysokość liczona z podniesionymi barierkami).



Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.](#)

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści wózek na odpady medyczne wyposażony w kółka w obudowie z tworzywa sztucznego? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze niż wymagane w SWZ (obudowa z ocynku rdzewieje) – dotyczy 20, 21

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.](#)

Pytanie 9: Czy Zamawiający oczekuje wykonania szaf ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z frontami malowanymi proszkowo (kolor RAL do wyboru przez Użytkownika) – dotyczy l.p. 22, 23

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.](#)

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści wykonanie półek w szafach z materiału – stal nierdzewna niemalowana w gatunku 1.4301 (304)? Dotyczy l.p. 22, 23

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.](#)

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści szafy o głębokości 470mm i wysokości 1800mm? – dotyczy l.p. 22, 23

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.](#)