



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

I.dz. 2682/2021/W

Wrocław dn. 23.08.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego”, sprawa nr: PO.271.3.2021

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.

W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

pytania do pakietu nr 1

Pytanie 21:

poz.1 czy zamawiający dopuści pipetę o maksymalnym błędzie przypadkowym 0,6 % dla 0,5 ul

Odpowiedź 21:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22:

poz.3 czy zamawiający dopuści pipetę o maksymalnym systematycznym 0,7% dla 1000 ul oraz będzie przypadkowym 0,6% przy 100 ul

Odpowiedź 22:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23:

poz. 6 czy zamawiający dopuści pipetę w zakresie 0.1-3 ul

Odpowiedź 23:

Zamawiający wyraża zgodę.

Strona 1 z 2



Pytanie 24:

do pakietu nr 2

poz. 1 czy zamawiający dopuści pipetę w zakresie 0,1-3 ul

Odpowiedź 24:

Zamawiający wyraża zgodę.

Strona 2 z 2

