

Projekt „BRaln – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” (RPLD.01.01.00-10-0003/17)
współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020

Wykonawcy postępowania

ZP/51/2023

Łódź, dn. 20.06.2023 r.

Dot.: udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na Dostawę komory laminarnej w ramach realizacji projektu „BRaln – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji”

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1:

Czy zamiast filtra G3 Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę ze specjalną membranę filtracyjną zintegrowaną z filtrem HEPA, która wychwytuje wszelkie duże zanieczyszczenia chroniąc filtr przed szybszym zapchaniem?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną z dwoma wentylatorami?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną ze stelażem z regulowanym poziomem w zakresie 800-840 mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 4:

Prosimy o informację co dokładnie Zamawiający zamierza naważać? Czy będą to proszki?

Odpowiedź:

Mogą być to proszki, ale mogą być również fragmenty/próbki materiałów syntetycznych albo płyny.

Pytanie 5:

Prosimy o dopuszczenie komory bez zaoblonych narożników?

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 6:

Prosimy o informację co zamawiający ma na myśli pisząc o szybie " umożliwiająca hermetyczne zamknięcie "

Odpowiedź:

Chodzi o to, aby po całkowitym opuszczeniu szyby i wyłączeniu urządzenia nie było możliwości zasysania powietrza z zewnątrz do środka komory, np. poprzez zastosowanie uszczelki dookoła szyby.

Pytanie 7:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania możliwości podniesienia całego panelu przedniego zamiast całkowitego podnoszenia szyby przedniej?

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody.

Dyrektor
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi