

**\*SPECYFIKACJA TECHNICZNA\*****KRIOSTAT – 1 ZESTAW**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I. INFORMACJE OGÓLNE:</b>			
1.	Producent.	podać	
2.	Typ/model.	podać	
3.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
4.	Kriostat fabrycznie nowy, wyklucza się sprzęt demonstracyjny, rekondukcjonowany, używany.	TAK	
5.	Rok produkcji – 2019.	TAK	
<b>II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:</b>			
1.	Urządzenie przeznaczone do przygotowywania zamrożonych skrawków, wolnostojące z wbudowanym mikrotomem umożliwiającym cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, oraz podprowadzanie głowicy przy użyciu silnika.	TAK	
2.	Półka do zamrażania wyposażona w co najmniej 20 stolików, umieszczona w komorze roboczej kriostatu z regulowaną temperaturą do – 35°C, wyposażona w co najmniej 4 stoliki, służące do szybkiego, głębokiego zamrażania do temperatury -55°C.	TAK	
3.	Duża, łatwa w czyszczeniu komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej, posiadająca własne oświetlenie.	TAK	
4.	Funkcja automatycznego i programowanego rozmrażania wraz z możliwością nastawy czasu rozpoczęcia rozmrażania.	TAK	
5.	Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego lub poprzez panel wyposażony w przyciski pokryte folią. Wskazania aktualnych parametrów – min.: temperatura, czas.	TAK	
6.	Regulacja temperatury w komorze roboczej w zakresie do - 35°C.	TAK	
7.	Mechanizm służący do blokowania koła zamachowego mikrotomu.	TAK	
8.	Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu.	TAK	
9.	Ruch głowicy mikrotomu w pionie (górze/dół) do min.: 59 mm ± 0,5 mm.	TAK	
10.	Przesuw głowicy mikrotomu w poziomie (przód/tył) do min.: 26 mm.	TAK	
11.	Baza (uchwyt) do cięcia, przystosowany do zamontowania nożyków jednorazowych posiadająca możliwość nastawy kąta nachylenia.	TAK	
12.	System zapobiegający zwijaniu się skrawków podczas cięcia preparatu, umożliwiający łatwe nałożenie skrawka na szkiełko mikroskopowe.	TAK	
13.	Funkcja blokady dostępu przed niepowołaną zmianą parametrów.	TAK	
<b>III. DOKUMENTACJA:</b>			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób

zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)