

Konin, dnia 02.08.2023 roku

WSZ-EP-26/873/2023

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego, biurowo-administracyjnego, aparatury medycznej oraz fartuchów barierowych w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”, nr sprawy WSZ-EP-26/2023**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 7

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy pakietu 7:

1. Czy przy spełnieniu pozostałych parametrów Zamawiający dopuści ofertę na szwajcarski zamgławiacz zaklasyfikowany jako Wyrób medyczny do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, który: emituje rekordowo małe cząstki aerozolu o wielkości poniżej 0,5-1 mikrona (75% poniżej 0,5µm), dzięki czemu aerozol zachowuje się jak gaz, równomiernie pokrywa powierzchnie (bez wielkich kropli), dokładniej penetruje zakamarki i powierzchnie trudno dostępne oraz szybciej odparowuje skracając czas procesu, zapamiętuje 100 numerów pomieszczeń (wraz z ustawieniami dezynfekcji) zamiast nazw pomieszczeń, ustawienia w sterowniku są niezabezpieczone kodem (urządzenie dedykowane dla profesjonalistów), umożliwia eksport danych na komputer PC i tworzenie raportów z procedur dezynfekcji, posiada darmowe oprogramowanie (w języku polskim) do zarządzania raportami, posiada dyszę zamgławiającą wykonaną z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków odkażających, posiada wymiary 250 x 420 x 560 mm, kółka i wysuwany teleskopowy uchwyt transportowy o dł. 45cm, wykorzystuje środek dekontaminacyjny zarejestrowany jako wyrób medyczny, na bazie nadtlenu wodoru z dodatkami zwiększającymi skuteczność przeciwko bakteriom katalazododatnim (posiadającymi mechanizm obronny rozkładający H₂O₂), o stężeniu 6,6% H₂O₂ ze srebrem lub stężeniu 7,5% H₂O₂ bez srebra, przebadany jest według równoważnej/źródłowej (dla EN 17272) normy AFNOR NF T72-281 oraz norm EN 13727, EN 13697, EN 13624, EN 13707, EN 14476.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2. Zamawiający oczekuje rozwiązania do dezynfekcji metodą zamglawia opartego o nadtlenek wodoru o aktywności wobec bakterii, grzybów wirusów oraz spor. W związku z tym że wiele szczepów bakterii (w tym wielolekoopornych) wytwarza enzymy katalazy, które inaktywują oraz rozkładają nadtlenek wodoru, czego konsekwencją jest brak skuteczności preparatów zawierających nadtlenek wodoru wobec bakterii katalazododatnich, prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga potwierdzenia raportami skuteczności mikrobiologicznej wykonanymi zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi dla obszaru medycznego potwierdzających skuteczność także dla bakterii katalazododatnich (jak np. Staphylococcus).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego punktowanego za 0 pkt terminu dostawy z 20 do 40 dni? Ze względu na sezon urlopowy obejmujący zarówno Wykonawców jak i wytwórców urządzeń zwracamy się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie powyższego pytania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności faktury za zrealizowaną dostawę z 60 do 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 1% do 0,5% wartości brutto danego asortymentu, którego dotyczy zwłoka? (§6 ust. 1 pkt. 1 i 2)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.