



DZP/PN/26/2024

Zawiercie, 04.04.2024 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: Dostawy odczynników wraz z najmem analizatora

dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że omyłkowo w części XV ppkt 2 SWZ oraz Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ wskazał kryterium oceny ofert: Prawidłowo winno być:

- XV ppkt 2 SWZ

„ 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

A – Cena – waga - 60 %

B – Termin dostawy – 10 %

C – Parametry oceniane – 30 %

1) **Kryterium „Cena”** będzie liczone w następujący sposób:

- najwyższą liczbę punktów za to kryterium (60 pkt) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:

$$A = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena brutto}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 60 \text{ punktów}$$

2) **Kryterium „Termin dostawy”** będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (10 pkt) otrzyma oferta o najkrótszym terminie dostawy (wykazanym w Formularzu ofertowym), pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej:

- do 3 dni 10 pkt;

- 4 dni 5 pkt;

- 5 dni 0 pkt

Uwaga!

Termin dostawy należy podać w dniach (**max 5 dni robocze**). W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższego w Formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano maksymalny dopuszczony termin dostawy, a co za tym idzie Wykonawca otrzyma 0 pkt.



3) Kryterium „Parametry techniczne” będzie liczone w następujący sposób:

L.p.	Parametry oceniane	Parametr oceniany	Parametr oferowany (opisać)
1.	Ilość surowicy niezbędna do badania:	do 200 μ l - 15 pkt 210 – 400 μ l – 5 pkt 400 – 500 μ l - 0 pkt	
2.	Zastosowane przeciwciała:	monoklonalne - 15 pkt poliklonalne - 0 pkt	

Ponadto Zamawiający informuje, że poprawiony Formularz ofertowy stanowi załącznik do pisma.

Suga

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Monika Janowska

Monika Janowska