



Znak: AE/ZP-27-45/24

Tarnów, 2024-06-19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawy artykułów medycznych (porty naczyniowe, przyrządy do przetoczeń).

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy zamawiający dopuści dren o dł. 150 cm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2** – Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2** – Czy zamawiający wymaga opakowanie papier-folia?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1** - Czy zamawiający dopuści dren o dł. 150 cm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1** - Czy Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1** - Czy zamawiający wymaga opakowanie papier-folia?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1** - Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1** - Czy Zamawiający wymaga, aby komora kroplowa miała długość min. 60 mm w części przezroczystej?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.2** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z drenem 210 cm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści dren o długości 150cm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.2** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biórczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biórczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.2** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.2** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.2** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z możliwością utrzymania przez 24 godziny w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.2** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z filtrem hydrofilowym automatycznie zatrzymującym przepływ po opróżnieniu komory, zabezpieczając przed dostaniem się powietrza do drenu co zapobiega zatorowi?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządów do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającej brak zawartości ftalanów pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.



Ad 3

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządów do przetaczania krwi w opakowaniu papier-folia pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 4

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 5

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządów do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającej brak zawartości ftalanów pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 6

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządów do przetaczania w opakowaniu papier-folia pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 7

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 z Pakietu Nr 3 i utworzenie osobnego pakietu.

Ad 8

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w treści SWZ.

Ad 9

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 10

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 11

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biórczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biórczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakażenia, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 12

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 13

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 14

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SWZ.

Ad 15

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz.2 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SWZ.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a



Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nock

