

Kraków, dn.15.09.2021r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-26/21

Przetarg nieograniczony pn. „Usługa na przeglądy, konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA I

I. Pytania dotyczące pakietów

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o podanie modeli, oraz numerów seryjnych urządzeń USG wymienionych w Załączniku nr 2, Zadanie 1, pozycja nr. 29.

Odpowiedź: Zamawiający poniżej w tabeli udziela odpowiedzi na powyższe pytanie

NAZWA	Nr. seryjny	Model
1 USG TOSHIBA	WAC15Z2307	TUS-A400
2 USG ESOATE	300128	MYLABOMEGA
3 USG HD11XE PHILIPS	US61179438	HD 11 XE
4 USG PHILIPS	US 40608217	ENVISOR
5 USG LOGIQ	396765M2	LOGIQ 200 DZIECIĘCE

II. Pytania dotyczące Wzoru Umowy

1. BHP

W przypadku wizyt u Zamawiającego, współpraca Zamawiającego w kwestiach bhp jest kluczowa. Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie do postanowień wzoru umowy postanowienia z odpowiednim obowiązkiem Zamawiającego w tym zakresie:

„ Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym:

- podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe;
- przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi,
- podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy i potwierdzenia tego piśmie na prośbę Wykonawcy)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

2. Instrukcje i zalecenia producenta

Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem.

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca oraz Zamawiający będą zobowiązani do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy i wykonania umowy zgodnie z nimi?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę najnowszych zaleceń i wymagań producenta.

4. Potrącenie kar umownych

Prosimy o usunięcie postanowienia § 5 ust 4 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Niezależnie od faktu, że postępowanie jest prowadzone poza ustawą prawa zamówień publicznych, wskazujemy, ponadto zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 przepisy prawa wprost zakazują Zamawiającemu dokonywania tego typu potrąceń. Bowiem zgodnie z art. 15r¹ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

5. Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Mając na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego rozwiązania z winy Wykonawcy, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy które nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Proponujemy, aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem rozwiązania za 2 tygodniowym wypowiedzeniem, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwiona rzetelną kalkulację ryzyka.

Proponujemy zatem dodanie jako ust 6 do §6 wzoru umowy następującego postanowienia: „Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego na podstawie § 6 ust 2 Umowy powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do rozwiązania Zamawiający od umowy lub ich skutków, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

6. Wykonanie zastępcze

W przypadku wadliwego lub nieterminowego realizowania przedmiotu umowy zasadnym jest w pierwszej kolejności wezwanie Wykonawcy do wykonania swoich obowiązków a dopiero po odmowie wykonania lub ponownym niewykonaniu zastosowanie zlecenia interwencyjnego, zwłaszcza, że Zamawiający łączy to dodatkowo z karą umowną za nieterminową realizację Umowy. Takie postanowienie może prowadzić do powstania nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego, nakładając dodatkową kary na Wykonawcę i tym samym narusza równowagę stron.

W związku z powyższym proponujemy wobec tego zmianę § 5 ust. 6 w następujący sposób:

„6. W przypadku wadliwego lub nieterminowego realizowania przedmiotu umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania umowy lub prawidłowej jej realizacji, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu lub jej ponownie

wadliwym wykonaniu Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania zastępczego usług stanowiących przedmiot umowy zaś Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie usługi.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację §5 ust. 6 projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ), i nadaje mu brzmienie:

„6. Zamawiający zastrzega sobie w przypadku wadliwego lub nieterminowego realizowania przedmiotu umowy prawo do wykonania zastępczego usług stanowiących przedmiot umowy, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie usługi.”

7. Umowa o przetwarzanie danych osobowych

W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez Wykonawcę do danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Uprzejma prośba o informację czy Zamawiający przewiduje zawarcie takiej umowy i czy wyraża zgodę na zawarcie takiej umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził do projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ) w §10 zapisy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych. W związku z tym Zamawiający modyfikuje projekt umowy (załącznik nr 4 do SWZ), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

PYTANIA II

1. W pakiecie numer 1, proszę o doprecyzowanie jaki jest producent i model:

- Pomp,
- Wag,
- Bieżni,
- Defibrylatorów.

Odpowiedź: **Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na powyższe pytanie:**

➤ **Pomp**

Model: Pompy infuzyjne, strzykawkowe, objętościowe, perystaltyczne, przepływowe, żywnieniowa

Producent: Ascor, Medima, Kwapisz, TERUFUSION, NUTRICA

➤ **Wag**

Model: Analityczne, Elektroniczne (niemowlęce, ze wzrostomierzem, krzesłkowe)

Producent: Seca (799,834,376),WPT Radwak

➤ **Bieżni**

NAZWA	Model	Producent
BIEŻNIA TREADMILE	C	ASPEL S.A.
BIEŻNIA	ASPEL	ASPEL S.A.
BIEŻNIA	ASPEL	ASPEL S.A.
BIEŻNIA	REHABILITACYJNO	ASPEL S.A

➤ **Defibrylatorów.**

NAZWA	Model	Producent
-------	-------	-----------

1	DEFIBRYLATOR	KLINICZNY	EMTEL
2	DEFIBRYLATOR	EMTEL	EMTEL
3	DEFIBRYLATOR	KLINICZNY	EMTEL
4	DEFIBRYLATOR	DEFIMAX AED	EMTEL

2. W pakiecie numer 1, czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie:

- Aparat video eeg-digitrac,
- Eeg – digitrac,
- Zestaw do videogastroskopii,
- Gastrofiberoskop,
- Gastroskop,
- Myjnie endoskopowe,
- Wanny,
- Usg,
- Wirówka do kończyn dolnych,
- Aparat cyfrowy rtg mobilny agfa,
- Aparat rtg sonialvision g4,
- Videokolonoskop,
- Aparat emg - 4 kanałowy?

Wydzielenie ww. umożliwi złożenie atrakcyjnej oferty cenowej na pozostały sprzęt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wyżej wymienionych urządzeń.

3. W pakiecie numer 3, proszę o doprecyzowanie jaki jest producent i model:

- Respiratorów,
- Stanowiska do resuscytacji.

Odpowiedź: Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na powyższe pytanie:

- **Respiratorów**

	NAZWA	Model	Producent
1	RESPIRATOR	WIELOFUNKCYJNY	BAYER
2	RESPIRATOR	SECHRIST	SECHRIST

- **Stanowiska do resuscytacji.**

STANOWISKO DO RESUSCYTACJI NIEMOWLĄT	DUTCHMED	UNIMED Bydgoszcz DUTCHMED
STANOWISKO RESUSCYTACJI DLA NIEMOWLĄT	INKUBATOR OTWARTY	DRAGER

II. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) zmienia treść SWZ w zakresie:

1) Pkt 1 Dział X Termin związania ofertą, który otrzymuje brzmienie:

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
tel.(12) 619 86 01, fax.(12) 619 86 10
e-mail: info@dzieciecyszpital.plwww.dzieciecyszpital.pl
NIP: 6751199459, KRS: 0000009118

„1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia **21.10.2021 r.**”

2) pkt 1. Dział XII Sposób oraz termin składania i otwarcie ofert, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt 12 SWZ należy złożyć przy użyciu [platformy](https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital) dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital> do dnia **22.09.2021 r.** do godz. **09:30**.

3) pkt 6. Dział XII Sposób oraz termin składania i otwarcie ofert, który otrzymuje brzmienie:

„6. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **22.09.2021 r.** o godz. **10:00** przy użyciu systemu teleinformatycznego.”

4) Załącznika nr 4 do SWZ (projekt umowy), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

Odpowiedzi do pytań oraz zmiana treści SWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Załącznik:

- ✓ Zmieniony załącznik nr 4 (projekt umowy – po zmianach)

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a