

COZL/DZP/AS/3412/TP-44/21

Lublin, dnia 25.05.2021 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na :

„Dostawa różnego asortymentu medycznego(fotel do pobierania krwi, wózek szafa na bieliznę, sprzęt rehabilitacyjny, wózek inwalidzki, stół chirurgiczny, wytrząsarka do płytek krwi z inkubatorem...) na potrzeby COZL”

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1 a

Dotyczy wzoru umowy

Dot. § 6 pkt. 1a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej za zwłokę w dostawie towaru na 1 % wartości brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 1 b

Dot. § 6 pkt. 1b - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej za zwłokę w dostawie zareklamowanego towaru na 1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie wykonywanej w ramach reklamacji, tj. liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa zareklamowana do dnia dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznik nr 2.1 – Kosztorys ofertowy Część 1 – Stół oddziałowy, schodki medyczne, wózek szafa na czystą bieliznę - poz. 1 stół oddziałowy

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności stół oddziałowy o poniższych parametrach: konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, trzy wyjmowane tace wykonane z tworzywa sztucznego, cztery koła jezdne w tym 2 z blokadą z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, worek foliowy z przykryciem, oraz druciany kosz, wymiary: 425 x 645 x 905 mm (szer. x dł. x wys.)?

AS



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznik nr 2.3 – Kosztorys ofertowy Część 3 – Sprzęt rehabilitacyjny poz. 4 Aparat do elektroterapii

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do elektroterapii o poniższych parametrach:

- Aparat do elektroterapii z możliwością dalszej rozbudowy o wózek bądź moduł do terapii podciśnieniowej Vacuum
- Urządzenie pozwalające na dostosowanie generowanego przebiegu prądu, tym samym zapewniając terapeutcie obszerny wybór możliwości leczenia.
- Wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60601-1-11
- 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
- Wbudowana pamięć podręczna oraz funkcja aktualizacji oprogramowania
- Interaktywne lampki informujące o statusie urządzenia i portów
- System Procedur Terapeutycznych
- Wybór przebiegu z dostępnych procedur terapeutycznych bądź zasobów klinicznych znajdujących się w Menu

- Wskazania

TENS

- Złagodzenie przewlekłego bólu (1)
- Walka z bólem pooperacyjnym (2)

NMES

- Reedukacja mięśni (3)
 - Zwiększenie miejscowego przepływu krwi (4)
 - Rozluźnienie mięśniowe (5)
 - Utrzymanie / zwiększenie zakresu ruchu (6)
- Wyposażenie : Elektrody węglowe, Elektrody samoprzylepne, Przewody Stim, Opaski do mocowania elektrod, Kabel zasilania, Dysk zewnętrzny USB, Przewodnik szybkiego startu
- Dostępne przebiegi prądowe : IFC-4P, IFC-2P, VMS, Wys. Napięcie, TENS asymetryczny dwufazowy, TENS symetryczny dwufazowy, interferencyjny izopolarny, inetrferencyjny z wek. Dipolowym, VMS Burst, VMS FR, galwaniczny, Jednof. Prostokątny impuls, galwaniczny przerywany, jednf. Trójkątny impuls, galwaniczny o niskim natężeniu, stymulacja rosyjska, prądy

Traberta, stymulacja HAN, mikroprądy, dynamiczny, okres z trójkątnym prąd pulsujący, okresowy zmienny prostokątny pulsujący

- waga urządzenia : 2,9kg (bez akumulatora)
- akumulator (opcja)



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznik nr 2.3 – Kosztorys ofertowy Część 3 – Sprzęt rehabilitacyjny poz. 6 Lampa Lumina

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sollux o poniższych parametrach :

- Lampa na statywie jezdnym
- Elektroniczny panel sterowania
- Regulacja mocy promiennika
- Regulacja długości trwania zabiegu
- Programowanie sekwencji zabiegowej
- Emisja światła podczerwonego
- 1 promiennik w głowicy
- Regulacja położenia głowicy
- Regulacja wysokości statywu za pomocą sprężyny gazowej
- Tubus wyposażony jest w wentylator chłodzący oraz system mocowania filtrów
- Wyposażenie : żarówka (1 szt.), filtr czerwony (1 szt.) szt.], filtr niebieski (1 szt.) okulary ochronne dla operatora i pacjenta (2 szt.), zestaw do montażu
- Wymiary : 74 x 48 x min. 117, max. 176
- Waga : ok. 23kg
- Moc żarówki : max 375W



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznik nr 2.4 – Kosztorys ofertowy Część 4 – Wózek do transportu chorych, stanowisko do pobierania krwi

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 tygodni? Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną wielu producentów, dostawców wydłużyło terminy realizacji zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy wzoru umowy

Dotyczy Załącznika nr 2.1 oraz 2.4 - Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wymagają przeglądów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 7 tygodni? Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną wielu producentów, dostawców wydłużyło terminy realizacji zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 stanowisko do pobierania krwi o szerokości siedziska 430 mm oraz wysokości siedziska 510 mm, parametry nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 stanowisko do pobierania krwi o szerokości siedziska 430 mm oraz wysokości siedziska 510 mm, parametry nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 asystor o całkowitej szerokości 510 mm oraz całkowitej głębokości 540 mm, parametry nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Civiński

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Marielena Koziej

SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli

mgr Agnieszka Studzińska