

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/22

Sucha Beskidzka dnia 04.03.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych:
ZOZ.V.010/DZP/07/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pytanie 1 dot. pakietu 61

Czy w pakiecie 61 poz. 2 i poz. 3 nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający wymaga 3 opakowania zamiast 30 opakowań. 30 opakowań po 20 sztuk daje 600 sztuk mankietów z każdego rozmiaru. Biorąc pod uwagę specyfikę oddziału neonatologicznego takie ilości wydają się być nierealne do zużycia.

Odp. Tak, winno być w poz. 3 – 3 opakowania, w poz. 2 – 2 opakowania.

Pytanie 2 dot. pakietu 62 poz. 1 i poz. 2

Czy w związku z miejscem aplikacji czujników u noworodków nie zaszła oczywista omyłka pisarska w pakiecie 62 poz. 1 i poz. 2 i Zamawiający wymaga czujników neonatologicznych przeznaczonych do pomiaru saturacji na stopie u wszystkich noworodków? Czujniki Inf 3-20 kg przeznaczone są do aplikacji na kciuk lub duży palec u nogi u niemowląt i dzieci.

Odp. Tak, nastąpiła omyłka.

Pytanie 3 dot. pakietu 62 poz. 1 poz. 2

Czy w celu zwiększenia dokładności pomiaru oraz ujednoczenia rodzaju czujników do pomiaru saturacji w technologii Masimo Set stosowanych w szpitalu Zamawiający oczekuje czujników z końcówką RD? Czujniki RD gwarantują największą dokładność pomiarową przez co zwiększają bezpieczeństwo pacjenta oraz są tańsze. Takie rozwiązanie wpłynie również na ograniczenie kosztów związanych z koniecznością magazynowania czujników o różnych końcówkach i ułatwi pracę na oddziale.

Odp. Tak.

Pytanie 4 dot. pakietu 62 poz. 2

Czy w celu usprawnienia pracy i wykorzystania posiadanych kabli do czujników typu RD, w poz. 2 Zamawiający oprócz czujników wymaga dodatkowych adapterów typu LNCS-RD umożliwiających podłączenie czujników typu RD do posiadanych kabli?

Odp. Tak.

Pytanie 5 dot. pakietu 62 poz. 5

Czy w celu zapewnienia najwyższej skuteczności fototerapii i najwyższego bezpieczeństwa u najmniejszych pacjentów Zamawiający wymaga okularki zapewniające 99,9% ochronę oczu przeciwko promieniom UV, co potwierdzają niezależne badania i dokumenty od producenta?

Odp. Tak.

Pytanie 6 dot. pakietu 62 poz. 5

Czy w celu ułatwienia pracy na oddziale oraz prewencji incydentów medycznych Zamawiający oczekuje okularków z dodatkowym kolorowym identyfikatorem rozmiaru w formie dodatkowych naklejek na opakowaniu nie na materiale: noworodki - kolor turkusowy, wcześniaki - kolor zielony, mikro - kolor granatowy, jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sudziszewie k. Radkowskiej
mgr Janusz Baczkowski

Starszy Inspektor
ds. zamówień publicznych
mgr Agnieszka Jasińska-Hajdyla