



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

UWM.DZP.243.W/2479/2024
Nr postępowania 521/2024/TP/DZP

Olsztyn 13 grudnia 2024 r.

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby jednostek UWM w Olsztynie”.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320. tj.) przedstawia wyjaśnienia dotyczące postawionych przez wykonawców pytań w ww. postępowaniu:

Dotyczy części 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zakres PR: 30bpm~300bpm z dokładnością ± 3 ud./min?

Odpowiedź:

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie informuje, że **nie dopuści** zakresu PR: 30bpm~300bpm z dokładnością ± 3 ud./min

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawienia opóźnienia wszystkich alarmów, bez możliwości ustawienia opóźnienia samego alarmu pulsu?

Odpowiedź:

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie informuje, że **nie dopuści** możliwości ustawienia opóźnienia wszystkich alarmów, bez możliwości ustawienia opóźnienia samego alarmu pulsu.

Łączę wyrazy szacunku

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

(podpisano elektronicznie)

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl
fax (89) 523 43 66 www.uwm.edu.pl



**UNIwersYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE**

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Wiśniewski

Tel. 89 524 52 39

e-mail: krzysztof.wisniewski@uwm.edu.pl

UNIwersYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl

fax (89) 523 43 66

www.uwm.edu.pl