

Lubań, dnia 19 listopada 2024 r.

### Wszyscy Wykonawcy

### PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 25

#### do treści SWZ na „Dostawy asortymentu jednorazowego użytku dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/15/2024

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### **Pytanie 1 - dot. pakiet nr 31 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnątrz polimeryzowana z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, gładkie z wykończeniem z mikroteksturą, kolor naturalny, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, ergonomiczna konstrukcja, mankiet rolowany z opaską lepnią adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy, o typowej grubości ścianki na palcu:  $0,14 \pm 0,03$ mm, na dłoni:  $0,13 \pm 0,03$ mm i na mankiecie  $0,14 \pm 0,03$ mm, typowa długość min.300mm, AQL max.0,65, siła zrywu przed starzeniem min. 13N; siła zrywu po starzeniu min. 15N; sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa Rozp. 2017/745, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, przebadane na min.20 substancji chemicznych wg EN ISO 374/EN 16523, zgodne z EN ISO 21420, EN 421, EN 455-1,2,3,4, EN 556, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rękawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo, wyposażony w 2 otwory do pobierania, 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 2 - dot. pakiet nr 31 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana; powierzchnia zewnętrzna gładka wykończeniem z mikroteksturą, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami; ergonomiczna konstrukcja, mankiet rolowany, o typowej grubości na palcu:  $0,22 \pm 0,03$ mm, na dłoni  $0,18 \pm 0,03$ mm, mankiecie:  $0,15 \pm 0,02$ mm, typowa długość min.280mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min.20N a po starzeniu min. 17N wg EN 455-2, AQL 0,65 wg EN 455-1, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - poniżej  $10 \mu\text{g/g}$  wg EN 455-3, będące wyrobem medycznym kl.IIa i środkiem ochrony indywidualnej kat.III, przebadane na min.13 substancji chemicznych wg EN ISO 374-1, zgodne z EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), ISO 10282, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rękawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser



NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE**  
W LUBANIU SP. Z O.O.



z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo, wyposażony w 2 otwory do pobierania, 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 3 - dot. pakiet nr 31 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, kolor brązowy, kształt anatomiczny z prostymi palcami, mankiet prosty z opaską lepłą adhezyjną, zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminującą rolowanie mankieta, o typowej grubości na palcu:  $0,20 \pm 0,02$  mm, na dłoni:  $0,18 \pm 0,02$  mm, na mankiecie:  $0,16 \pm 0,02$  mm, typowa długość min. 290 mm, AQL 0,65 i mediana siły zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 16 N wg EN 455, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - max. 10  $\mu$ g/g wg EN 455-3, będące wyrobem medycznym kl. IIa i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), ASTM D6978, ASTM F1671, EN 556, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rękawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dispenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo, wyposażony w 2 otwory do pobierania, 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**MAŁGORZATA KOZAK**

**ANNA USYK – KRZESZOWIEC**

**PROKURENT**

**PROKURENT**