



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 470/09/2023

Chrzanów, 19.09.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania na Dostawa łóżek dla oddziału Pediatrii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa 111/2023

Dotyczy: poz. 1 – łóżko elektryczne – 8 szt.

1. Prosimy (w pkt. 1) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżek wyprodukowanych w 2023 roku.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę pantograf podpierającą leże w 4 punktach, gwarantującą stabilność leża?

Odp.: Nie.

3. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość całkowitą 2200 mm (+/- 10 mm) i szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi barierkami 960 mm (+/- 10 mm); łóżko wyposażone w materac o wymiarach 800 x 2000 mm (co będzie traktowane jako wymiary leża)?

Odp.: Nie.

4. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość całkowitą 2070 mm (+/- 10 mm) i szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi barierkami 980 mm (+/- 10 mm); łóżko wyposażone w materac o wymiarach 850 x 1900 mm (co będzie traktowane jako wymiary leża)?

Odp.: Nie.

5. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie elektryczne 100-240V?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szczelność układu elektrycznego IP66?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

8. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka przebadanego pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg norm stosowanych przez danego producenta, bez konieczności dołączania protokołu z badań przy dostawie produktu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

9. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu oparcia pleców 0° – 66° (+/- 5°)?

Odp.: Nie.

10. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga 0° – 15° (+/- 2°)?

Odp.: Nie.

11. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu anty-Trendelenburga 0° – 18° (+/- 2°)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację segmentu podudzia za pomocą sprężyny gazowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

13. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie od 410 do 815 mm (+/- 10 mm)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

14. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w panel sterujący z możliwością podwieszenia go pod półką do odkładania pościeli oraz z możliwością zawieszenia go na szczycie łóżka; panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych – za wyjątkiem funkcji pomocniczych np. krzesło kardiologiczne oraz ratunkowych np. CPR (zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie); panel wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, funkcji autokontur, pozycji wzdużnych; panel wyposażony w zaprogramowane pozycje: funkcja wyjściowa, funkcja antyszokowa, egzaminacyjna, CPR, krzesła kardiologicznego; dioda LED sygnalizująca proces ładowania akumulatora (bez wskaźnika podłączenia do sieci)?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

15. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem pomarańczowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

16. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment oparcia pleców, uda i podudzia wypełniony płytami HPL odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz promieni UV, płyty odejmowane bez użycia narzędzi (segment miednicy stalowy lakierowany proszkowo, zamocowany na stałe w celu zapewnienia stabilności leża)?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

17. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże wypełnione płytami z ABS, tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV, płyty odejmowane bez użycia narzędzi?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

18. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego w leżu specjalne otwory do montażu pasów do unieruchomienia pacjenta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

19. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szczyty wykonane z tworzywa sztucznego, odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy; szczyty bez możliwości wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

20. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w opuszczane, tworzywowe, dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości z niewielką wolną przestrzenią pomiędzy szczytem a barierką (przestrzeń także w przypadku wydłużenia leża, nie zintegrowane ze szczytem łóżka); bez tworzywowych listew odbojowych umieszczonych na barierkach; barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52; wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu barierki 44 cm; po bokach leża przesuwne haczyki do montażu uchwytu uniwersalnego np. na worki urologiczne?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

21. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w tworzywowe (nie elastyczne) ograniczniki materaca przy dwóch segmentach, dostosowane do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

22. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy łóżka jezdnej wyposażonej w koła o średnicy 150 mm, w tym jedno koło antystatyczne (kierunkowe) z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

23. Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie 250 kg?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

24. Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie materaca o wysokości 15 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

25. Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie materaca przeciwoleżynowego, wykonanego z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznego pianki: górna warstwa wykonana z pianki visco, podzielona na 3 strefy zapewniająca redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała, dolna warstwa wykonana z pianki poliuretanowej poprawiająca stabilność, profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza; gęstość pianek 50 kg/m³ i 85kg/m³ – warstwa górna, 40kg/m³ – warstwa dolna?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

26. Prosimy o wyjaśnienie czy zapisy w pkt. 26 dot. szafki są omyłkowe?

Odp.: Punkt dodany omyłkowo.

Dotyczy: poz. 1 – łóżko elektryczne dziecięce – 12 szt.

27. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego konstrukcję jezdnią nie osłoniętą tworzywem z ABS?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

28. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka wyposażonego pod leżem w koszyk na podręczne rzeczy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

29. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego długość całkowitą 1700 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

30. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szerokość całkowitą 800 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

31. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże o wymiarach 1470 x 650 mm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

32. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże 2-segmentowe wypełnione płytami z tworzywa ABS?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

33. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w panel centralny służący do sterowania łóżkiem, wbudowany w narożnik szczytu w części nożnej (nie dostępny ze względów bezpieczeństwa dla pacjenta); panel wyposażony w przycisk bezpieczeństwa aktywujący w sposób świadomy funkcje sterowania, z możliwością blokady funkcji sterowania (regulacji segmentu oparcia pleców, wysokości leża, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga)?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

34. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację wysokości leża 730 – 1010 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

35. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego centralną blokadę kół uruchamianą dźwignią blokady dostępną przy kołach od strony nóg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

36. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez lampki pod łóżkiem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Informacja o zmianie terminu składania/otwarcia ofert:

**Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
zmienia termin składania ofert na dzień **26.09.2023****

(składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie ofert godz. 11:00)

Zamawiający zmienia termin związania ofertą do dnia 25.10.2023r.

Forma, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

