



Olsztyn, dn. 21 maja 2024 r.

Nr sprawy 28/2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów wykorzystywanych na Bloku Operacyjnym”.

Dodatkowe informacje

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela dodatkowych wyjaśnień i informacji dotyczących udzielonych w dn. 20.05.2024 r. odpowiedzi w części Zestaw 3, pytanie dotyczące Zadania 25 poz. 5, 6 i 7.

Zestaw 3.

Pytanie dot. Zad. 25. Trokary jednorazowe i kompatybilne narzędzia laparoskopowe jednorazowego użytku, poz.5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie – grasper atraumatyczny jednorazowego użycia z miękkimi silikonowymi podkładkami z siateczką latis, pozwalającym na bezpieczne i atraumatyczne złapanie i trzymanie tkanek: do trokara 5mm, nierozbieralne, trzon obrotowy 360°, długość trzonu 35cm z oznaczeniami podziałki 5, 10 i 15 cm. Rączka ergonomiczna z możliwością powiększenia uchwytu poprzez usunięcie wewnętrznych wkładek, z płynną blokadą. Opakowanie zbiorcze 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. W formularzu ofertowym należy podać cenę za ilość wymienioną przez Zamawiającego.

Zamawiający dodatkowo informuje, że w przypadku braku możliwości sterylizacji, ilość wymagana do zaoferowania w ww. pozycji w przypadku grasperów jednorazowego użytku wynosi X10, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: „-możliwość min. 10-krotne użycie”. Wobec powyższego Wykonawca musi zaoferować min. 120 szt. grasperów jednorazowych.

Pytanie dot. Zad. 25. Trokary jednorazowe i kompatybilne narzędzia laparoskopowe jednorazowego użytku, poz.6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie - nożyczki Metzenbaum z zagiętymi branszami jednorazowego użytku: do trokara 5mm, nierozbieralne, wyposażone w standardowy krociec przyłączeniowy do koagulacji monopolarnej, trzon obrotowy 360°, długość 35cm, oba bransze aktywne, ostrze atraumatyczne zakrzywione o długości 16 mm i rowarciu 12 mm. Rączka ergonomiczna z możliwością powiększenia uchwytu poprzez usunięcie wewnętrznych wkładek. Izolacja trzonu aż do samych bransz roboczych, dla pełnego bezpieczeństwa zabiegu. Rotujące złącze do podłączenia koagulacji. Opakowanie zbiorcze 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. W formularzu ofertowym należy podać cenę za ilość wymienioną przez Zamawiającego.

Zamawiający dodatkowo informuje, że w przypadku braku możliwości sterylizacji, ilość wymagana do zaoferowania w ww. pozycji w przypadku nożyczek Metzenbaum jednorazowego użytku wynosi X10, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: „-

możliwość min. 10-krotne użycie”. Wobec powyższego Wykonawca musi zaoferować min. 120 szt. nożyczek Metzenbaum jednorazowych.

Pytanie dot. Zad. 25. Trokary jednorazowe i kompatybilne narzędzia laparoskopowe jednorazowego użytku, poz.7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie - dissektor typu Maryland jednorazowego użytku: do trokara 5mm, nierozbieralne, wyposażone w standardowy krociec przyłączeniowy do koagulacji monopolarnej, długość 35cm, obrotowy 360 stopni, bransze o długości 23mm. Rączka ergonomiczna z możliwością powiększenia uchwytu poprzez usunięcie wewnętrznych wkładek. Izolacja trzonu aż do samych bransz roboczych, dla pełnego bezpieczeństwa zabiegu. Rotujące złącze do podłączenia koagulacji. Opakowanie zbiorcze 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. W formularzu ofertowym należy podać cenę za ilość wymienioną przez Zamawiającego.

Zamawiający dodatkowo informuje, że w przypadku braku możliwości sterylizacji, ilość wymagana do zaoferowania w ww. pozycji w przypadku dissektor typu Maryland jednorazowego użytku wynosi X10, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: „-*możliwość min. 10-krotne użycie”.* Wobec powyższego Wykonawca musi zaoferować min. 120 szt. dissektor typu Maryland jednorazowych.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings