



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 04.09.2024 r.

DZP-33/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Zakup sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Oddział Chorób Wewnętrznych zlokalizowanego na III piętrze w budynku B-wysoki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu"

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Projektowanych postanowień umowy

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 5 Umowy oraz załącznikach do Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto należnego za niedostarczoną część przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w przedmiocie Umowy oraz niezgodności przedmiotu umowy z Umową i załącznikami do Umowy w terminie określonym w § 9 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

c) za naruszenie względem ustalonego w Umowie i załącznikach do niej obowiązku Wykonawcy lub terminu realizacji z wyłączeniem ust. 1 lit. a) i b), w tym również obowiązku lub terminu wynikającego z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 250,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – dot. Pakiet nr 3, poz. 2 pkt 46

Wnosimy o wyjaśnienie czy w zał. 1a pkt. 48 / Pakiet nr 3 pozycja n2 pkt. 46 czas ten jest rozumiany jako kontakt z użytkownikiem celem określenia zakresu naprawy i dalszego toku postępowania?

Odp.: Zamawiający informuje, iż zmienia brzmienie Załącznika Nr 1A (dot. Pakietu nr 3) pozycja 1 pkt 48 oraz pozycja 2 pkt 46, który otrzymuje brzmienie:

„Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia usterki do serwisu”.

Pytanie nr 3 – dot. Pakiet nr 3, poz. 2 pkt 47

Wnosimy o zmianę zapisów zał. 1a pkt. 49 / Pakiet nr 3 pozycja n2 pkt. 47 na:

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

„Termin usunięcia usterki od momentu przyjęcia zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy do 14 dni roboczych.”

Odp.: Zamawiający informuje, iż zmienia brzmienie Załącznika Nr 1A (dot. Pakietu nr 3) pozycja 1 pkt 49 oraz pozycja 2 pkt 47, który otrzymuje brzmienie:

„Termin usunięcia usterki od momentu przyjęcia zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy do 14 dni roboczych.”

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 4 poz. 3

Jaki sposób regulacji natężenia światła w lampie zabiegowej zamawiający wybiera: natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach czy za pomocą uchwytu sterylnego? Proszę o wskazanie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga regulację natężenia oświetlenia za pomocą uchwytu sterylnego.

Podisał:

Z-CA DYREKTORA

DS. LECZNICTWA

dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie