

## Zapytanie ofertowe

*Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej zaprasza do złożenia oferty na dostawę: „Diatermii chirurgicznej wraz z wyposażeniem”.*

### I. ZAMAWIAJACY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej,  
ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, pierwszym uruchomieniem oraz szkoleniem personelu :  
*Diatermii chirurgicznej wraz z wyposażeniem:*
  - włącznik nożny pojedynczy - 1 szt.,
  - włącznik nożny podwójny - 1 szt. ,
  - elektroda neutralna jednorazowa dzielona – 400 szt.,
  - kabel do elektrod neutralnych jednorazowy – 2 szt.,
  - uchwyt elektrod monopolarnych – 5 szt.,
  - elektroda monopolarna nożowa – 2 szt. ,
  - kleszczyki do bipolarnego zamykania dużych naczyń, okładki szerokie, zakrzywione, dł. całkowita 27-28cm, z kablem, wielorazowe – 1 szt.,
  - kleszczyki do bipolarnego zamykania dużych naczyń, okładki wąskie, zakrzywione, dł. całkowita 15-16cm, z kablem, wielorazowe – 1 szt.,
  - kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych – 2 szt.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin dostawy – do 20 grudnia 2023 r..

Kod CPV – 33161000-6 – Urządzenia elektrochirurgiczne

2. Ogólne warunki dotyczące przeglądów i napraw gwarancyjnych:
  - a) Gwarancja 36 miesięcy na sprzęt, 12 miesięcy na akcesoria
  - b) Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym będą wykonywane na koszt dostawcy urządzenia,
  - c) Jako koszt naprawy należy rozumieć:
    - koszt dojazdu lub koszty transportu urządzenia do serwisu,
    - koszt robocizny,

- c) Czas wykonania naprawy gwarancyjnej od momentu zgłoszenia nie może być dłuższy niż termin wykazany we wzorze Umowy.
- d) Darmowe przeglądy w okresie gwarancyjnym. Ich zakres i częstotliwość wynika z dokumentacji technicznej urządzenia.
- e) Jako koszt przeglądu należy rozumieć:
  - koszt dojazdu lub koszty transportu urządzenia do serwisu,
  - koszt robocizny,
  - koszt części wymagających wymiany zgodnie z instrukcją producenta.

### 3. Stosowanie zamienników. Rozwiązania równoważne:

- a) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
- b) Podane w tabelach wymagania techniczne sprzętu stanowią dla zamawiającego wykładnię jakościową oraz parametrową dla zamawianego sprzętu. Wykonawca przygotowując ofertę ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o ocenę rozwiązań technicznych równoważnych, wykazując, że zastosowane rozwiązania w oferowanym sprzęcie łącznie nie zmieniają oczekiwań Zamawiającego w zakresie jakościowym i parametrowym sprzętu jako całości.
- c) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, świadectwo jakości, dokumentację techniczno-ruchową).
- d) Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem:
  - spełnienia co najmniej takich samych lub lepszych właściwości technicznych
  - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).
- e) Gdziekolwiek w Zapytaniu przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem uzyskania jego zgody.

### 4. Sposób finansowania zakupu przez Zamawiającego:

Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia – faktura płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia, montażu, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu.

## III. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena – 100 %

Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C ) będą oceniane według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto} \times 100}{\text{cena oferty badanej brutto}} \times 100 \%$$

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy. Zamawiający zastrzega sobie również

prawo odrzucenia ofert w sytuacji gdy:

- zaoferowana cena, zdaniem Zamawiającego nie będzie gwarantowała należytego wykonania zamówienia.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do zapytania.

#### IV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/>
2. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty
  - formularz oferty
  - wypełniony załącznik Zestawienie parametrów technicznych
  - zaakceptowany wzór umowy
  - w języku polskim katalogi, broszury lub ulotki producentów opisujące szczegółowo oferowany sprzęt medyczny.
  - deklaracja zgodności i inne dokumenty wymagane ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U z 2022 r., poz. 974)
3. Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku muszą być przetłumaczone na język polski i tłumaczenie załączone do oferty
4. Sposób składania ofert:
  - a. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/>
  - b. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej.
  - c. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
  - d. Termin składania ofert upływa dnia **01.12.2023 roku** o godzinie 10:00.

***Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.***

Do powyższego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Pzp z dnia 11 września 2019 roku, (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1605)

**OFERTA CENOWA****Dane Wykonawcy**

Nazwa firmy / Nazwisko i imię .....

Adres: .....

Tel. .... fax. .... e-mail .....

NIP: ..... REGON: .....

Nawiązując do zapytania ofertowego składamy niniejszą ofertę na:

Lp	Nazwa	Ilość w szt.	Cena netto	Wartość netto	Podatek Vat		Wartość brutto
					W %	W zł	
1.	Diatermia chirurgiczna	1					
2.	Włącznik nożny wodoodporny pojedynczy	1					
3.	Włącznik nożny wodoodporny podwójny	1					
4.	Elektroda neutralna jednorazowa dzielona	400					
5.	Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych	2					
6.	Uchwyt elektrod monopolarnych	5					
7.	Elektroda monopolarna nożowa	2					
8.	Kleszczyki do bipolarnego zamykania dużych naczyń, okładki szerokie, zakrzywione, dł. całkowita 27-28cm, z kablem, wielorazowe	1					
9.	Kleszczyki do bipolarnego zamykania dużych naczyń, okładki wąskie, zakrzywione, dł. całkowita 15-16cm, z kablem, wielorazowe	1					
10.	Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych	2					
<b>RAZEM</b>							

**Wartość netto:** .....

(słownie: .....) )

**Podatek VAT:** .....

**Wartość brutto:** .....

(słownie: .....)

**Zobowiązania Wykonawcy**

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)

.....

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania graniczne	Parametry oferowane
1	Producent	Podać	
2	Nazwa	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2023, urządzenie fabrycznie nowe	TAK/ Podać	
5	Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę, zainstalowanie, pierwsze uruchomienie i serwisowanie oraz szkolenie personelu	TAK	
	<b>Opis asortymentu</b>		
1	Diatermia monopolarna, bipolarna z funkcją bipolarnego zamykania naczyń o średnicy do 7mm włącznie	TAK	
2	Możliwość rozbudowy diatermii o moduł argonowy	TAK	
3	Diatermia wyposażona w ekran dotykowy o wielkości min. 10" przeznaczony do komunikacji z użytkownikami; oprogramowanie w jęz. polskim	TAK/ Podać	
4	Diatermia wyposażona w min. 2 gniazda do przyłączania włączników nożnych oraz dwa włączniki: podwójny i pojedynczy	TAK/ Podać	
5	Diatermia wyposażona w min 4 gniazda do przyłączania instrumentów monopolarnych i bipolarnych, tzn: - 1 gniazdo monopolarne (standard: 1 pinowy średnicy 5mm oraz 3-pinowy) - 1 gniazdo bipolarne (standard 1-pinowy średnicy 4mm oraz 2-pinowy) - 2 gniazda uniwersalne do przyłączania instrumentów monopolarnych, bipolarnych i bipolarnych do zamykania dużych	TAK/ Podać	

	naczyń		
6	Możliwość bezpiecznego zamontowania diatermii na wózku aparaturowym użytkownika	TAK/ Podać	
7	Możliwość zapamiętania min. 10 grup programów tematycznych i zapisania ich pod nazwą własną w języku polskim oraz tworzeniem min. 5 różnych podprogramów ustawień, które można zmieniać ze sterylnego pola włącznikiem nożnym, uchwytem do cięcia/koagulacja i manualnie z ekranu dotykowego	TAK/ Podać	
8	Dostawca umożliwi użytkownikowi dostęp do oprogramowania oraz dodatkowy interfejs (jeżeli jest niezbędny) aby możliwe było kopiowanie listy programów oraz zestawienia błędów przez służby techniczne Szpitala	TAK/ Podać	
9	Diatermia powinna umożliwiać prowadzenie cięcia monopolarnego i bipolarnego z mocą regulowaną do 400W (dla wszystkich wymaganych rodzajów pracy)	TAK/ Podać	
10	Diatermia powinna umożliwiać prowadzenie koagulacji monopolarnej i bipolarnej z mocą regulowaną do min 140W (dla wszystkich wymaganych rodzajów pracy)	TAK/ Podać	
11	Diatermia powinna umożliwiać wybór rodzaju cięcia monopolarnego i bipolarnego między delikatnym oraz intensywnym	TAK/ Podać	
12	Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej– min. 4 rodzaje: delikatna-niekarbonizująca, intensywna-iskrową, preparująca, natryskowa	TAK/ Podać	
13	Możliwość wyboru trybu koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną	TAK/ Podać	

14	Możliwość regulacji intensywności działania wszystkich wymienionych powyżej funkcji monopolarnych i bipolarnych w skali min. 10-stopniowej	TAK/ Podać	
15	Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej	TAK, podać	
16	Możliwość ustawienia funkcji automatycznego startu tzw. Auto Start dla 2 narzędzi bipolarnych w polu operacyjnym, czas regulacji opóźnienia funkcji Auto-Start w zakresie 0,1-5 s.	TAK, podać	
17	Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcją zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop)	TAK, podać	
18	Dwa niezależne tryby zamykania naczyń, dla chirurgii laparoskopowej i otwartej	TAK, podać	
19	Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji zamykania naczyń: włącznik nożny oraz autostart (po uzyskaniu kontaktu z tkanką, z możliwością regulacji czasu zwłoki niezależnie od ustawień AutoStart dla koagulacji bipolarnej) oraz ręcznie (z przycisku w narzędziu)	TAK, podać	
20	Aparat powinien automatycznie sprawdzać właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na strukturze – aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem.	TAK, podać	



21	Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej monitorujący również symetrię elektrody oraz jej orientację względem elektrody czynnej	TAK, podać	
22	Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda – skóra	TAK, podać	
23	Komunikacja bezprzewodowa w celu aktualizacji, programowania i uzyskania raportów serwisowych	TAK, podać	
24	Wyposażenie dodatkowe:		
25	Włączniki nożne wodoodporne (podwójny i pojedynczy) z przyciskami do zmiany programów – 1 kpl.	TAK, podać	
26	Kabel elektrod neutralnych dł. 4m – 2 szt.	TAK, podać	
27	Elektroda neutralna symetrycznie dzielona dla pacjentów powyżej 5 kg wagi z możliwością dowolnej orientacji względem operowanego pola dzięki dodatkowemu pierścieniowi odizolowanemu od obu połówek elektrody, min. 400szt,	TAK, podać	
28	Uchwyt wielorazowy monopolarny z przyciskami cięcie/koagulacja elektrod śr 2,4mm z kablem dł. min. 4m, wtyk 3 pin, wielorazowy – min 5 szt.	TAK, podać	
29	Elektroda nożowa, prostadł. do 45mm –min 10 szt.	TAK, podać	
30	Kleszczyki do bipolarnego zamykania dużych naczyń, okładki szerokie, zakrzywione, dł. całkowita 27-28cm, z kablem, wielorazowe – 1 szt.	TAK, podać	
31	Kleszczyki do bipolarnego zamykania dużych naczyń, okładki wąskie, zakrzywione, dł. całkowita 15-16cm, z kablem, wielorazowe – 1 szt.	TAK, podać	

32	Kabel do przyłączania instrumentów monopolarnych, laparoskopowych, dł. 4-5m – 2 szt.	TAK, podać	
33	Gwarancja min. 36 miesięcy wyposażenie, 12 miesięcy akcesoria	TAK, podać	
34	Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max 72 godz.	TAK	
35	Zabezpieczenie serwisu oraz części zamiennych na min.10 lat	TAK	
36	Nieodpłatne przeglądy i naprawy w czasie trwania gwarancji	TAK	
37	Oznakowanie sprzętu zgodnie z wymogami	TAK	

## UMOWA ...../2023

zawarta w Przasnyszu w dniu ..... r. pomiędzy

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej**  
**ul. Sadowa 9**  
**06-300 Przasnysz**  
**NIP 761 13 33 881 REGON 000302480**

reprezentowanym przez:

**mgr Zbigniew Makowski - Dyrektor SPZZOZ**  
**mgr Urszula Maćkowska – Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych**  
**mgr Jolanta Pszczółkowska - Główna Księgowa**

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

o treści następującej:

### § 1.

#### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego:
  - Diatermia chirurgiczna wraz z wyposażeniem
2. Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do przekazania Zamawiającemu w sposób określony umową przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w ofercie stanowiącym integralną część umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
3. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, jest fabrycznie nowy i ma uregulowane opłaty celne.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko wraz z kartami gwarancyjnymi, paszportami oraz instrukcjami obsługi w języku polskim, które dotyczą przedmiotu umowy.
6. Wyroby będące przedmiotem Umowy muszą posiadać oznaczenia wymagane przepisami (CE). Ponadto powinny zawierać oznaczenia wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów.

## **§ 2.**

### **Termin realizacji przedmiotu zamówienia**

1. Strony ustalają, że dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie do 20 grudnia 2023 roku.

## **§ 3.**

### **Realizacja przedmiotu umowy**

1. Dostawa będzie dokonana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
2. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie w miejscu dostawy.
3. Po wykonaniu czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy przedstawiciel Wykonawcy oraz upoważniony przedstawiciel Zamawiającego podpiszą protokół odbioru.
4. Protokół odbioru zostanie podpisany po:
  - a) dostarczeniu przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego;
  - b) dokonaniu przez przedstawicieli Wykonawcy instalacji dostarczonych przedmiotów i konfiguracji na miejscu dostawy jeżeli taka jest wymagana
  - c) sprawdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zgodności dostarczonych przedmiotów z ofertą (w tym kompletności oferowanego wyposażenia dodatkowego) oraz ich prawidłowego funkcjonowania;
  - d) uruchomienia przez Wykonawcę oraz przeszkoleniu personelu
  - e) wydaniu Zamawiającemu wypełnionych i podpisanych dokumentów gwarancyjnych (kart gwarancyjnych), paszportów technicznych dla dostarczonych przedmiotów.
5. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad towarów, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do towarów lub robót i wezwaniu do usunięcia wad. Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia przez Zamawiającego będzie uważane za dokonanie odbioru towarów lub robót bez zastrzeżeń.
6. Przez wady przedmiotu umowy uniemożliwiające podpisanie protokołu odbioru rozumie się także niekompletność dostarczonego sprzętu tj. niedostarczenie wszelkich materiałów i podzespołów dodatkowych (kable itp.), które wskazano w ofercie oraz nieprawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania, niezgodności dostarczonego sprzętu, w stosunku do zapisów oferty.
7. Zamawiający nie dopuszcza sprawdzenia towarów w celu oceny stanu wykonania umowy w siedzibie Wykonawcy lub jego podwykonawcy (podwykonawców).
8. Wszystkie niezbędne do sprawdzenia towarów urządzenia oraz opisy techniczne a także pomoc ze strony personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy (podwykonawców) niezbędna do dokonania sprawdzenia towarów, będą udostępnione Zamawiającemu przez

Wykonawcę, bez ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
  2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
    - a) jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
    - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

#### **§ 4.**

##### **Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się:
  - 1) wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.
  - 2) skierowania do realizacji umowy pracowników posiadających niezbędne doświadczenie oraz wykorzystać zasoby niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
  - 3) wykonania niezbędnych pomiarów, testów itp. po zmontowaniu, zainstalowaniu uruchomienia dostarczonego sprzętu i oprogramowania jeżeli wymaga.
  - 4) wykonania bieżących szkoleń pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu w zależności od potrzeb Zamawiającego.
  - 5) usuwać zauważone z uruchomienia - użytkowania usterki.
2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:..... tel.....

#### **§ 5.**

##### **Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
  - 1) zapewnienia warunków organizacyjnych, technicznych i prawnych niezbędnych Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy.
  - 2) Zapewnienia udziału w realizacji przedmiotu zamówienia personelu, który odbierać będzie dostarczony sprzęt.
  - 3) Dokonania odbioru prawidłowo zrealizowanego przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza: .....tel. ....

#### **§ 6.**

##### **Warunki płatności**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:

wartość netto: ..... zł

(wartość netto słownie: .....)

wartość brutto: ..... zł

- (wartość brutto słownie: .....)
2. Zapłata zostanie dokonana po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie zamówienia oraz ewentualnie usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru.
  3. Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie dostawy jest wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru stwierdzający wykonanie dostaw bez wad, albo potwierdzający usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru przedmiotu dostawy.
  4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 przelewem w złotych polskich w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
  5. Przelew będzie dokonany na rachunek bankowy wskazany na fakturze

## **§ 7 Gwarancja**

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach Umowy są wolne od wad fizycznych, oraz że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z wymogami technicznymi Polskich Norm, a także że spełnia wymagania normy CE.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów.
3. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem zamówienia wypełniony i podpisany dokument gwarancyjny co do jakości każdego dostarczonego przedmiotu, wystawiony przez siebie lub osobę trzecią – producenta, jeżeli Wykonawca nie jest producentem danego urządzenia.
4. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji w okresach wynikających z oferty. Dokumenty gwarancyjne dostarczane będą wraz ze sprzętem, a gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed postanowieniami wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez Wykonawcę.
6. Obsługa gwarancyjna będzie świadczona przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez użytkownika zgłaszającego awarię, wadę lub usterkę, z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa użytkownika, tj. w danej lokalizacji okaże się niemożliwa.
7. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany towarów na wolne od wad – w przypadku niemożliwości usunięcia usterki lub usunięcia wad w drodze naprawy towarów, w zależności od wyboru Zamawiającego.
8. Wykonawca przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego następnie za pomocą faksu, poczty elektronicznej, lub pisemnie, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin w dni robocze od zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy.

9. Uprawnionymi do zgłoszenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy są przedstawiciele Zamawiającego.
10. W przypadku nie przystąpienia do wymiany lub usuwania wad gwarancyjnych w terminie wskazanym w ust. 8 oraz z okresie rękojmi Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad gwarancyjnych osobie trzeciej posiadającej autoryzację serwisową producenta sprzętu na koszt Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania.
11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady, usterki, awarii albo wymiany w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych) i 10 dni roboczych (w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) bądź też do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od naprawianego
12. Gwarancja obejmuje bezpłatne wykonywanie przeglądów technicznych wraz z wymianą części zgodnie z zaleceniami producenta oraz usunięcie usterek, wad, awarii sprzętu oraz oprogramowania łącznie z wymianą uszkodzonych części i podzespołów lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad. Przewóz do naprawy i zwrot naprawionego sprzętu odbędzie się na koszt Wykonawcy. Zamawiający może zażądać sprzętu medycznego na czas naprawy, a Wykonawca udostępni nieodpłatnie.

## **§ 8.**

### **Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:
  - a) Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia.;
  - b) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w § 7 ust 1, w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.
  - c) odstąpienia od umowy z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.
  - d) nie przystąpienia do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 7 w wysokości 0,5 % kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia.
  - e) w przypadku nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w przedmiocie umowy w terminie wskazanym w § 7 i niedostarczenia wymaganego sprzętu zamiennego w wysokości 0,5% kwoty brutto naprawianego urządzenia za każdy dzień zwłoki
  - f) nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania niniejszej umowy.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

5. Strony wprowadzają zakaz cesji wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

## **§ 9.**

### **Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy w przypadku niezyskania dofinansowania na realizację przedmiotu umowy.

## **§ 10.**

### **Aneksowanie umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:
  - 1) terminu zakończenia realizacji umowy – termin ten mogą ulec zmianie w sytuacji opisanej w pkt 2 tiret 1, ponadto kiedy w interesie Zamawiającego będzie dokonanie tych zmian
  - 2) zmiany wielkości ceny, jeżeli ta zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
  - 3) zmiany adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,
  - 4) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,
  - 5) zmiany będącej skutkiem poprawy omyłki oczywistej
  - 6) zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zmiane ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian, a także zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku następujących okoliczności:
  - 1) zmiany umowy będą korzystne dla Zamawiającego,
  - 2) konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego,
  - 3) Strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.

## **§ 11.**

### **Rozstrzygnięcie sporów**

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.)

## **§ 12.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



## Wykonawca

## Zamawiający

.....  
Pieczęć nagłówkowa Podmiotu leczniczego

### PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY NR (umowa z wykonawcą) ..... z dnia ..... r.

#### CZĘŚĆ A - DOSTAWA

W dniu ..... r. dostarczono do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu Diatermię chirurgiczną wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem:

Nazwa	Dostarczona ilość	Wartość brutto
Diatermia chirurgiczna	1	
Włącznik nożny pojedynczy	1	
Włącznik nożny podwójny	1	
Elektroda neutralna jednorazowa dzielona	400	
Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych	2	
Uchwyt elektrod monopolarnych	5	
Elektroda monopolarna nożowa	2	
Instrument BiClamp dł 27 cm	1	
Instrument BiClamp dł 15 cm	1	
Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych	2	

#### CZĘŚĆ B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby **wymagały\*/nie wymagały\*** montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem:

Miejsce montażu

Opisane w części A wyroby **wymagały\*/nie wymagały\*** dokonania pierwszego uruchomienia.

Stwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy.

#### CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU

Opisane w części A wyroby **wymagały\*/nie wymagały\*** dokonania szkolenia personelu.

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.

Wykaz osób przeszkolonych

--

**CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY**

Stwierdzono **terminowe\*/nieterminowe\*** wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ..... dni.

DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY