



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Poznań, dnia 16.11.2023r.

Nr sprawy: 3411/1/AZ/262/2023

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców,

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (*Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.*) w przedmiocie: „**Zakup i dostawa krzeseł i materacy ewakuacyjnych.**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie:

Mam pytanie dotyczące parametrów technicznych krzeseł ewakuacyjnych. Czy obowiązkowe jest posiadanie podłokietników? Praktycznie żaden producent krzeseł w wersjach, które nie posiadają napędu elektrycznego ich nie posiada stąd moje pytanie. Natomiast kolejnym aspektem jest punkt dotyczący maksymalnego obciążenia, możemy zaproponować wersję o maksymalnym obciążeniu 227 kg natomiast tańszą opcją od nas byłaby propozycja krzesła ewakuacyjnego do 182 kg (mała różnica a oferta byłaby zdecydowanie bardziej korzystna).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów w specyfikacji. Zamawiający wyjaśnia, że przygotowując postępowanie przeanalizował ofertę rynkową. Podłokietniki są oferowane zarówno w standardzie, jak i w formie rozbudowy podstawowego modelu. Podłokietniki zwiększają komfort użytkownika i stanowią dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika krzesła, co jest istotne w przypadku długich klatek schodowych i budynków kilkukondygnacyjnych.

Ponadto Zamawiający utrzymuje wymóg dotyczący parametru maksymalnego obciążenia krzesła 200 kg.

Barbara Kosakowska

Kierownik Działu zamówień Publicznych