



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 26.05.2020 r.

**Znak sprawy Nr RPoZP 16/2020**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopowej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie**

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3**

1. Zadanie 3 Pytanie do punktu 1  
Czy zamawiający dopuści standardowy zestaw do opaskowania żyłaków przełyku, 4-6 gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, bez wstępnie złożonego?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
2. Zadanie 4 Pytanie do punktu 1  
Czy zamawiający dopuści chwytak do polipów jednorazowego użytku zawierający: siatkę rozpostartą na owalnej pętli o śr. 25mm, długość narzędzia 230cm, śr. Osłonki 2,3mm, bez lateksu?  
**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
3. Pytanie do punktu 2 Czy zamawiający dopuści pętle do polipektomii, jednorazowego użytku. Plecionka, pętla owalna, śr. pętli 10mm, 15mm, 25mm, 30mm; śr. Cewnika 2,4 mm, dł. narzędzia 230cm, funkcja płynnej rotacji, rękojeść skalowana co 5 lub 10 mm?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
4. Pytanie do punktu 3  
Czy zamawiający dopuści pułapkę na polipy zakładaną na przewód ssaka, 5-komorowa, plastikowa, posiadająca 5 sitek oraz bez możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek, obrotowe wieczko z dwiema rurkami, jedna rurka podłączona do zaworu ssącego endoskopu, druga do przewodu ssaka?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
5. Zadanie 5 Pytanie do punktu 1  
Czy zamawiający dopuści igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku: (śr. ostrza igły 0,5 mm, dł. Ostrza 5-6mm, dł. 230cm, cewnik o śr. 2,3 mm; mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrz, obsługiwany jednym kciukiem, osłonka zabezpieczająca przed złamaniem u wyjścia ostrza). Opakowanie po 10 szt.  
**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
6. Pytanie do punktu 2  
Czy zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, śr. cewnika 2,3 mm, dł. 1800 mm?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
7. Pytanie do punktu 4  
Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu punkt 4 ponieważ ogranicza to konkurencje tylko do firmy Varimed, która jest dystrybutorem sprzętu endoskopowego firmy Pentax?  
**Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ i wydziela poz. 4 do osobnego zadania. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ. Załącznik po modyfikacji zamieszczony został na platformie zakupowej.**
8. Zadanie 6 Pytanie do punktu 1  
Czy zamawiający dopuści klipsownicę jednorazowego użytku z klipsem załadowanym do zestawu długości 230cm, do kanału roboczego o średnicy 2,8 mm, rozwarcie ramion klipsa 15mm, kąt rozwarcia 90 stopni, funkcja rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem?



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

9. Zadanie 8 Pytanie do punktu 1

Czy zamawiający dopuści szczotka czyszcząca do kanału roboczego endoskopu jednorazowego użytku dł. 230, dwustronna, główki o średnicy 5 mm i 10 mm .


**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

10. Pytanie do punktu 2

Czy zamawiający dopuści szczotka czyszcząca do kanału roboczego endoskopu, jednorazowego użytku. Jednostronna, długość 230cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

KOMENDANT

  
płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/ 810 59 82