

Kraków, dn. 02.08.2024 r.

## Wyjaśnienia treści SWZ (Pytania i odpowiedzi). Zmiana treści SWZ

### Informacja

W odpowiedzi na wniosek potencjalnych Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia **publicznego DZiK-DZP.2921.54.2024 – „Dostawa i instalacja sprzętu do produkcji win musujących dla Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”**, Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1:** Czy termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony? Dla niektórych maszyn termin produkcji wynosi 100 - 120 dni od momentu potwierdzenia zamówienia.

**Odpowiedź 1:** Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy do 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (dotyczy Zadań od 1 do 7).

**Pytanie 2:** Czy w przypadku zaoferowania przedmiotu za kwotę wyższą, niż przeznaczył na to Zamawiający, pod warunkiem, że ta kwota będzie najniższa spośród wszystkich zaproponowanych, jest możliwość udzielenia zamówienia, czy takie oferty będą automatycznie odrzucane?

**Odpowiedź 2:** Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający należący do grona podmiotów sektora finansów publicznych może zwiększyć kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, tak aby była ona wyższa od ceny zawartej w ofercie najkorzystniejszej, w granicach i na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych, **o ile uzna to za uzasadnione i celowe**, udzielając następnie zamówienia wykonawcy. Dopiero w sytuacji, gdy dokonanie takich przeniesień nie jest możliwe lub celowe, a kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest niższa od ceny najkorzystniejszej oferty, zachodzi konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.

Reasumując, Zamawiający na tym etapie postępowania nie jest w stanie określić czy w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie wskazanej części będzie możliwe zwiększenie tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

**Pytanie 3 (dot. Zadania nr 1):** Urządzenie nr 1 - ZAMRAŻARKA SZYJEK - wygląda na to, że jest nieściśłość w opisie. Piszecie Państwo o zamrażarce na minimum 10, a maksimum 20 butelek (pkt 1) , natomiast w punkcie 5 jest informacja o płycie roboczej na minimum 40 otworów. Pozostałe parametry wskazują na mniejszą liczbą otworów. Prosimy o doprecyzowanie na ile butelek ostatecznie ma być ta maszyna ? 10-20 czy może minimum 40 ?

**Odpowiedź 3:** Zamawiający modyfikuje zapis:

**Z:** 5) Płyta robocza z co najmniej 40 otworami na butelki,

**NA:**5) Płyta robocza na max 20 otworów na butelki,

**Pytanie 4 (dot. Zadania nr 2):** Czy można zaproponować urządzenie do degorzowania zasilane pneumatycznie, zamiast prądowo?

**Odpowiedź 4:** Zamawiający dopuszcza urządzenie do degorzowania z zasilaniem pneumatycznym.

**Pytanie 5 (dot. Zadania nr 4):** Dlaczego w opisie parametrów kapsłownicy pneumatycznej jest informacja o zasilaniu elektrycznym 230V? Czy kapsłownica ma być pneumatyczna czy elektryczna?

**Odpowiedź 5:** Zamawiający dopuszcza kapsłownicę z zasilaniem pneumatycznym.

**Pytanie 6 (dot. Zadania nr 5):** Zaciskarki do kapturków szmapańskich (aluminiowych) są napędzane pneumatycznie. Dlaczego w opisie parametrów jest mowa o zasilaniu elektrycznym?

**Odpowiedź 6:** Zamawiający dopuszcza zaciskarkę do kapturków z zasilaniem pneumatycznym

Wobec powyższego, mając na uwadze zasadę przejrzystości prowadzonego postępowania oraz równy dostęp potencjalnych Wykonawców do informacji, jak również umożliwienie potencjalnym Wykonawcom, jak najlepsze sporządzenie ofert, poprzez wydłużenie czasu na ich przygotowanie i złożenie – Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust.3 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany w treści SWZ:

**Nowy termin związania ofertą ustala się do dnia: 06.09.2024 r.**

**Nowy termin składania ofert ustala się do dnia: 08.08.2024 r.;**

**Nowy termin otwarcia ofert ustala się na dzień: 08.08.2024 r.;**

Uwaga! Godziny otwarcia i składania ofert pozostają niezmiennie.

W związku z powyżej udzielonymi odpowiedziami, Załącznik nr 2 do SWZ (Formularz ofertowy) oraz Załącznik nr 2.1 do SWZ (Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia / Przedmiotowy Środek Dowodowy) **należy czytać w całości, łącznie z udzieloną przez Zamawiającego, powyższymi odpowiedziami na pytania.**

**Kanclerz  
/-/ mgr Marcin Gałan**