



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywną dostawę ciekłego azotu i ciekłego helu oraz suchego lodu do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. (Nr sprawy 19/ZP/2021)

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019r Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) udziela wyjaśnień treści SWZ zgodnie z wnioskami złożonymi przez Wykonawców:

Dot. Części 1:

1. Gdzie będą stały te zbiorniki na zewnątrz czy wewnątrz ?

Odp. 1 . Zbiorniki będą stały wewnątrz.

2. Jeżeli wewnątrz to czy będą one na czas tankowania wystawiane na zewnątrz?

Odp. 2. Tak, zbiorniki będą wystawiane na zewnątrz na czas tankowania.

3. Czy pomieszczenie w którym ewentualnie stoją zbiorniki (zbiornik) są wentylowane i wyposażone w czujniki zawartości tlenu?

Odp. 3. Tak, pomieszczenia są wentylowane i wyposażane w czujnik tlenu.

4. Czy możliwy będzie dojazd do tankowania dla pojazdów powyżej 3,5 T?

Odp. 4. Tak.

Dot. Części 4.

5. Proszę o podanie dokładnych adresów lokalizacji jednostek Uniwersytetu Łódzkiego dla których miałyby być dostarczany suchy lód.

Odp. 5. W momencie ogłaszania postępowania są to:

ul. Tamka 12, 91-403 Łódź (różne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Łódzkiego);

ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź (różne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Łódzkiego);

ul. Pomorska 139, 90-235 Łódź.

Jest to dostawa sukcesywna, w związku z tym w okresie obowiązywania umowy mogą pojawić się nowe adresy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego zamawiające suchy lód.

6. Czy jest możliwość dostarczania suchego lodu w innym terminie i szerszym przedziale godzinowym niż podany w załączniku 1.4 do SWZ?

Odp. 6. Nie.

Kierownik Działu Zakupów

mgr Sebastian Rudziński